



## Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 24.03.2021

### Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ:	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	<b>Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií</b>
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 12.02.2021, pod č. 2021/S 030-071845 a vo Vestníku VO č. 47/2021 dňa 15.02.2021 pod sp.zn.č. 13196-MST
Právny predpis	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)

### Predmet

Dňa 20.03.2021 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO smeruje proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu smeruje proti parametru uvedenom v Technickej špecifikácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v rámci tohto oznámenia uvádza tú položku Technickej špecifikácie spolu s návrhmi žiadateľa, ktorá bola na základe žiadosti o nápravu upravená:

1. Bod 43 Technickej špecifikácie: „Modul pre monitorovanie PVI“

### **Stanovisko verejného obstarávateľa:**

Odôvodnenie vybavenia návrhu žiadateľa k parametru uvedeného v Technickej špecifikácii predmetu zákazky:

1)

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa na úpravu bodu 43 nakoľko dňa 14.03.2021 vykonal úpravu technickej špecifikácie v bode 38 a pre zosúladenie parametrov verejný obstarávateľ rozhodol o úprave tohto bodu v rámci technickej špecifikácie nasledovne: „**Modul pre monitorovanie PVI – bez preferencie**“



Verejný obstarávateľ informuje, že tam kde je pri technických parametroch uvedená hodnota technického parametra „bez preferencie“, budú sa akceptovať hodnoty parametra ponúkaného zariadenia aj „áno“ aj „nie“, bez akéhokoľvek vplyvu na posúdenie plnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k tomuto Oznámeniu a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa