

Opis predmetu zákazky

„Respirátor“

Výzva č. 29

Časť predmetu zákazky č. 2

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka respirátorov, vrátane ich dodania v celkovom počte 25 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

- spĺňa požiadavky normy EN149:2001-A1 2009;
- spoľahlivá a účinná ochrana pred baktériami a vírusmi, prachom a parou;
- vysokokvalitný certifikovaný respirátor bez ventilu;
- účinnosť filtrácie $\geq 94\%$;
- materiál: bez latexu, silikónu, PVC;
- musí spĺňať európsku normu FFP2;
- nastaviteľná nosová časť;
- s postrannými gumičkami;

- požadovaný počet – 25 000 ks.

Verejný obstarávateľ odobere celé množstvo predmetu zákazky naraz.