



### **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, predkladám nasledovné vysvetlenie :

**Otázka č. 1:**

V technickej špecifikácii pre časť 3 - EEG prístroj požadujete:

„Min. EEG systém s minimálne 32 EEG kanálov + 8 polygrafických kanálov + 1 kanál EKG + fotostimulátor“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie : 32 EEG kanálov + 6 polygrafických kanálov + 1 EKG kanál + fotostimulátor? V praxi sa využívajú 2 až 4 polygrafické kanály, ponúkaných 6 polygrafických kanálov by malo dostatočne pokryť požiadavky verejného obstarávateľa.

**Odpoveď:**

ÁNO bude akceptovať.

Po prehodnotení špecifikácie verejný obstarávateľ zvažil a prehodnotil znenie stávajúcej požiadavky a konštatuje, že pre pokrytie spektra polygrafických zvodov pri ich efektívnom výbere postačuje 6 kanálov.

Z uvedených dôvodov znenie stávajúcej požiadavky:

„Min. EEG systém s minimálne 32 EEG kanálov + 8 polygrafických kanálov + 1 kanál EKG + fotostimulátor“,

sa ruší a nahrádza sa znením:

**„Min. EEG systém s minimálne 32 EEG kanálov + 6 polygrafických kanálov + 1 kanál EKG + fotostimulátor“**