

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Skiaskopicko-skiagrafická stena“
nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predsedca komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE, RK

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., RK

Bc. Anna Bystrínska, RK

Milan Charvát, RK

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Beáta Siváková, EO

Ing. Kristína Bašistová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	S & T Slovakia s. r. o.	Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
2.	Siemens Healthcare s. r. o.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
3.	GUTTA Slovakia spol. s r. o.	Svetlá 1, 811 02 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísat' zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísat' zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača GUTTA Slovakia s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava zistila nasledovné:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch k nadlimitnej zákazke v časti C. Opis predmetu zákazky zadefinoval v časti „I. Technická špecifikácia skiaskopicko-skiagrafická stena“ okrem iného technicko-medicínsky parameter v znení: „Tepelná kapacita anódy – minimálne 750 kHU alebo 300 kHU ak je celková tep. kapacita zostavy RTG žiariča – minimálne 2 MHU“.

Dotknutý uchádzač v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k predmetnému parametru uviedol „300kHU anódy, 1700kHU kryt röntgenovej trubice“.

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke – verejnej súťaži poskytol listom zn. GR-1100/OVO-428/21/Baš zo dňa 13.04.2021 vysvetlenie informácií potrebných na ~~ypracovanie~~ ponuky, ktoré bolo zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE. Predmetným vysvetlením verejný obstarávateľ upresnil, resp. upravil okrem iného nasledovné technicko-medicínske parametre zadefinované v časti „III. Doplňková výbava“ časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov:

- parameter „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy minimálne 34 x 42 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – minimálne 14 bit, veľkosť bodu maximálne – 150 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil požadovaný počet detektorov nasledovne: „1 ks externého detektora, rozmer 34 x 42 cm (+ nabíjací dok)“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy minimálne 34 x 42 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – minimálne 14 bit, veľkosť bodu maximálne – 150 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ uviedol „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy 33,9 x 42,4 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – 16 bit, veľkosť bodu maximálne – 139 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ a zároveň priložili technický list produktu ponúkaného prístroja Opera výrobcom General Medical Merate SpA.. Z uvedeného je zrejmé, že ponúkaný typ detektora nespĺňa požadovaný minimálny rozmer aktívnej plochy.

- parameter „Minimálne 3 vyhodnocovacie konzoly, každá s minimálne 2 diagnostickými monitormi (porovnávanie nálezov). Z toho 1x minimálne rozlíšenie 5 Mpx a 2x minimálne rozlíšenie 3 Mpx“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil počet a druh monitorov nasledovne: „verejný obstarávateľ požaduje celkovo 6 monitorov (3x min. 5Mpx a 3x min. 3Mpx)“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Minimálne 3 vyhodnocovacie konzoly, každá s minimálne 2 diagnostickými monitormi (porovnávanie nálezov). Z toho 1x minimálne rozlíšenie 5 Mpx a 2x minimálne rozlíšenie 3 Mpx“ uviedol „áno“.

- parameter „Fixačné pomôcky, ochranné pomôcky, závesný ochranný štít (stropný)“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil – definoval jednotlivé pomôcky a závesný ochranný štít nasledovne: „fixačné pomôcky – 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu, 2 ks podložky pod hlavu, 1 ks podložka trojuholníková pod kolená, základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie, 1 ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Fixačné pomôcky, ochranné pomôcky, závesný ochranný štít (stropný)“ uviedol „áno“.

Z uvedeného dôvodu bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejném obstarávaní“) požiadany o vysvetlenie predloženej ponuky, t.j.:

- o vysvetlenie, akým spôsobom ponúknutý prístroj splňa parameter „celková tep. kapacita zostavy RTG žiariča – minimálne 2 MHU“ nakoľko nie je uvedená celková tepelná kapacita zostavy RTG žiariča;

- o vysvetlenie ponuky, prečo ponúkli detektor s rozlišením – rozsahom šedi 16 bit, ktorý má rozmer aktívnej plochy 33,9 x 42,4 cm a nespĺňa nami zadefinovanú minimálnu technickú špecifikáciu;
- o vysvetlenie, či ponúknutý detektor zahrňa nabíjací dok v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov;
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahŕňa 3 ks monitorov min. 5 Mpx a 3 ks monitorov min. 3 Mpx, celkovo 6 monitorov v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov;
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahŕňa verejným obstarávateľom upresnené jednotlivé pomôcky a závesný ochranný štít (stropný) v plnom rozsahu, t.j.: fixačné pomôcky – 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu, 2 ks podložky pod hlavu, 1 ks podložka trojuholníková pod kolenná, základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie, 1 ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu“ v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov.

Vysvetlenie ponuky a predloženie dôkazov bude potrebné doručiť verejnemu obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača S&T SLOVAKIA s. r. o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava zistila nasledovné:

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke – verejnej súťaži poskytol listom zn. GR-1100/OVO-428/21/Baš zo dňa 13.04.2021 vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, ktoré bolo zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE. Predmetným vysvetlením verejný obstarávateľ upresnil, resp. upravil okrem iného nasledovné technicko-medicínske parametre zadefinované v časti „III. Doplnková výbava“ časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov:

- parameter „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy minimálne 34 x 42 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – minimálne 14 bit, veľkosť bodu maximálne – 150 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil požadovaný počet detektorov nasledovne: „1 ks externého detektora, rozmer 34 x 42 cm (+ nabíjací dok)“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy minimálne 34 x 42 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – minimálne 14 bit, veľkosť bodu maximálne – 150 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ uviedol „áno – WiFi, CsI, 16 bit, 148 µm, 34,48 x 42,12 cm, odolný – pre rozloženú záťaž (napr. pľúca na lôžku) 300 kg“.

- parameter „Uhol naklonenia stola - min. +89°/-20°“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upravil daný parameter, nasledovne: „Uhol naklonenia vertikálneho statívu/vertigrafu - min. +89°/-20°“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Uhol naklonenia stola - min. +89°/-20°“ uviedol „áno - +90° až -90°“.

- parameter „Minimálne 3 vyhodnocovacie konzoly, každá s minimálne 2 diagnostickými monitormi (porovnávanie nálezov). Z toho 1x minimálne rozlíšenie 5 Mpx a 2x minimálne rozlíšenie 3 Mpx“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil počet a druh monitorov nasledovne: „verejný obstarávateľ požaduje celkovo 6 monitorov (3x min. 5Mpx a 3x min. 3Mpx)“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Minimálne 3 vyhodnocovacie konzoly, každá s minimálne 2 diagnostickými monitormi (porovnávanie

náleزو). Z toho 1x minimálne rozlíšenie 5 Mpx a 2x minimálne rozlíšenie 3 Mpx“ uviedol „áno“.

- parameter „Fixačné pomôcky, ochranné pomôcky, závesný ochranný štít (stropný)“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil – definoval jednotlivé pomôcky a závesný ochranný štít nasledovne: „fixačné pomôcky – 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu, 2 ks podložky pod hlavu, 1 ks podložka trojuholníková pod kolená, základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie, 1 ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Fixačné pomôcky, ochranné pomôcky, závesný ochranný štít (stropný)“ uviedol „áno“.

Z uvedeného dôvodu bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov (ďalej len „zákon o verejném obstarávaní“) požiadany o vysvetlenie predloženej ponuky, t.j.:

- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahrňa externý bezdrôtový CsI detektor vrátane nabíjacieho doku v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov;
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj spĺňa v plnom rozsahu verejným obstarávateľom upravený parameter uhol naklonenia verikálneho statívu/vertigrafu - min. +89°/-20° v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov a o predloženie dôkazu o uvedenej skutočnosti (napr. data sheetu, prospektového materiálu, návodu na obsluhu, prípadne potvrdenia výrobcu zariadenia s vyznačením uvedeného parametra);
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahrňa 3 ks monitorov min. 5Mpx a 3ks monitorov min. 3Mpx, celkovo 6 monitorov v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov;
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahrňa verejným obstarávateľom upresnené jednotlivé pomôcky a závesný ochranný štít (stropný) v plnom rozsahu, t.j.: fixačné pomôcky – 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu, 2 ks podložky pod hlavu, 1 ks podložka trojuholníková pod kolená, základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie, 1 ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu“ v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov.

Vysvetlenie ponuky a predloženie dôkazov bude potrebné doručiť verejnemu obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejném obstarávaní.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača Siemens Healthcare s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava zistila nasledovné:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch k nadlimitnej zákazke v časti C. Opis predmetu zákazky zadefinoval v časti „I. Technická špecifikácia skiaskopicko-skiagrafická stena“, okrem iného technicko-medicínsky parameter v znení: „Rozsah kV pri 1 kV krokoch – skiografia min. od 40 kV do 150 kV, skiaskopie min. 50 kV do 110 kV“.

V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k predmetnému parametru uviedol „40 kV do 150 kV“.

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke – verejnej súťaži definoval listom zn. GR-1100/OVO-428/21/Baš zo dňa 13.04.2021 vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, ktoré bolo zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE. Predmetným vysvetlením verejný obstarávateľ upresnil, resp. upravil okrem iného nasledovné technicko-medicínske parametre zadefinované v časti „III. Doplňková výbava“ časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov:

- parameter „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy minimálne 34 x 42 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – minimálne 14 bit, veľkosť bodu maximálne – 150 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil požadovaný počet detektorov nasledovne: „1 ks externého detektora, rozmer 34 x 42 cm (+ nabíjací dok)“. V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy minimálne 34 x 42 cm, rozlíšenie – rozsah šedi – minimálne 14 bit, veľkosť bodu maximálne – 150 µm, možnosť snímkovania na lôžku“ uviedol „áno“.
- parameter „Uhol naklonenia stola - min. +89°/-20°“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upravil daný parameter, nasledovne: „Uhol naklonenia vertikálneho statívu/vertigrafu - min. +89°/-20°“. V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Uhol naklonenia stola - min. +89°/-20°“ uviedol „áno“.
- parameter „Minimálne 3 vyhodnocovacie konzoly, každá s minimálne 2 diagnostickými monitormi (porovnávanie nálezov). Z toho 1x minimálne rozlíšenie 5 Mpx a 2x minimálne rozlíšenie 3 Mpx“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil počet a druh monitorov nasledovne: „verejný obstarávateľ požaduje celkovo 6 monitorov (3x min. 5Mpx a 3x min. 3Mpx)“. V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Minimálne 3 vyhodnocovacie konzoly, každá s minimálne 2 diagnostickými monitormi (porovnávanie nálezov). Z toho 1x minimálne rozlíšenie 5 Mpx a 2x minimálne rozlíšenie 3 Mpx“ uviedol „áno“.
- parameter „Fixačné pomôcky, ochranné pomôcky, závesný ochranný štít (stropný)“ – pri danom parametri verejný obstarávateľ upresnil – definoval jednotlivé pomôcky a závesný ochranný štít nasledovne: „fixačné pomôcky – 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu, 2 ks podložky pod hlavu, 1 ks podložka trojuholníková pod kolená, základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie, 1 ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu“. V ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE dotknutý uchádzač vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky k pôvodnému zneniu parametra „Fixačné pomôcky, ochranné pomôcky, závesný ochranný štít (stropný)“ uviedol „áno“.

Z uvedeného dôvodu bude dotknutý uchádzač v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejném obstarávaní“) požiadany o vysvetlenie predloženej ponuky, t.j.:

- o vysvetlenie, či uvedené údaje „40 kV do 150 kV“ zohľadňujú požadovaný minimálny rozsah kV pri 1 kV krokoch zadefinovaný pre skiagrfiu aj pre skiaskopiu a o predloženie dôkazu o uvedenej skutočnosti (napr. data sheetu, prospektového materiálu, návodu na obsluhu, prípadne potvrdenia výrobcu zariadenia s vyznačením uvedeného parametra);
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahŕňa externý bezdrôtový CsI detektor vrátane nabíjacieho doku v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súčažných podkladov;
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj spĺňa v plnom rozsahu verejným obstarávateľom upravený parameter uhol naklonenia verikálneho statívu/vertigrafu - min. +89°/-20° v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súčažných podkladov a o predloženie dôkazu o uvedenej skutočnosti (napr. data sheetu, prospektového materiálu, návodu na obsluhu, prípadne potvrdenia výrobcu zariadenia s vyznačením uvedeného parametra);
- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahŕňa 3 ks monitorov min. 5Mpx a 3ks monitorov min. 3Mpx, celkovo 6 monitorov v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súčažných podkladov;

- o vysvetlenie, či ponúknutý prístroj zahŕňa verejným obstarávateľom upresnené jednotlivé pomôcky a závesný ochranný štít (stropný) v plnom rozsahu, t.j.: fixačné pomôcky – 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu, 2 ks podložky pod hlavu, 1 ks podložka trojuholníková pod kolenná, základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie, 1 ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu“ v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov.

Vysvetlenie ponuky a predloženie dôkazov bude potrebné doručiť verejnemu obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejném obstarávaní.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od dotknutých uchádzačov, resp. po uplynutí stanovej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Rádiologická klinika

Clenovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska
Rádiologická klinika

Milan Charvát
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 27.05.2021

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Skiaskopicko-skiagrafická stena“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE, RK

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., RK

Bc. Anna Bystrianska, RK

Milan Charvát, RK

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Beáta Siváková, EO

Ing. Kristína Bašistová, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	S & T Slovakia s. r. o.	Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
2.	Siemens Healthcare s. r. o.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
3.	GUTTA Slovakia spol. s r. o.	Svetlá 1, 811 02 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

GUTTA Slovakia s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava – v procese vyhodnocovania ponúk komisia posudzovala splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovených v súťažných podkladoch. Na základe zistených skutočností verejný obstarávateľ požiadal dotknutého uchádzača o vysvetlenie predloženej ponuky. Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka dotknutého uchádzača nespĺňa všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vylúčil ponuku dotknutého uchádzača v zmysle § 53 ods. 5 písmena b) zákona o verejnom obstarávaní z verejného obstarávania.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

- viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 27.05.2021

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísat' zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísat' zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od všetkých troch dotknutých uchádzačov, t.j. S&T SLOVAKIA s. r. o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava; GUTTA Slovakia s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava a Siemens Healthcare s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Uchádzač S&T SLOVAKIA s. r. o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava vo svojom vysvetlení uviedol že ponúkaný prístroj zahŕňa všetky súčasti požadované verejným obstarávateľom (externý bezdrôtový wifi detektor vrátane príslušenstva, monitory vyhodnocovacích konzol, fixačné a ochranné pomôcky), a že spĺňa požiadavku naklonenia vertikálneho statív/vertigrafu. Dotknutý uchádzač zároveň predložil dôkaz o uvedenej skutočnosti.

vysvetlením ich ponuky nedošlo k jej zmene a komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač GUTTA Slovakia s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava vo svojom vysvetlení uviedol, že ponúkaný prístroj spĺňa celkovú tepelnú kapacitu zostavy RTG žiariča je 2 MHU (300 kHU anóda + 1700 kHU kryt röntgenovej trubice), zároveň externý detektor zahrňa aj nabíjací dok, celkovo 6 ks monitorov: 3 ks monitorov 5 Mpix a 3 ks monitorov 3 Mpix a pomôcky - 2 ks pás na prichytenie klienta k stolu; 2 ks podložky pod hlavu; 1 ks podložka trojuholníková pod kolenná; základná sada ochranných pomôcok pre pacienta, ochranné pomôcky pre personál – nie a 1ks závesný ochranný štít (stropný) podľa špecifikácie výrobcu. Zároveň vo vysvetlení uviedol, že detektor má rozmer aktívnej plochy 33,97 x 42,40 cm, rozdiel medzi verejným obstarávateľom požadovaným parametrom 34 cm je menej ako 1/10 mm čo je úplne zanedbateľný rozdiel a z klinického a medicínskeho hľadiska to nemá žiadny vplyv na pacienta.

Komisia konštatovala, že uchádzač vo svojom vysvetlení vysvetlil nezrovnatlosť v predloženej ponuke, ktoré komisia akceptovala, okrem vysvetlenia týkajúceho sa technického parametra – rozmer aktívnej plochy externého bezdrôtového CsI detektora min. 34x42 cm.

Na základe uvedeného, komisia upozornila, že v rámci prípravy vyhlásenia verejného obstarávania verejný obstarávateľ uskutočnil prieskum trhu, ktorý slúžil ako podklad pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a aj pre účely žiadosti na MZ SR o súhlas k realizácii verejného obstarávania a následného vyhlásenia verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky. V rámci uvedeného prieskumu trhu bola oslovená aj dotknutá spoločnosť, v ktorom predložila cenovú ponuku, v ktorej okrem iného uviedla, že ponúka: „Externý bezdrôtový CsI detektor s rozmerom aktívnej plochy 35x43 cm“. Vzhľadom k tomu, že v prieskume trhu všetci z oslovených záujemcov vrátane dotknutého uchádzača deklarovali, že majú požadovaný detektor, ktorý spĺňa zadefinovanú minimálnu požadovanú veľkosť 34x42 cm, bola táto požiadavka zadefinovaná aj do opisu predmetu zákazky.

Komisia si dovoľuje upozorniť, že nielen počas samotného prieskumu trhu, ale aj v rámci lehoty na predkladanie ponúk neboli stanovené technické parametre rozporované v podobe revíznych postupov.

Vzhľadom k tomu, že dotknutý uchádzač do predmetnej verejnej súťaže predložil ponuku s „Externým bezdrôtovým CsI detektorom s rozmerom aktívnej plochy 33,9 x 42,4 cm, rozlíšením – rozsahom šedi – 16 bit, veľkosťou bodu maximálne – 139 µm, možnosťou snímkovania na lôžku“, ktorá nespĺňa zadefinovaný parameter – rozmer aktívnej plochy externého bezdrôtového CsI detektora min. 34x42 cm, verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol o vylúčení ponuky zo zákazky na „Skiaskopicko-skiagrafickú stenu“.

Zároveň bude uchádzačovi oznamené, že je možné podať námitku podľa § 170 ods. 4 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v lehote do desiatich dní odo dňa prevzatia oznamenia o vylúčení.

Uchádzač Siemens Healthcare s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava vo svojom vysvetlení uviedol, že zariadenie na ktoré bola predložená ponuka spĺňa všetky parametre požadované verejným obstarávateľom a je nakonfigurované tak, aby obsahovalo všetky technické požiadavky stanovené v špecifikácii, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil.

Vysvetlením ich ponuky nedošlo k jej zmene a komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po uplynutí stanovenej lehoty na podanie námitky zo strany uchádzača GUTTA Slovakia s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava.

Komisia:

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska
Rádiologická klinika

Milan Charvát
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 20.09.2021

Zápisnica z úplného úvodného vyhodnotenia ponúk
v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnem obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Skiaskopicko-skiagrafická stena“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE – prednosta Rádiologickej kliniky

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD. – Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska – Rádiologická klinika

Milan Charvát - Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová – Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková - Ekonomický odbor

Ing. Monika Klobošická - Odbor verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová - Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková - Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová – Odbor verejného obstarávania

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	S & T Slovakia s. r. o.	Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
2.	Siemens Healthcare s. r. o.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
3.	GUTTA Slovakia spol. s r. o.	Svetlá 1, 811 02 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2 zo dňa 20.9.2021

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:
Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
1.	S & T Slovakia s. r. o - Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava	488 398,80	I.
2.	Siemens Healthcare s. r. o. - Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	488 400,00	II.

Ponuka uchádzača S & T Slovakia s. r. o sa umiestnila ako v prvá v poradí z dôvodu, že ponúkla vo svojej ponuke najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Konečné poradie ponúk predmetu zákazky bude zostavené v elektronickej aukcii.

Subdodávatelia:

Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, IČO: 36348279
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah): kontrola RTG prístroja pred spustením do prevádzky, 0,15%, 450 €

Hosping spol. s r. o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 31328474
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah): technologický projekt, El. projekt., 0,42%, 1 300 €

Verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísat' zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísat' zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača GUTTA Slovakia, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava zistila nasledovné:

Dotknutý uchádzač v stanovenej lehote verejnemu obstarávateľovi nedoručil námietku podľa §170 ods. 4 písm. d) zákona o verejnem obstarávaní.

Komisia konštatovala, že uchádzači S & T Slovakia s. r. o - Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava a Siemens Healthcare s. r. o. - Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava splnili podmienky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Komisia odporučila vyzvať uchádzačov na účasť v elektronickej aukcii.

Komisia:

Predsedca komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska
Rádiologická klinika

Milan Charvát
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Ing. Monika Klobušická
vedúca Odboru verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 06.10.2021

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii
v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Skiaskopicko-skiagrafická stena“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE – prednosta Rádiologickej kliniky

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD. – Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska – Rádiologická klinika

Milan Charvát - Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová – Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková - Ekonomický odbor

Ing. Monika Klobošická - Odbor verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová - Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková - Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová – Odbor verejného obstarávania

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	S & T Slovakia s. r. o.	Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
2.	Siemens Healthcare s. r. o.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
3.	GUTTA Slovakia spol. s r. o.	Svetlá 1, 811 02 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2 zo dňa 20.9.2021

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutočnila 12.10.2021 od 09:30, podľa kritéria na vyhodnotenia ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Na základe vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou, v ktorej boli vyhodnocované ponuky dvoch uchádzačov, je poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača nasledovné:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
1.	S & T Slovakia s. r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava	371 561,99	I.
2.	Siemens Healthcare s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	371 562,00	II.

- 1. S & T Slovakia s. r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava** – uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a v elektronickej aukcii ponúkol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH, ktorá neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky; verejný obstarávateľ po ukončení elektronickej aukcie vyhodnotil predloženú ponuku ako úspešnú;
- 2. Siemens Healthcare s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava** – uchádzač ponúkol vyššiu celkovú cenu v EUR s DPH oproti úspešnému uchádzačovi.

Subdodávatelia:

Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, IČO: 36348279
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah): kontrola RTG prístroja pred spustením do prevádzky, 0,15%, 450 €

Hosping spol. s r. o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 31328474
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah): technologický projekt, El. projekt., 0,42%, 1 300 €

Verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísat' zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísat' zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Komisia po ukončení elektronickej aukcie vyhodnotila poradie úspešnosti predložených ponúk. Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzača - spoločnosť **S & T Slovakia s. r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava**, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Komisia:

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska
Rádiologická klinika

Milan Charvát
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Ing. Monika Klobušická
vedúca Odboru verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 14.10.2021

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Skiaskopicko-skiagrafická stena“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predsedca komisie:

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE – prednosta Rádiologickej kliniky

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD. – Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska – Rádiologická klinika

Milan Charvát - Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová – Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková - Ekonomický odbor

Ing. Monika Klobušická - Odbor verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová - Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková - Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová – Odbor verejného obstarávania

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	S & T Slovakia s. r. o.	Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
2.	Siemens Healthcare s. r. o.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
3.	GUTTA Slovakia spol. s r. o.	Svetlá 1, 811 02 Bratislava

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

Vid' zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2 zo dňa 20.9.2021

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH.

Na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, v ktorej boli vyhodnocované ponuky dvoch uchádzačov a po vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, je poradie uchádzačov nasledovné:

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

1. S & T Slovakia s. r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava – ponúkol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH; ponúknutá celková cena zákazky neprekročila jeho predpokladanú hodnotu; verejný obstarávateľ vyhodnotil predloženú ponuku ako úspešnú;
2. Siemens Healthcare s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava – ponúkol vyššiu celkovú cenu v EUR s DPH oproti úspešnému uchádzačovi.

Subdodávatelia:

Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, IČO: 36348279

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah): kontrola RTG prístroja pred spustením do prevádzky, 0,15%, 450 €

Hosping spol. s r. o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 31328474

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah): technologický projekt, El. projekt., 0,42%, 1 300 €

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid' zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 25.10.2021, 16.11.2021 a 05.12.2021, 9.12.2021

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísat' zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísat' zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Vzhľadom na skutočnosť, že predložená ponuka uchádzača S & T Slovakia s. r. o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava splnila všetky podmienky verejného obstarávateľa stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a po ukončení elektronickej aukcie bola vyhodnotená ako prvá v poradí, komisia vyhodnotila dotknutého uchádzača ako úspešného. Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavorená v prípade, že bude udelený súhlas Ministerstva zdravotníctva SR s uzavorením kúpnej zmluvy.

Komisia:***Predsedca komisie:***

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Bc. Anna Bystrianska
Rádiologická klinika

Milan Charvát
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Ing. Monika Klobušická
vedúca Odboru verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Kristína Bašistová
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 09.12.2021