

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Ultrazvukové prístroje - II. etapa“

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

JUDr. Andrea Uhlárová

Členovia komisie:

MUDr. Richard Koyš, KAIM

MUDr. Marian Melišík, OK

Doc. MUDr. Slavomír Nosál, PhD., KDAIM

MUDr. Iveta Kopalová, OCCH

Ing. Anna Cígerová, EO

Bc. Kristína Blažičková, OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s.r.o.	Armádna 1659/12 911 01 Trenčín
2.	Unique Medical s.r.o.	Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava
3.	WEGA - MS spol. s.r.o.	Pálenická 1/601 922 21 Moravany nad Váhom
4.	INTES Poprad, s.r.o.	Námestie sv. Egídia 95 058 01 Poprad

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

- viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 11.03.2022

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od všetkých štyroch dotknutých uchádzačov, t.j. MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Armádna 1659/12, 911 01 Trenčín; Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava; WEGA - MS spol. s.r.o., Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom a INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad.

Uchádzač MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Armádna 1659/12, 911 01 Trenčín vo svojom vysvetlení uviedol, že pri parametri „Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku“ došlo k nesprávnemu uvedeniu parametra v produktovom liste, pričom parameter v produktovom liste opravil a priložil list z technickej špecifikácie prístroja od výrobcu a pri parametri „Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi“ neuviedol formát *.bmp, pričom parameter v produktovom liste opravil a priložil list z technickej špecifikácie prístroja od výrobcu.

Z dôvodu, že dotknutý uchádzač riadne vysvetlil uvedenú skutočnosť a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava vo svojom vysvetlení uviedol, že ponúkaný prístroj Arietta 50 sa vyrába v dvoch verziách. Ďalej uviedol, že v technickom liste došlo k administratívnej chybe, nakoľko sa tam nachádzali údaje z vyššieho modelu, preto v prílohe zaslal správny technický list, ktorý spĺňa zadané parametre.

Z dôvodu, že dotknutý uchádzač riadne vysvetlil uvedenú skutočnosť a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač WEGA - MS spol. s.r.o., Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom vo svojom vyjadrení k žiadosti uviedol nasledovné stanovisko:

I. V predloženom dokumente návrhu na plnenie predmetu zákazky pri technickej špecifikácii lineárnej sondy pre vyšetrenie cievne, svalokostrové pre časť č. 2 omylom, resp. preklepom uviedol „Footprint 50 mm“, pričom správna hodnota je podľa priloženého technického listu pre prístroj MyLab Omega „Footprint 52 mm“. Dotknutý uchádzač priložil opravený dokument a čestne vyhlásil, že ponúkaný prístroj MyLab Omega v plnom rozsahu spĺňa všetky uvedené požiadavky.

II. V predložených dokumentoch návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky pre časť č. 1 a pre časť č. 2 nedopatrením neuviedol výšku DPH v %. Dotknutý uchádzač priložil opravené dokumenty návrhu na plnenie kritérií pre obidve časti.

Z dôvodu, že dotknutý uchádzač riadne vysvetlil uvedenú skutočnosť a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad vo svojej odpovedi k žiadosti o vysvetlenie ponuky uviedol nasledovné:

I. Pri vyplňaní tabuľky s technickou špecifikáciou predmetu zákazky pre časť č. 4 došlo u položky nastaviteľný pult obsluhy výškovo s požadovanou hodnotou min. 25 cm k preklepu, pričom správna hodnota je uvedená v prospektovom materiáli, čiže 37,5 cm. Dotknutý uchádzač priložil opravenú technickú špecifikáciu predmetu zákazky pre časť č. 4.

II. Ponuka, ktorú dotknutý uchádzač predložil je kalkulovaná na základe štandardného cenníka jeho spoločnosti. Táto cena je rovnaká ako pre privátny sektor, tak aj pre štátny sektor. Uchádzač následne uviedol, že predpokladá zmenu výslednej ceny po uskutočnení aukcie, pričom uvedená cena môže byť aj nižšia, ako ním predložená ponuka.

Z dôvodu, že dotknutý uchádzač riadne vysvetlil uvedenú skutočnosť a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Komisia:

Predseda komisie:

JUDr. Andrea Uhlárová
Oddelenie práv a kontroly


Členovia komisie:

MUDr. Richard Koyš
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Marian Melišík
Ortopedická klinika

Doc. MUDr. Slavomír Nosál, PhD.
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Iveta Kopalová
Oddelenie cievnej chirurgie



Ing. Anna Cígerová
Ekonomický odbor

Bc. Kristína Blažičková
Odbor verejného obstarávania

V Martine, dňa: 25.03.2022

