

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 22.02.2022

Vec: Zmena súťažných podkladov č. 6

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálne technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto oznamuje, že Verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať nižšie uvedenú **zmenu súťažných podkladov týkajúcu sa Špecifikácie Časti III., IV., V. a VII. predmetu zákazky.**

1. ZMENA

Pôvodné požadované parametre na **časť III. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 4, 48, 49 a 51 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť III. súťažných podkladov boli stanovené nasledovne:

P.č.	Technické špecifikácie USG prístroja	Požadovaný parameter
4	Frekvenčný rozsah	min. 1 až 15 MHz
...
48	2D lineárna sonda	s frekvenčným rozsahom min. 5-10 MHz
49	2D konvexná sonda	s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz
...
51	2D/3D/4D transtorakálna sektorová sonda	s frekvenčným rozsahom min. 1,5-3,5 MHz

Po zmene požadované parametre na **časť III. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 4, 48, 49 a 51 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť III. súťažných podkladov sú stanovené nasledovne:

P.č.	Technické špecifikácie USG prístroja	Požadovaný parameter
4	Frekvenčný rozsah	min. 1 až 10 MHz
...
48	2D lineárna sonda	s frekvenčným rozsahom min. 5-9,6 MHz
49	2D konvexná sonda	s frekvenčným rozsahom min. 2-5,1 MHz
...

51	2D/3D/4D transtorakálna sektorová sonda	s frekvenčným rozsahom min. 1,5-3,4 MHz
----	---	--

2. ZMENA

Pôvodný požadovaný parameter na **časť IV. predmetu zákazky** uvedený pod p.č. 23 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť IV. súťažných podkladov bol stanovený nasledovne:

P.č.	Technické špecifikácie	Požadovaný parameter
...
23	Kardiologická sonda	s frekvenčným rozsahom min. 3-5 MHz

Po zmene požadovaný parameter na **časť IV. predmetu zákazky** uvedený pod p.č. 23 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť IV. súťažných podkladov je stanovený nasledovne:

P.č.	Technické špecifikácie	Požadovaný parameter
...
23	Kardiologická sonda	s frekvenčným rozsahom min. 3-4,4 MHz

3. ZMENA

Pôvodné požadované parametre na **časť V. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 6, 7 a 8 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť V. súťažných podkladov boli stanovené nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
1
6	Veľkosť malého ohniska	mm		0,7	
7	Veľkosť veľkého ohniska	mm	1,3		
8	Rotačné rameno	°	+/- 270		

Po zmene požadované parametre na **časť V. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 6, 7 a 8 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť V. súťažných podkladov sú stanovené nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
1

6	RTG žiarič s jedným ohniskom s rozmerom 0,8 mm alebo RTG žiarič s 2 ohniskami, pričom veľkosť malého ohniska max. 0,7 mm a veľkosť veľkého ohniska min. 1,3 mm	áno			
7					
8	Rotačné rameno	°	+/- 90		

4. ZMENA

Pôvodný požadovaný parameter na **časť VII. predmetu zákazky** uvedený pod p.č. 4 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť VII. súťažných podkladov bol stanovený nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
...
4	Ložná plocha: Šírka	cm	88		

Po zmene požadovaný parameter na **časť VII. predmetu zákazky** uvedený pod p.č. 4 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť VII. súťažných podkladov je stanovený nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
...
4	Ložná plocha: Šírka	cm	87		

Verejný obstarávateľ prikladá aj aktualizované znenie Podrobnej špecifikácie predmetu zákazky_Časť III, IV., V. a VII., ktoré sú súčasťou prílohy č. B.1 súťažných podkladov, ktoré zohľadňujú vyššie uvedené zmeny ako aj zmeny predchádzajúce.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné zmeny súťažných podkladov.

S pozdravom



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.

Príloha:

- č.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť III._2022_02_22
- č.2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť IV._2022_02_22
- č.3 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť V._2022_02_22
- č.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť VII._2022_02_22