

## **Časť 4: UPGRADE EXISTUJÚCEHO VYBAVENIA**

### **Príslušenstvo k bioreктору**

Príslušenstvo k bioreктору – rozšírenie o senzor umožňujúci sledovanie a reguláciu pH a DO, kompatibilný s biorektorovým systémom Xuri WAVE 25. Súčasťou dodávky IQ/OQ dokumentácia vrátane validácie.

### **Elevačný motorizovaný stôl**

Elevačný motorizovaný stôl kompatibilný so zariadením GE Healthcare Optima XR646,

- veľkosť dosky stola min. 240x90 cm,
- rozsah motorického vertikálneho pohybu stola min. 50 až 80 cm,
- rozsah pozdĺžneho pohybu stola min.  $\pm 30$  cm,
- rozsah bočného pohybu stola  $\pm 14$  cm,
- rozsah pohybu detektora v stole min. 80 cm,
- funkcia autotrackingu a autopositioningu,
- integrované zariadenie tzv. „bucky“ clony v stole,
- antirozptylová mriežka s ohniskovou vzdialenosťou min. 100 cm, mriežka minimálne 7 lp/cm,
- nosnosť stola minimálne 300 kg.