



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 034-18/ 2019

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
06. 03. 2019

Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov 11 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9/034-03/2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 027-059615 zo 07.02.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 28/2019 z 08.02.2019 pod zn. 3857-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ

v časti XXIV Dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných termolabilných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre manuálne použitie a v časti XXV. Dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných termolabilných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre strojové použitie požaduje dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných pomôcok zabezpečujúcich vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre manuálne použitie.

Verejný obstarávateľ tým pádom požaduje oba detergenty enzymatické, teda sa jedná vždy o typovo rovnaký prípravok k ošetrovaniu endoskopov.

Pre ošetrovanie endoskopov sú na trhu i iné čistiace prípravky napr.: iba na báze vysoko účinných komplexov tenzidov.

Mohol by verejný obstarávateľ zmeniť názov a zároveň pripustiť viacej prípravkov samozrejme so zachovaním požadovanej technickej špecifikácie v nasledovnom znení:

verejný obstarávateľ požaduje dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi alebo **deštergentmi** pre manuálne použitie **aj na endoskopy**.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať v ponuke, ak uchádzač ponúkne i iné prípravky, pokiaľ sú určené priamo k čisteniu endoskopov pri zachovaní technickej špecifikácie?

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať, avšak za podmienky, že uchádzačom ponúkané detergenty majú deklarovanú proteolýzu.

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ v **Časti VII. Alkoholové dezinfekčné utierky na dezinfekciu cievnych vstupov s obsahom chlorhexidinu, KAZ, PVP – jód** požaduje prípravky, ktoré vzhľadom k určeniu prípravku musia byť určené na dezinfekciu cievnych vstupov, teda predpokladáme, že musia byť deklarované ako zdravotnícky prostriedok, v súlade s odporúčením odborných skupín, balený individuálne, aby sa zabránilo vysychaniu prípravku a zamedzila sa možná kontaminácia z okolitého prostredia pretože sa jedná o rizikový vstup do krvného riečiska.

Chápeme správne požiadavku verejného obstarávateľa?.

Odpoveď:

Áno. Uvedené požiadavky chápete správne.