



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
GR-2221/OVO-844/22/BL

V Martine, dňa:
22.06.2022

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Vážený záujemca,

dňa 20.06.2022 bola do Univerzitnej nemocnice Martin doručená elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom na predmet zákazky **„Defibrilátor s EKG monitorom, kardiostimulátorom, s bifázickým defibrilačným výbojom - 2 ks“**, vyhlásenej v rámci dynamického nákupného systému „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie“ uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT.

Žiadosť o nápravu zo dňa 20.06.2022 obsahuje popis skutočnosti, ktorý smeruje k úprave minimálnej technickej špecifikácie, zadanovej konečným užívateľom v Opise predmetu zákazky - Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ cituje celé znenie odôvodnenia a citácie v podanej žiadosti o nápravu a následne uvádza výsledok vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením:

1. Návrh vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľom

„V súťažných podkladoch v minimálnych technicko-medicínskych parametroch predmetu zákazky je požadované v bode 8. USB alebo wifi interface pre prenos dát z internej pamäte a update software. Náš defibrilátor ponúka prenos dát z internej pamäte na SD kartu. Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto riešenie prenosu dát?“

2. Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu verejným obstarávateľom s odôvodnením

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti o nápravu.

Na základe stanoviska konečných užívateľov verejný obstarávateľ zvažil a prehodnotil minimálny technicko-medicínsky parameter, zadanovaný v Opise predmetu zákazky a pristúpil k úprave zmieneneho parametru nasledovne:

8. USB alebo wifi interface alebo SD karta pre prenos dát z internej pamäte a update software

Verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky tak, ako je uvedené vyššie, s účinnosťou odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu v systéme JOSEPHINE.

Z dôvodu, že dochádza k úprave minimálnej technickej špecifikácie zadaných konečnými užívateľmi v Opise predmetu zákazky (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk), uvedená úprava bude implementovaná do aktualizovanej minimálnej technickej špecifikácie, ktorá bude poskytnutá všetkým známym záujemcom a zverejnená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

S pozdravom

.....
Ing. Stanislav Škorňa, MBA
ekonomický riaditeľ UNM

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM