

**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca  
Palárikova 2311, 022 16 Čadca**

**Zápisnica z otvárania ponúk dňa  
11. 04. 2019 o 10:00:00 hod.**

predložených uchádzačmi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE vo verejnom obstarávaní Zákazka v DNS s názvom:

**„Magnetická rezonancia vrátane záručného servisu“,**

vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania č. 0158 pod zn. 55/2018 dňa 19. 03. 2018 a vo vestníku Úradu pre úradné publikácie EÚ č. 116998 - 2018 dňa 16. 03. 2018

**Lehota na predkladanie ponúk:** 11. 04. 2019 09:00:00.

**Predpokladaná hodnota zákazky:** 800 000,00 EUR bez DPH

**A) Zoznam členov komisie:**

MUDr. Erich Mičák  
MUDr. Milan Galgánek  
MUDr. Miroslav Gajan  
MUDr. Michal Kováčik  
Ing. Pavol Námešný  
Anna Burdová  
Mgr. Gabriela Maslanová

**B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:**

**Poradové číslo obálky:** 1

**Obchodné meno:** InMed Slovakia s.r.o.

**Adresa:** Dlhé lúky 8, 919 35, Hrnčiarovce nad Parnou

**IČO:** 36256871

**Názov častí (pokiaľ je zákazka rozdelená na časti):** -

**Názov položky:** Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky **Množstvo položky:** 1

**Jednotka položky:** celok **Mena:** v EUR **DPH:** bez DPH **Cena položky:** 799 000,00 EUR

**Cena celkom:** 799 000,00 EUR

**Názov necenového kritéria:** maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi (mT/m) **Hodnota necenového kritéria:** 0-35

**Názov necenového kritéria:** maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi **Hodnota necenového kritéria:** 145 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky, alebo hlavovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) **Hodnota necenového kritéria:** 0-29

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov chrbtícovej cievky (samotný počet cievkových elementov) - pričom sa umožňuje použiť koncept dynamickej cievky (riešenie konceptom dynamickej cievky nebude kvalitatívne hodnotené žiadnym dodatočným bodom)

**Hodnota necenového kritéria:** 30 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanéj pri vyšetrení zápästia (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanéj pri vyšetrení kolena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda **Hodnota necenového kritéria:** 12 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky

(skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanaj pri vyšetrení ramena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda mô **Hodnota necenového kritéria:** 0-7

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanaj pri vyšetrení členka/chodidla (skutočný počet elementov samotnej flexi ci **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 40cm **Hodnota necenového kritéria:** ak menšia ako 1 alebo rovná 1

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 30cm **Hodnota necenového kritéria:** iné hodnoty

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 20cm **Hodnota necenového kritéria:** iné hodnoty

**Názov necenového kritéria:** optický prenos signálu od rf-systému **Hodnota necenového kritéria:** nie

**Poradové číslo obálky:** 2

**Obchodné meno:** S&T Slovakia s.r.o.

**Adresa:** Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava

**IČO:** 31349935

**Názov časti (pokiaľ je zákazka rozdelená na časti):** -

**Názov položky:** Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky **Množstvo položky:** 1

**Jednotka položky:** celok **Mena:** v EUR **DPH:** bez DPH **Cena položky:** 798 560,30 EUR

**Cena celkom:** 798 560,30 EUR

**Názov necenového kritéria:** maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi (mT/m) **Hodnota necenového kritéria:** 0-35

**Názov necenového kritéria:** maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi **Hodnota necenového kritéria:** 0-144

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky, alebo hlavovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) **Hodnota necenového kritéria:** 0-29

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov chrbtícovej cievky (samotný počet cievkových elementov) - pričom sa umožňuje použiť koncept dynamickej cievky (riešenie konceptom dynamickej cievky nebude kvalitatívne hodnotené žiadnym dodatočným bodom)

**Hodnota necenového kritéria:** 30 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanaj pri vyšetrení zápästia (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanaj pri vyšetrení kolena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda mô **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanaj pri vyšetrení ramena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda mô **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanaj pri vyšetrení členka/chodidla (skutočný počet elementov samotnej flexi ci **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 40cm **Hodnota necenového kritéria:** ak menšia ako 1 alebo rovná 1

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 30cm **Hodnota necenového kritéria:** ak menšia ako 0.2 alebo rovná 0.2

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 20cm **Hodnota necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 20cm pri splnení parametra na úrovni rovnakej a menšej 0,1 ppm

**Názov necenového kritéria:** optický prenos signálu od rf-systému **Hodnota necenového kritéria:** áno

**Poradové číslo obálky:** 3

**Obchodné meno:** Siemens Healthcare

**Adresa:** Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava

**IČO:** 48146676

**Názov časti (pokiaľ je zákazka rozdelená na časti):** -

**Názov položky:** Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky **Množstvo položky:** 1

**Jednotka položky:** celok **Mena:** v EUR **DPH:** bez DPH **Cena položky:** 837 000,00 EUR

**Cena celkom:** 837 000,00 EUR

**Názov necenového kritéria:** maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi (mT/m) **Hodnota necenového kritéria:** 0-35

**Názov necenového kritéria:** maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi **Hodnota necenového kritéria:** 0-144

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky, alebo hlavovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) **Hodnota necenového kritéria:** 0-29

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov chrbticovej cievky (samotný počet cievkových elementov) - pričom sa umožňuje použiť koncept dynamickej cievky (riešenie konceptom dynamickej cievky nebude kvalitatívne hodnotené žiadnym dodatočným bodom)

**Hodnota necenového kritéria:** 0-29

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívannej pri vyšetrení zápästia (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívannej pri vyšetrení kolena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda mô **Hodnota necenového kritéria:** 12 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívannej pri vyšetrení ramena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda mô **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívannej pri vyšetrení členka/chodidla (skutočný počet elementov samotnej flexi ci **Hodnota necenového kritéria:** 8 a viac

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 40cm **Hodnota necenového kritéria:** iné hodnoty

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 30cm **Hodnota necenového kritéria:** ak menšia ako 0.2 alebo rovná 0.2

**Názov necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 20cm **Hodnota necenového kritéria:** Zaručená homogenita ppm 20cm pri splnení parametra na úrovni rovnakej a menšej 0,1 ppm

**Názov necenového kritéria:** optický prenos signálu od rf-systému **Hodnota necenového kritéria:** áno

### **C) Otváranie ponúk:**

**Otváranie ponúk je neverejné.**

**Otváranie ponúk** sa uskutočnilo elektronicky prostredníctvom sw Josephine dňa 11.04. 2019 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Elektronické otváranie ponúk sa uskutočnilo 11. 04. 2019 o 10:00:00 hod. Otvárania sa zúčastnila menovaná komisia. Komisia elektronicky otvárala ponuky v poradí, v akom boli uchádzačmi doručené verejnemu obstarávateľovi.

Členovia komisie schvaľujú a prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z otvárania ponúk.

MUDr. Erich Mlčák

MUDr. Milan Galgánek

MUDr. Miroslav Gajan

MUDr. Michal Kováčik

Ing. Pavol Námešný

Anna Burdová

Mgr. Gabriela Maslanová

Zapísal: Ing. Pavol Námešný  
V Žiline dňa: 15. 04. 2019