



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN  
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-2938/OVO-1217/22/Je

v Martine, dňa:  
05. 09.2022

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „EKG prístroj – 1 ks“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“**

Vážený záujemca,

na základe žiadostí záujemcu o vysvetlenie informácií na predmet zákazky „EKG prístroj – 1 ks“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

V minimálnej technickej špecifikácii je uvedené v bode 8 - rozmer EKG papier A4. Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer papiera A5, pričom výsledná tlač záznamu je v rozmere A4?

**Odpoveď:**

*Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj rozmer papiera A5, pričom výsledná tlač záznamu bude v rozmere A4.*

V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 8 minimálnych technicko-medicínskych parametrov nasledovne:

„8. Rozmer EKG papiera A4 alebo rozmer EKG papiera A5, pričom výsledná tlač záznamu je v rozmere A4“

S pozdravom

.....  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA  
riaditeľ UNM

Príloha: Opis predmetu zákazky - upravený