



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-2953/OVO-1220/22/Ko

v Martine, dňa:
06.09.2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Vozík na transport pacienta - stretcher - 1 ks**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Bude obstarávateľ akceptovať rozsah nastavenia výšky 60-90cm?

Pôvodná hodnota:

Zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 58,5 – 85,5 cm

Navrhovaná hodnota:

Zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 60 – 90cm

Navrhovaný rozsah je väčší ako pôvodne obstarávateľom zamýšľaný a spodná hodnota 60cm je plne v prevádzke vyhovujúca a rozdiel 1,5cm je v praxi nepozorovateľný.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať spodnú hranicu ložnej plochy min. 60 cm.

V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ upravuje znenie parametra nasledovne: „zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 60,0 – 85,5 cm“.

V uvedenej súvislosti zároveň Univerzita Martina v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 19.09.2022 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 19.09.2022 o 13:00 hod.

S pozdravom

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
riaditeľ UNM

Príloha: Opis predmetu zákazky - upravený