



V Trenčíne, dňa 03.10.2022

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

**Označenie verejného obstarávania:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Verejný obstarávateľ | <b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b> |
| Predmet zákazky:     | <b>Infúzne a transfúzne súpravy, spojovacie hadičky</b>           |
| Typ zákazky:         | Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru                       |
| Postup               | § 117 ZVO   |

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 1-1**

na základe zverejnenej výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Infúzne a transfúzne súpravy, spojovacie hadičky, bod 7. Opis predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia na predmet plnenia uvedená v Prílohe č. 1 - časť 2. Infúzne a transfúzne súpravy je uvedená požiadavka na transfúzny filter 350 µm žiadame o vysvetlenie tejto požiadavky:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie ponuky aj na transfúznu súpravu s filtrom 200 µm? Nakoľko sa bežne používajú v zdravotníckych zariadeniach aj transfúzne súpravy od iných výrobcov vyrábané/dodávané s filtrom 200 µm, máme za to, že tiež vyhovujú účelu použitia v plnom rozsahu.

**Odpoveď 1-1:**

Verejný obstarávateľ upravuje požadovaný parameter. Technický parameter po úprave znie: Transfúzny filter: 170-200µm.

S pozdravom,

Mgr. Lenka Kiss-Tóthová  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: FNTN-ZsNH-2022-Infúzne a transfúzne súpravy-§117-p1 Výzvy,Zmluvy-TŠ-úpr1