

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Vybavenie neurofyziologicalkého pracoviska KDaD“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

doc. MUDr. Vladimír Nosál, PhD., FESO; NEUROL

Členovia komisie:

Ing. Lukáš Remeň; KDaD

JUDr. Andrea Uhlárová; OPaK

Beáta Siváková; EO

Bc. Kristína Blažičková; OVO

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	DEYMED Diagnostic s.r.o.	Kudrnáčova 533 549 31 Hronov, ČR
2.	WEGA - MS spol. s.r.o.	Pálenická 1/601 922 21 Moravany nad Váhom
3.	TIMED, s.r.o.	Trnavská cesta 112/1 821 01 Bratislava
4.	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského 40a 921 01 Piešťany

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - II zo dňa 09.12.2022.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: -

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od uchádzača DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov, Česká republika a od uchádzača WEGA – MS spol. s.r.o., Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom.

Uchádzač WEGA-MS, spol. s.r.o., Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom vo svojom vysvetlení uviedol, že sa jednalo o nezrovnalosť, ktorá vznikla nedopatrením, pričom v prílohe predmetného vysvetlenia pripojil opravené dokumenty, t. j. kúpnu zmluvu s prílohami a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky - Príloha č. 4a súťažných podkladov s uvedeným obchodným názvom prístroja, na ktorý predložil ponuku.

Z dôvodu, že uchádzač riadne vysvetlil uvedenú skutočnosť a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov, Česká republika vo svojom vysvetlení uviedol nasledovné stanoviská:

- k bodu č. I uvádza, že akceptuje opravu chyby vo výške DPH, pričom v prílohe zaslal opravenú kúpnu zmluvu a návrh na plnenie predmetu zákazky;
- k bodu č. II uvádza, že sa jedná o administratívnu chybu, pričom v prílohe zaslal opravenú kúpnu zmluvu vrátane príloh.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky na základe doručeného vysvetlenia uchádzača DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov, Česká republika, v ktorom uchádzač identifikoval ponúkaný typ prístroja, zistila nasledovné:

I.

V zmysle § 53 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

V ponuke predloženej uchádzačom v časti č. 1 – EEG prístroj s evokovanými potenciálmi uviedol uchádzač na základe predloženého vysvetlenia po oprave sadzby DPH cenu za celý predmet zákazky vo výške 78 000,00 € s DPH. Vzhľadom na porovnanie jeho ceny a cien za celý predmet zákazky v € s DPH ostatných ponúk komisia vyhodnotila jeho ponuku v časti č. 1 ako mimoriadne nízku.

V nadväznosti na uvedené bude uchádzač v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v časti č. 1. Vysvetlenie sa môže týkať hospodárnosti výrobných postupov, osobitne výhodných podmienok na dodanie tovaru, osobitosti ponúknutého tovaru, resp. ďalších skutočností uvedených v § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z vysvetlenia musí byť zrejmé, že v prípade úspešnosti predloženej ponuky spoločnosť dodá ponúknutú cenu prístroja.

II.

Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov minimálne požiadavky na predmet zákazky.

Zároveň verejný obstarávateľ požadoval v bode 18.9 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. Opis predmetu zákazky – podrobný popis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu ponúkaného prístroja vrátane všetkých požadovaných technických parametrov tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti C. súťažných podkladov, pričom bolo možné použiť Prílohu č. 4 súťažných podkladov.

Zároveň v bode 4. časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov si verejný obstarávateľ vyhradil právo požiadať uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravosť parametrov uvedených vo Vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky v prípade, ak zistí nezrovnalosť medzi technicko-medicínskymi parametrami deklarovanými uchádzačom v ponuke a technicko-medicínskymi parametrami získanými z verejne dostupných zdrojov, resp. bude mať pochybnosť o pravosti týchto parametrov. Dokladmi preukazujúcimi pravosť uvedených parametrov sú datasheet, prospektový materiál alebo návod na obsluhu s vyznačením konkrétnych parametrov, resp. potvrdenie výrobcu ponúkaného prístroja. V prípade, že uchádzač nepreukáže pravosť všetkých parametrov deklarovaných v predloženej ponuke doložením požadovaných dokladov, verejný obstarávateľ nezaradí takéhoto uchádzača do ďalšieho vyhodnocovania ponúk a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk danej zákazky.

Uchádzač vo svojej ponuke o. i. predložil vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky s uvedením podrobných technicko-medicínskych parametrov ponúkaného prístroja, typ SomniPro PSG CL + TruTrace EMG CL. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní predmetu zákazky posudzoval splnenie technicko-medicínskych parametrov z dokladov predložených v ponuke a zároveň z verejne dostupných

zdrojov. Z predloženého vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky a z informácií získaných z verejne dostupných zdrojov je zrejmé nasledovné:

- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „1.5 kanály pre Snímač polohy tela“ s požadovanou hodnotou „min. 1 kanál“ uvádza „3“, pričom na webovej stránke uchádzača (t. j. oficiálnej stránke výrobcu) je uvedený len jeden 3D senzor;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „1.7 vzorkovacia frekvencia“ s požadovanou hodnotou „min. 8192 Hz“ uvádza „Max 16 KHz“, pričom na webovej stránke uchádzača je uvedených 6 000 Hz;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „1.9 vstupná impedancia zosilňovačov“ s požadovanou hodnotou „min. 100 GOhm“ uvádza „100“, pričom na webovej stránke uchádzača je uvedených 10 GOhm;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „1.11 grafický displej s rozlíšením“ s požadovanou hodnotou „min. 128*64 pixel * pixel“ uvádza „Min. 480x272“, pričom z webovej stránky uchádzača a katalógu výrobcu podľa obrázkov hlavica neobsahuje žiaden displej;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „1.13 plynulé snímanie bez prerušenia bez pripojenia káblom po dobu“ s požadovanou hodnotou „min. 36 hodín“ uvádza „36“, pričom na webovej stránke uchádzača je uvedené 20 hodín;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „3.3 vzorkovacia frekvencia pre každý kanál“ s požadovanou hodnotou „min. 64 kHz“ uvádza „64“, pričom na webovej stránke uchádzača je uvedené 50 kHz;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „7.1 FullHD Video EEG monitoring“ s požadovanou hodnotou „64-kanálová snímacia jednotka“ uvádza „ano“, pričom z webovej stránky uchádzača, podľa hlavice a počtu konektorov, sa nemôže jednať o 64-kanálovú hlavicu;
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „7.3 Grafický displej pre zobrazenie impedancií, kriviek, stavu batérií a informácií o stave snímania“ s požadovanou hodnotou „áno“ uvádza „ano“, pričom z webovej stránky uchádzača a katalógu výrobcu, podľa obrázkov, hlavica neobsahuje žiaden displej.

Z dôvodu, že z predložených dokladov v porovnaní s verejne dostupnými zdrojmi verejný obstarávateľ nevie jednoznačne posúdiť splnenie technicko-medicínskych parametrov ponúkaného EEG prístroja s evokovanými potenciálmi v plnom rozsahu, hlavne s prihliadnutím na body č. 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 3.3, 7.1 a 7.3 technickej špecifikácie (viď. vyššie identifikované rozpory týchto parametrov), v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude uchádzač požiadaný o vysvetlenie predloženej ponuky a o doloženie dokladov preukazujúcich pravosť uvedených parametrov ponúkaného EEG prístroja s evokovanými potenciálmi ako je datasheet, prospektový materiál alebo návod na obsluhu s vyznačením konkrétnych parametrov, resp. potvrdenie výrobcu ponúkaného prístroja, z ktorých bude zrejmé splnenie všetkých požadovaných parametrov uvedených vo Vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky.

Vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v časti č. 1 v zmysle bodu I. a vysvetlenie predloženej ponuky a doplnenie dokladov v zmysle bodu II. bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od uchádzača, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Vladimír Nosál, PhD.

Neurologická klinika



Členovia komisie:

Ing. Lukáš Remeň
Klinika detí a dorastu

JUDr. Andrea Uhlárová
Oddelenie práva a kontroly

Beáta Siváková
Ekonomický odbor

Bc. Kristína Blažičková
Odbor verejného obstarávania

Zapísala: Bc. Kristína Blažičková

V Martine, dňa: 27.03.2023

