

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 10/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Spotrebny zdravotnicky materiál a špeciálny zdravotnicky materiál pre intervenčnú angiológiu**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení 24 potencionálni dodávatelia, z ktorých 1 predložil svoju ponuku k časti č. 33. Prostredníctvom sv. Josephine sa o PTK zaujímali 4 ďalší dodávatelia. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke [www.vusch.sk](http://www.vusch.sk).

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.

**1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**1.1 Názov predmetu zákazky:**

Spotrebny zdravotnicky materiál a špeciálny zdravotnicky materiál pre intervenčnú angiológiu - Časť č. 33

**1.2 CPV:**

33111710-1 Angiografický spotrebny materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**1.3 Druh:**

tovar

**2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 33**

Špeciálny zdravotnicky materiál so zameraním na coily fixované a nefixované s hydrogélovým povlakom alebo hydrofilnym polymérom, vhodné na uzáver tepien ako aj liečbu aneuryzmi tepien, resp. riešenie komplikácie endograftingu aorty - endoleakov.

**3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY**

**3.1 Rozdelenie predmetu zákazky**

**3.1.a) Rozdelenie na časti:**

- Áno  
 Nie

**3.1.b) Zoznam položiek:**

Časť č. 33 - Pevný embolizačný materiál

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1	Nefixované coily	ks	480
Položka č.2	Fixované (odpojiteľné) coily	ks	100
Položka č.3	Fixované (detachable) coily s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru	ks	100
Položka č.4	Regulátor odpájania (detacher)	ks	100
Položka č.5	Embolizačné mikročastice	ks	20

**3.2 Dostupnosť na trhu:**

- Bežná dostupnosť  
 Nie bežná dostupnosť

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

**4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Dodávateľ č. 1

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. Donská 61, 841 06 Bratislava	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY																														
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zádzazky			Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zádzazky																														
<p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zádzazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zádzazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty</p>																																	
<p><b>Položka č. 1 - Nefixované coily</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1.1</td> <td>Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem</td> <td>spĺňa</td> <td>1.1</td> <td>Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzacej špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov.</td> <td>spĺňa</td> <td>1.2</td> <td>Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzacej špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov.</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Nefixované coily 35 systém</td> <td>spĺňa</td> <td>1.3</td> <td>Nefixované coily 35 systém</td> </tr> <tr> <td>1.3.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm</td> <td>spĺňa</td> <td>1.3.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Nefixované coily 18 systém</td> <td>spĺňa</td> <td>1.4</td> <td>Nefixované coily 18 systém</td> </tr> <tr> <td>1.4.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm</td> <td>spĺňa</td> <td>1.4.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm</td> </tr> </table>			1.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem	spĺňa	1.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem	1.2	Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzacej špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov.	spĺňa	1.2	Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzacej špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov.	1.3	Nefixované coily 35 systém	spĺňa	1.3	Nefixované coily 35 systém	1.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm	spĺňa	1.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm	1.4	Nefixované coily 18 systém	spĺňa	1.4	Nefixované coily 18 systém	1.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm	spĺňa	1.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm	
1.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem	spĺňa	1.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem																													
1.2	Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzacej špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov.	spĺňa	1.2	Nefixované ( pushable ) coily – sú coily vypúšťané vytlačením, pozostávajú zo samotnej špirály vloženej do zavádzacej špirály a zatlačacieho drôtu. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov.																													
1.3	Nefixované coily 35 systém	spĺňa	1.3	Nefixované coily 35 systém																													
1.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm	spĺňa	1.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 4 – 16 mm a dĺžkach medzi a vrátane 4 – 20 cm																													
1.4	Nefixované coily 18 systém	spĺňa	1.4	Nefixované coily 18 systém																													
1.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm	spĺňa	1.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 10 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 20 cm																													
<p><b>Položka č. 2 - Fixované (odpojiteľné) coily</b></p> <table border="1"> <tr> <td>2.1</td> <td>Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem</td> <td>spĺňa</td> <td>2.1</td> <td>Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov</td> <td>spĺňa</td> <td>2.2</td> <td>Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Fixované coily 35 systém</td> <td>spĺňa</td> <td>2.3</td> <td>Fixované coily 35 systém</td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm</td> <td>spĺňa</td> <td>2.3.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Fixované coily 18 systém</td> <td>spĺňa</td> <td>2.4</td> <td>Fixované coily 18 systém</td> </tr> <tr> <td>2.4.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm</td> <td>spĺňa</td> <td>2.4.1</td> <td>musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm</td> </tr> </table>			2.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem	spĺňa	2.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem	2.2	Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov	spĺňa	2.2	Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov	2.3	Fixované coily 35 systém	spĺňa	2.3	Fixované coily 35 systém	2.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm	spĺňa	2.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm	2.4	Fixované coily 18 systém	spĺňa	2.4	Fixované coily 18 systém	2.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm	spĺňa	2.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm	
2.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem	spĺňa	2.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s hydrogélovým povlakom, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem																													
2.2	Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov	spĺňa	2.2	Odpojiteľné ( detacheble ) coily – musia byť coily kde samotná špirála je pripojená k aplikačnému systému. Zavádzacie zatláčadlo musí poháňať regulátor odpojenia na selektívne odpájanie špirál. Vyrobené musia byť z platinového drôtu a vonkajšieho obalu z hydrogélu. Musia byť použiteľné v širokom rozsahu priemerov a dĺžok. Umiestňované na určené miesto musia byť za pomocí mikrokatérov																													
2.3	Fixované coily 35 systém	spĺňa	2.3	Fixované coily 35 systém																													
2.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm	spĺňa	2.3.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 3 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 5 – 30 cm																													
2.4	Fixované coily 18 systém	spĺňa	2.4	Fixované coily 18 systém																													
2.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm	spĺňa	2.4.1	musia byť dodávané v rozmeroch priemeru minimálne a vrátane 2 – 20 mm a dĺžkach medzi a vrátane 2 – 30 cm																													

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE  
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY**

Položka č. 3 - Fixované (detachable) coily s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru	
3.1	Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem
3.2	Musia mať dlhú dobu možnej repozície – minimálne 20 minút
3.3	Fixované (detachable) coily 35 systém
3.3.1	musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 4 – 20 mm a dĺžke medzi a vrátane 7 – 39 cm
3.4	Fixované (detachable) coily 18 systém
3.4.1	musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 2 – 20 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 2 – 40 cm

**Položka č. 4 -Regulátor odpájania (detacher)**

4.1	Kompatibilný uvoľňovač (detacher) špirál na 35 a 18 systém špirál
-----	---

**Položka č. 5 - Embolizačné mikročastice**

5.1	Mikročastice musia byť v tvaru mikrogulôčok a sú vyrobené s použitím polyetylénglykolu. Musia byť tvarované, stlačiteľné, kalibrované, sférické a biokompatibilné
5.2	Musia byť určené na riadenú cielenú embolizáciu. Musia byť určené na uzávery ciev, vrátane periférnych arteriovenóznych malformácií, tumorov svalov, krku, trupu, na zastavenie traumatického krvácania a predoperačné využitie na zmierenie krvácania. Mali by byť vhodné aj na uzávery ciev hypervaskularizovaných tumorov
5.3	Musia byť dostupné vo veľkosti mikročastic medzi a vrátane 75 mikrometrov (plus/mínus 30 mikrometrov) – 1100 mikrometrov (plus/mínus 75 mikrometrov).
5.4	Dodávané musia byť v 20 ml injekčnej striekačke, ktorá musí obsahovať minimálne 2 ml materiálu mikročastic v nepyrogénnom, sterilnom fyziologickom roztoku.

Položka č. 3 - Fixované (detachable) coily s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru	
spĺňa	3.1 Periférny embolizačný endovaskulárny systém musí byť na podklade špirály s vnútornou vrstvou hydrofilného polyméru, určený na uzatváranie periférnych ciev, vaskulárnych malformácií a aneuryzmiem
spĺňa	3.2 Musia mať dlhú dobu možnej repozície – minimálne 20 minút
spĺňa	3.3 Fixované (detachable) coily 35 systém
spĺňa	3.3.1 musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 4 – 20 mm a dĺžke medzi a vrátane 7 – 39 cm
spĺňa	3.4 Fixované (detachable) coily 18 systém
spĺňa	3.4.1 musia byť dodávané minimálne v priemeroch medzi a vrátane 2 – 20 mm a v dĺžkach medzi a vrátane 2 – 40 cm
Položka č.4	Položka č. 4 -Regulátor odpájania (detacher)
spĺňa	4.1 Kompatibilný uvoľňovač (detacher) špirál na 35 a 18 systém špirál
Položka č.5	Položka č. 5 - Embolizačné mikročastice
spĺňa	5.1 Mikročastice musia byť v tvaru mikrogulôčok a sú vyrobené s použitím polyetylénglykolu. Musia byť tvarované, stlačiteľné, kalibrované, sférické a biokompatibilné
spĺňa	5.2 Musia byť určené na riadenú cielenú embolizáciu. Musia byť určené na uzávery ciev, vrátane periférnych arteriovenóznych malformácií, tumorov svalov, krku, trupu, na zastavenie traumatického krvácania a predoperačné využitie na zmierenie krvácania. Mali by byť vhodné aj na uzávery ciev hypervaskularizovaných tumorov
spĺňa	5.3 Musia byť dostupné vo veľkosti mikročastic medzi a vrátane 75 mikrometrov (plus/mínus 30 mikrometrov) – 1100 mikrometrov (plus/mínus 75 mikrometrov).
spĺňa	5.4 Dodávané musia byť v 20 ml injekčnej striekačke, ktorá musí obsahovať minimálne 2 ml materiálu mikročastic v nepyrogénnom, sterilnom fyziologickom roztoku.

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	
Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY	
Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY**

2.	Požaduje sa poskytovanie plenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	akceptujem	Požaduje sa poskytovanie plenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1	do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	akceptujem	3.1 do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	3.2 v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	3.3 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4	na dohodnuté miesto plenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),	akceptujem	3.4 na dohodnuté miesto plenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.5	V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	3.5 V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradíť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznamenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.	akceptujem	4. V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradíť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznamenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
	Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znásia v plnom rozsahu Dodávateľ.		Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znásia v plnom rozsahu Dodávateľ.
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonného v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	5. Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonného v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	6. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorennej rámcovej dohody.	akceptujem	7. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorennej rámcovej dohody.
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	8. Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:  a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,  b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,  d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,	akceptujem	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:  a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,  b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,  d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,

## VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

**STANOVENIE-DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

<p>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poistovna, a.s., DÓVERA zdravotná poistovňa, a.s. a Union zdravotná poistovňa, a.s.,</p> <p>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poistovna, a.s., DÓVERA zdravotná poistovňa, a.s. a Union zdravotná poistovňa, a.s.</p>	<input type="checkbox"/> akceptujem	<p>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poistovna, a.s., DÓVERA zdravotná poistovňa, a.s. a Union zdravotná poistovňa, a.s.</p> <p>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poistovna, a.s., DÓVERA zdravotná poistovňa, a.s. a Union zdravotná poistovňa, a.s.</p>
<p>10. V prípade, ak bude zmluvná cena vyšia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poistovne uvedená v zozname zdravotnej poistovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.</p>	<input type="checkbox"/> akceptujem	<p>10. V prípade, ak bude zmluvná cena vyšia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poistovne uvedená v zozname zdravotnej poistovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.</p>
<p>11. Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektrickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyšia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo</li> <li>- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyšia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</li> </ul> <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo</li> <li>- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody. </li></ul>	<input type="checkbox"/> akceptujem	<p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektrickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyšia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo</li> <li>- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyšia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</li> </ul> <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo</li> <li>- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody. </li></ul>
<p>12. V prípade, ak sa po uzavorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.</p>	<input type="checkbox"/> akceptujem	<p>V prípade, ak sa po uzavorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.</p>
<p>12.1. Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>	<input type="checkbox"/> akceptujem	<p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>
<p>13. Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),</li> <li>- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> akceptujem	<p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),</li> <li>- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.</li> </ul>

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY**

14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
15.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.	akceptujem	15.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to označiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktoré boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoterný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	17.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to označiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktoré boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoterný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.
18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
19.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázaťne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázaťne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
20.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznánil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na <a href="http://www.vusch.sk">www.vusch.sk</a> . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, prícom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoved doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	20.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznánil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na <a href="http://www.vusch.sk">www.vusch.sk</a> . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, prícom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoved doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
21.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na <a href="http://www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/">www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/</a> .	akceptujem	21.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na <a href="http://www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/">www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/</a> .

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

**6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY**

<p>Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK</p> <p>Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:</p>	<p><b>Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. Donská 61, 841 06 Bratislava</b></p> <p>Uchádzca uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady</p> <p>V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu</p>	<p>DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY</p> <p>Požaduje sa:</p>
<p>6.1 Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie</p> <p>6.2 Prospektový materiál</p> <p>6.3 Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie.</p> <p>6.4 Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa.</p>	<p>akceptujem</p> <p>akceptujem</p> <p>akceptujem</p> <p>akceptujem</p>	<p>6.1 Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie</p> <p>6.2 Prospektový materiál</p> <p>6.3 Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie.</p> <p>6.4 Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa.</p>