

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 10/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Spotrebny zdravotnicky materiál a špeciálny zdravotnicky materiál pre intervenčnú angiológiu**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení 24 potencionálni dodávateelia, z ktorých 1 predložil svoju ponuku k časti č. 44. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 4 ďalší dodávateelia. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) sútažných požiadaviek na predmet zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Spotrebny zdravotnicky materiál a špeciálny zdravotnicky materiál pre intervenčnú angiológiu - Časť č. 44

1.2 CPV:

33111710-1 Angiografický spotrebny materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 44

Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryzmiem, disekciami, transekciami a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácii.

Požadujeme špeciálny a komplexný ŠZM, ktorý obsahuje všetky komponenty pre endografting thorako-abdominálnej oblasti aorty, vrátane thorakálnych a abdominálnych nadvážujúcich stentgraftov, extenzí a príslušného pomocného materiálu, vrátane stentu určeného na modelovanie pravého lúmenu u disekcií aorty.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
 Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Časť č. 44 - Štandardné a neštandardné aortálne stentgrafty a príslušenstvo

| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie |
|----------------|--|----|--|
| Položka č.1 | Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť | ks | 40 |
| Položka č.2 | Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - distálna časť | ks | 12 |
| Položka č.3 | Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy - bifurkovaná časť | ks | 40 |
| Položka č.4 | Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátky krčok aneuryzmy - tubulárna časť | ks | 84 |
| Položka č.5 | Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný krčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom - bifurkačný | ks | 4 |
| Položka č.6 | Stentgraft brušný bifurkačný „ iliac branch “ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny | ks | 16 |
| Položka č.7 | Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty | ks | 48 |
| Položka č.8 | Stent aortálny pre reparácie B – disekcií | ks | 48 |
| Položka č.9 | Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy | ks | 24 |
| Položka č.10 | Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryziem | ks | 24 |
| Položka č.11 | Stent do žilného riečiska | ks | 40 |
| Položka č.12 | Zavádzací štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička | ks | 40 |
| Položka č.13 | Extravalký zavádzací, pre aortálne intervencie | ks | 60 |
| Položka č.14 | Zavádzací špeciálny vystužený oceľový koirom pre vodič 0,038 inch. | ks | 90 |
| Položka č.15 | Zavádzací vodiaci vystužený oceľový koirom 90 cm | ks | 20 |
| Položka č.16 | Zavádzací vodiaci vystužený oceľový koirom 55 cm | ks | 20 |
| Položka č.17 | Zavádzací vodiaci vystužený oceľový koirom pre vodič 0,035 inch. | ks | 20 |
| Položka č.18 | Zavádzací vodiaci vystužený oceľový koirom 40 cm hydrofilný | ks | 20 |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| | | | |
|--------------|--------------------------------|----|-----|
| Položka č.19 | Hydrofilné vodiče | ks | 800 |
| Položka č.20 | Vodič extra tuhý 0,035 inch. | ks | 200 |
| Položka č.21 | Vaskulárny extraktor aortálny | ks | 20 |
| Položka č.22 | Vaskulárny extraktor periférny | ks | 20 |

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
- Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Dodávateľ č. 1

| Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK | | ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, 811 04 Bratislava | DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY |
|--|--|--|--|
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | | | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |
| Položka č. 1 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť | | | Položka č. 1 - Stentgraft hrudný pre reparácie TAA dvojdielny, teleskopický, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko - proximálna časť |
| 1.1 | Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendantnej časti hrudnej aorty. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm, priemery stentgraftu od 24 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti stentgraftu musia byť od 105 mm do 233 mm." Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a musí byť MR kompatibilný, musí byť opatrený na proximálnom konci modulačným nepokrytým stentom a na prvom pokrytom stente fixačnými háčikmi. Zavádzací stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči. | spĺňa | 1.1 Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendantnej časti hrudnej aorty. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm, priemery stentgraftu od 24 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti stentgraftu musia byť od 105 mm do 233 mm." Stentgraft je vyrobený z nitinolového Z stentu našitého na Dakron a musí byť MR kompatibilný, musí byť opatrený na proximálnom konci modulačným nepokrytým stentom a na prvom pokrytom stente fixačnými háčikmi. Zavádzací stentgraftu musí byť s flexibilným kónickým hrotom, ktorý zároveň slúži ako dilatátor, zavádzaný po vodiči. |
| 2.1 | Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendantnej časti hrudnej aorty. Stentgraft je druhým stentgraftom v dvojici thorakálneho systému, ak je treba fixovať proximálny diel. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm. Priemery stentgraftu minimálne v rozsahu od 28 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti minimálne od 160 mm do 211 mm. Stentgraft musí byť opatrený na distálnom konci fixačným nepokrytým stentom a na tomto stente fixačnými háčikmi. | spĺňa | 2.1 Stentgraft nitinolový, tubulárny a / alebo zužujúci, komponentný, určený pre endovaskulárne reparácie výdutí, aortálnych vredov a transekcií na descendantnej časti hrudnej aorty. Stentgraft je druhým stentgraftom v dvojici thorakálneho systému, ak je treba fixovať proximálny diel. Vnútorný priemer zavádzacieho zariadenia maximálne 16 F pre priemery 24-30 mm, 18 F pre priemery 32-38 mm a 20 F pre priemery 40-46 mm. Priemery stentgraftu minimálne v rozsahu od 28 mm do 46 mm. Dĺžky pokrytej časti minimálne od 160 mm do 211 mm. Stentgraft musí byť opatrený na distálnom konci fixačným nepokrytým stentom a na tomto stente fixačnými háčikmi. |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| | |
|--|--|
| Položka č. 3 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátke krčok aneuryzmy – bifurkovaná časť | |
| 3.1 | <p>Stentgraft pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym krčkom a veľkým proximálnym rozmerom do 36 mm. Komplet stentgraftu požadujeme trojdielny, jedno bifurkačné telo stentgraftu a 2 tubulárne nožičky, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria ucelený komplet. Stentgraft musí umožňovať ortográdny priesvitok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí umožniť bezpečné vypúšťanie otáčaním madla zavádzajúceho s možnosťou regulačného pozicie stentgraftu počas otvárania, postupné otváranie stentgraftu pomocou bezpečnostných drôtov musí zaistiť bezpečné usadenie a repozíciu. Musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzacích s maximálnym vnútorným priemerom 16 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 17 F (telo v diametre 36 mm), nožičky musia byť zasunuté v zavádzací s vnútorným priemerom 12 F (9-16 mm), resp. 14 F (20-24 mm). Rozmery tela sú od 22 do 36 mm v priemere, od 72 do 128 mm pracovnej dĺžky, musia byť maximálne biokompatibilné.</p> |
| Položka č. 4 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátke krčok aneuryzmy – tubulárna časť | |
| 4.1 | <p>Stentgraft tubulárny pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym horným krčkom. Stentgraft musí tvoriť spolu s bifurkačnou komponentou kompaktný flexibilný celok, ktorý je nezalomiteľný (požadujeme špirálovou naštítu Z-stent na Dakronu) s diemetrom distálneho konca od 8 do 24 mm. Všetky systémy sú kompatibilné s vodiacim drôtom o veľkosti 0,035 palca (0,89 mm), rozmery nožičiek: priemery od 9-24 mm, dĺžky od 42 do 125 mm.</p> |
| Položka č. 5 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný krčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný | |
| 5.1 | <p>Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie brušných výdutí, pre pacientov s veľmi angulovaným krčkom aneuryzmy. Komplet stentgraftu sa skladá z bifurkačného tela stentgraftu a 2 stentgraftov - nožičiek, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria trojdielny komplet. Stentgraft umožní ortográdny priesvitok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzacích s maximálnym vonkajším priemerom 20 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 22 F (telo v diametre 32 mm). Zavádzace sú nezlomitelnej konštrukcie s hydrofilným povrchom. Rozmery tela sú minimálne od 22 do 32 mm v priemere a od 82 do 149 mm pracovnej dĺžky.</p> |
| Položka č. 6 - Stentgraft brušný bifurkačný „iliac branch“ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny | |
| 6.1 | <p>Typ bifurkačného endovaskulárneho stentgraftu typu „branch“ s odstupom prevedeným naštítom druhým stentgraftom požadovanej dĺžky pre odstup vnútornej párnovej tepny v prípade, že aneuryzma a. iliaca pokračuje za tento odstup, pričom dôraz sa klade na zachovanie priesvitku do a. illiaca int.. Stentgraft sa zavádzza ako prvý, branch sa prepoji s art. iliaca interna predĺžením stentgraftu a potom sa proximálny diel spojí s bifurkačným stentgraftom uloženým nad ním tubulárnou komponentou. Materiál stentu musí byť z oceli, graft je z tkaného nepriepustného polyesteru, branch musí byť vystužený nitinolovými výstuhami. Biokompatibilný aj MR kompatibilný systém. Rozmery dĺžok musia byť variabilné minimálne 41 mm a maximálne 61 mm nad branchovaným odstupom a tiež 41 až 58 mm pod odstupom vo voliteľných priemeroch 10 a 12 mm.</p> |

| | |
|--|--|
| Položka č. 3 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátke krčok aneuryzmy – bifurkovaná časť | |
| 3.1 | <p>Stentgraft pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym krčkom a veľkým proximálnym rozmerom do 36 mm. Komplet stentgraftu požadujeme trojdielny, jedno bifurkačné telo stentgraftu a 2 tubulárne nožičky, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria ucelený komplet. Stentgraft musí umožňovať ortográdny priesvitok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí umožniť bezpečné vypúšťanie otáčaním madla zavádzajúceho s možnosťou regulačného pozicie stentgraftu počas otvárania, postupné otváranie stentgraftu pomocou bezpečnostných drôtov musí zaistiť bezpečné usadenie a repozíciu. Musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzacích s maximálnym vnútorným priemerom 16 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 17 F (telo v diametre 36 mm), nožičky musia byť zasunuté v zavádzací s vnútorným priemerom 12 F (9-16 mm), resp. 14 F (20-24 mm). Rozmery tela sú od 22 do 36 mm v priemere, od 72 do 128 mm pracovnej dĺžky, musia byť maximálne biokompatibilné.</p> |
| Položka č. 4 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, nízkoprofilový, pre veľmi úzke zavádzacie cievne riečisko a krátke krčok aneuryzmy – tubulárna časť | |
| 4.1 | <p>Stentgraft tubulárny pre endovaskulárne reparácie bežných brušných výdutí, pre pacientov s veľmi úzkym prístupovým riečiskom, s úzkym distálnym krčkom, krátkym horným krčkom. Stentgraft musí tvoriť spolu s bifurkačnou komponentou kompaktný flexibilný celok, ktorý je nezalomiteľný (požadujeme špirálovou naštítu Z-stent na Dakronu) s diemetrom distálneho konca od 8 do 24 mm. Všetky systémy sú kompatibilné s vodiacim drôtom o veľkosti 0,035 palca (0,89 mm), rozmery nožičiek: priemery od 9-24 mm, dĺžky od 42 do 125 mm.</p> |
| Položka č. 5 - Stentgraft brušný pre reparácie AAA, trojdielny, pre veľmi angulovaný krčok aneuryzmy, s oceľovým Z stentom – bifurkačný | |
| 5.1 | <p>Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie brušných výdutí, pre pacientov s veľmi angulovaným krčkom aneuryzmy. Komplet stentgraftu sa skladá z bifurkačného tela stentgraftu a 2 stentgraftov - nožičiek, ktoré sú samostatné a po vložení do tela tvoria trojdielny komplet. Stentgraft umožní ortográdny priesvitok do oboch spoločných panvových tepien. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie do zavádzacích s maximálnym vonkajším priemerom 20 F (telo v diametre 22-32 mm) resp. 22 F (telo v diametre 32 mm). Zavádzace sú nezlomitelnej konštrukcie s hydrofilným povrchom. Rozmery tela sú minimálne od 22 do 32 mm v priemere a od 82 do 149 mm pracovnej dĺžky.</p> |
| Položka č. 6 - Stentgraft brušný bifurkačný „iliac branch“ s odstupom pre pokračujúcu brušnú aneuryzmu spoločnej ilickej a externej ilickej tepny | |
| 6.1 | <p>Typ bifurkačného endovaskulárneho stentgraftu typu „branch“ s odstupom prevedeným naštítom druhým stentgraftom požadovanej dĺžky pre odstup vnútornej párnovej tepny v prípade, že aneuryzma a. iliaca pokračuje za tento odstup, pričom dôraz sa klade na zachovanie priesvitku do a. illiaca int.. Stentgraft sa zavádzza ako prvý, branch sa prepoji s art. iliaca interna predĺžením stentgraftu a potom sa proximálny diel spojí s bifurkačným stentgraftom uloženým nad ním tubulárnou komponentou. Materiál stentu musí byť z oceli, graft je z tkaného nepriepustného polyesteru, branch musí byť vystužený nitinolovými výstuhami. Biokompatibilný aj MR kompatibilný systém. Rozmery dĺžok musia byť variabilné minimálne 41 mm a maximálne 61 mm nad branchovaným odstupom a tiež 41 až 58 mm pod odstupom vo voliteľných priemeroch 10 a 12 mm.</p> |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| Položka č. 7 - Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty | | Položka č. 7 - Stentgraft hrudný tubulárny pre reparácie B - disekcií aorty | | |
|--|---|---|------|---|
| 7.1 | Stentgraft pre reparáciu disekcií zostupnej časti hrudnej aorty. Požadujeme tubulárnu a / alebo kužeľovitú komponentu, vyrobenú z ocelovej časti, Z - stentu našitého na polyesterovú tkaninu Dakron, bez fixácie proximálnym stentom a / alebo háčikmi. Minimálny rozsah priemerov stentgraftu od 22 mm do 42 mm, s možnosťou dodať aj kónický tvar v pracovnej dĺžke od 79 do 218 mm. Požadujeme, aby bol prvý pokrytý stent stentgraftu zaistený po celom priemere bezpečnostnými drôtkami až do presného vypustenia, bez efektu „vtáčieho zobáka“. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie v zavádzacích s maximálnym vnútorným priemerom 20 F (telo v diametre 22-34 mm), 22 F (telo v diametre 36-42 mm). | spĺňa | 7.1 | Stentgraft pre reparáciu disekcií zostupnej časti hrudnej aorty. Požadujeme tubulárnu a / alebo kužeľovitú komponentu, vyrobenú z ocelovej časti, Z - stentu našitého na polyesterovú tkaninu Dakron, bez fixácie proximálnym stentom a / alebo háčikmi. Minimálny rozsah priemerov stentgraftu od 22 mm do 42 mm, s možnosťou dodať aj kónický tvar v pracovnej dĺžke od 79 do 218 mm. Požadujeme, aby bol prvý pokrytý stent stentgraftu zaistený po celom priemere bezpečnostnými drôtkami až do presného vypustenia, bez efektu „vtáčieho zobáka“. Stentgraft musí byť z výroby zasunutý a pripravený pre umiestnenie v zavádzacích s maximálnym vnútorným priemerom 20 F (telo v diametre 22-34 mm), 22 F (telo v diametre 36-42 mm). |
| Položka č. 8 - Stent aortálny pre reparácie B – disekcií | Položka č. 8 - Stent aortálny pre reparácie B – disekcií | | | |
| 8.1 | Požadujeme endovaskulárny tubulárny stent, ktorý je vyrobený prepojením nitinolových Z – stentov. Stent musí byť samoexpandibilný, pre reparáciu B - disekcie zostupnej časti hrudnej aorty formou modelovania pravého lúmen. Stent musí byť kompatibilný s pokrytým stentgraftom, ktorý je vložený do disekcie hrudnej aorty ako prvý pre pokrytie entry disekcie. Požadujeme rôzne dĺžky od 80 mm do 185 mm a v priemere 36 – 46 mm. Musí byť nasadený vo flexibilnom zavádzaci s vnútorným priemerom 14 F s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou. | spĺňa | 8.1 | Požadujeme endovaskulárny tubulárny stent, ktorý je vyrobený prepojením nitinolových Z – stentov. Stent musí byť samoexpandibilný, pre reparáciu B - disekcie zostupnej časti hrudnej aorty formou modelovania pravého lúmen. Stent musí byť kompatibilný s pokrytým stentgraftom, ktorý je vložený do disekcie hrudnej aorty ako prvý pre pokrytie entry disekcie. Požadujeme rôzne dĺžky od 80 mm do 185 mm a v priemere 36 – 46 mm. Musí byť nasadený vo flexibilnom zavádzaci s vnútorným priemerom 14 F s hydrofilným povrchom a uzatvárateľnou chlopňou. |
| Položka č. 9 - Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy | Položka č. 9 - Stentgraft aortálny tubulárny proximálny pre juxtarenálne a / alebo thorako - abdominálne aneuryzmy | | | |
| 9.1 | Požadujeme variantný systém, ktorý je upravený podľa anatomických parametrov pacienta pre thorako-abdominálnu časť aorty. Systém musí byť vyrobený s odstupujúcimi brandžami tak, aby bolo možné prekryť celý viscerálny úsek a zaistiť prechody do všetkých tepien v tejto oblasti. A / alebo vyrobený s malými, resp. veľkými fenestráciami, resp. skalopmi, pre viscerálne tepny odstupujúce z aorty, ktoré sa ďalej predlžujú do týchto ciev extenzívnymi cievnymi stentgraftmi. Variantne môže byť stentgraft vyrobený ako kombinácia brandží a fenestrácií. Taktô upravená proximálna tubulárna komponenta je potom doplnená bifurkačnou komponentou a nožičkami, ktoré kotvia stentgrafty do spoločných pánevných tepien. Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie juxtarenálnych brušných výdutí. Materiál stentgraftu je MR kompatibilný. Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu je zaistené RTG kontrastnými markermi. Dodávateľ musí v konečnej cene počítať s vlastným meraním anatómie pacienta a následným vyhotovením výrobného konceptu, ktorý schvaľuje do výroby lekár. | spĺňa | 9.1 | Požadujeme variantný systém, ktorý je upravený podľa anatomických parametrov pacienta pre thorako-abdominálnu časť aorty. Systém musí byť vyrobený s odstupujúcimi brandžami tak, aby bolo možné prekryť celý viscerálny úsek a zaistiť prechody do všetkých tepien v tejto oblasti. A / alebo vyrobený s malými, resp. veľkými fenestráciami, resp. skalopmi, pre viscerálne tepny odstupujúce z aorty, ktoré sa ďalej predlžujú do týchto ciev extenzívnymi cievnymi stentgraftmi. Variantne môže byť stentgraft vyrobený ako kombinácia brandží a fenestrácií. Taktô upravená proximálna tubulárna komponenta je potom doplnená bifurkačnou komponentou a nožičkami, ktoré kotvia stentgrafty do spoločných pánevných tepien. Stentgraft je určený pre endovaskulárne reparácie juxtarenálnych brušných výdutí. Materiál stentgraftu je MR kompatibilný. Orientácia, pozícia a prekryvanie stentgraftu je zaistené RTG kontrastnými markermi. Dodávateľ musí v konečnej cene počítať s vlastným meraním anatómie pacienta a následným vyhotovením výrobného konceptu, ktorý schvaľuje do výroby lekár. |
| Položka č. 10 - Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryzmiem | Položka č. 10 - Stentgraft aortálny bifurkačný distálny pre reparácie juxtarenálnych a thorako - abdominálnych aneuryzmiem | | | |
| 10.1 | Požadujeme stentgraft bifurkačný ako distálny k variantnému tubulárному fenestrovanejmu a / alebo thorako-abdominálemu brandžovanému proximálnemu dielu v požadovaných kombináciach." Distálna komponenta sa vsúva a otvára do komponenty proximálnej a predlžuje stentgraft až pod brušnú bifurkáciu. Orientácia musí byť zaistená zlatými markermi. Požadujeme výber rôznych dĺžok od 76 mm do 124 mm, v hornom diametri 22. resp. 24 mm. Materiál musí byť kompatibilný s horným dielom, ide o ocel na tkanom polyestere. Obe komponenty sú biokompatibilné aj MR kompatibilné.Požadujeme zavádzací, ktorý je maximálne s vonkajším priemerom 22 F., u bežných veľkostí 20 F., s hydrofilným povrhom a uzatvárateľnou chlopňou. | spĺňa | 10.1 | Požadujeme stentgraft bifurkačný ako distálny k variantnému tubulárному fenestrovanejmu a / alebo thorako-abdominálemu brandžovanému proximálnemu dielu v požadovaných kombináciach." Distálna komponenta sa vsúva a otvára do komponenty proximálnej a predlžuje stentgraft až pod brušnú bifurkáciu. Orientácia musí byť zaistená zlatými markermi. Požadujeme výber rôznych dĺžok od 76 mm do 124 mm, v hornom diametri 22. resp. 24 mm. Materiál musí byť kompatibilný s horným dielom, ide o ocel na tkanom polyestere. Obe komponenty sú biokompatibilné aj MR kompatibilné.Požadujeme zavádzací, ktorý je maximálne s vonkajším priemerom 22 F., u bežných veľkostí 20 F., s hydrofilným povrhom a uzatvárateľnou chlopňou. |
| Položka č. 11 - Stent do žilného riečiska | Položka č. 11 - Stent do žilného riečiska | | | |
| 11.1 | Stent do iliofemorálneho žilného riečiska, pre vodič 0,035'' na zavádzací 80 a 120 cm, pre zavádzací 7 F. Priemer 14 a 16 mm v dĺžkach 60, 100 a 140 mm. | spĺňa | 11.1 | Stent do iliofemorálneho žilného riečiska, pre vodič 0,035'' na zavádzací 80 a 120 cm, pre zavádzací 7 F. Priemer 14 a 16 mm v dĺžkach 60, 100 a 140 mm. |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| | |
|--|--|
| Položka č. 12 - Zavádzací štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička | |
| 12.1 | Zavádzací s pevným puzdrom, ktorý sa nekomprimuje ani nezalamuje, so silnosterným kónickým dilatátorom dimenzovaným pre vodiče 0,038 inch, je osadený spojovacou hadičkou zakončenou ventilom a hemostatickou chlopňou, ktorá neobteká. Puzdro vyrobené v dĺžke 70 a 85 cm a s vnútorným lúmenom vybraných dĺžok v rozmedzí 12 - 18 F. |
| Položka č. 13 - Extravélký zavádzací, pre aortálne intervencie | |
| 13.1 | Zavádzací určený pre aortálne intervencie, kompatibilný na 0,035 inch vodič, veľkostiach 20 – 24 F, požadujeme v dĺžkach 25 a 65 cm.. |
| Položka č. 14 - Zavádzací špeciálny vystužený oceľovým koirom pre vodič 0,038 inch. | |
| 14.1 | Zavádzací vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom a dilatátorom, pre vodič 0,038 inch., v rozmeroch: 5-10 F a v dĺžkach medzi 30 - 90 cm. |
| Položka č. 15 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom 90 cm | |
| 15.1 | Zavádzací vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzace sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Hemostatická chlopeň je opatrená preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom. Zavádzací je konfigurovaný ako rovný, alebo zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double). Požaduje sa v rozmeroch 4-6 F, dĺžky 90 cm. |
| Položka č. 16 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom 55 cm | |
| 16.1 | Zavádzací vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzace sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Zavádzací opatrený trojcestným kohútikom. Zavádzací je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzací je konfigurovaný ako zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double a cobra). Je k dispozícii v rozmeroch 4-7 F., dĺžky 45-110 cm, rovný zahnutý, Balkin apod. |
| Položka č. 17 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom pre vodič 0,035 inch. | |
| 17.1 | Zavádzací vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzací v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: medzi 4-12 F a dĺžky medzi 45 - 110 cm. Hrot zavádzaca buď priamy, alebo zahnutý. |
| Položka č. 18 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom 40 cm hydrofilný | |
| 18.1 | Zavádzací vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzací v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: 5,5-8 F., dĺžky 40 cm. Hrot zavádzaca zahnutý o 180 stupňov. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Položka č1.2 | Položka č. 12 - Zavádzací štandardný bez ihly a vodiča röntgenkontrastná špička |
| spĺňa | 12.1 Zavádzací s pevným puzdrom, ktorý sa nekomprimuje ani nezalamuje, so silnosterným kónickým dilatátorom dimenzovaným pre vodiče 0,038 inch, je osadený spojovacou hadičkou zakončenou ventilom a hemostatickou chlopňou, ktorá neobteká. Puzdro vyrobené v dĺžke 70 a 85 cm a s vnútorným lúmenom vybraných dĺžok v rozmedzí 12 - 18 F. |
| Položka č.13 | Položka č. 13 - Extravélký zavádzací, pre aortálne intervencie |
| nespĺňa neponúkli | 13.1 |
| Položka č.14 | Položka č. 13 - Zavádzací špeciálny vystužený oceľovým koirom pre vodič 0,038 inch. |
| spĺňa | 13.1 Zavádzací vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom a dilatátorom, pre vodič 0,038 inch., v rozmeroch: 5-10 F a v dĺžkach medzi 30 - 90 cm. |
| Položka č.15 | Položka č. 14 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom 90 cm |
| spĺňa | 14.1 Zavádzací vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzace sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Hemostatická chlopeň je opatrená preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom. Zavádzací je konfigurovaný ako rovný, alebo zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double). Požaduje sa v rozmeroch 4-6 F, dĺžky 90 cm. |
| Položka č.16 | Položka č. 15 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom 55 cm |
| spĺňa | 15.1 Zavádzací vystužený oceľovou špirálou potiahnutý hydrofilou vrstvou s röntgenkontrastnou značkou na konci. Tieto zavádzace sú balené v sete s dvomi kónickými dilatátormi dimenzovanými pre vodiče 0,018 a 0,038 inch. Zavádzací opatrený trojcestným kohútikom. Zavádzací je na konci opatrený mäkkou atraumatickou zónou. Zavádzací je konfigurovaný ako zahnutý (multipurposa) mierne a viac (renal double a cobra). Je k dispozícii v rozmeroch 4-7 F., dĺžky 45-110 cm, rovný zahnutý, Balkin apod. |
| Položka č.17 | Položka č. 16 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom pre vodič 0,035 inch. |
| spĺňa | 16.1 Zavádzací vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzací v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: medzi 4-12 F a dĺžky medzi 45 - 110 cm. Hrot zavádzaca buď priamy, alebo zahnutý. |
| Položka č.18 | Položka č. 17 - Zavádzací vodiaci vystužený oceľovým koirom 40 cm hydrofilný |
| spĺňa | 17.1 Zavádzací vodiaci vystužený oceľovou špirálou s röntgenkontrastnou značkou na konci, opatrený preplachovacou hadičkou s trojcestným ventilom, pre vodič 0,035 inch. Zavádzací v sete s dilatátorom s ultramäkkou konštrukciou, držiaci doprednou silu opatrený na konci dvomi prechodovými zónami pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rozmery: 5,5-8 F., dĺžky 40 cm. Hrot zavádzaca zahnutý o 180 stupňov. |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| Položka č. 19 - Hydrofilné vodiče | | Položka č.19 | Položka č. 18 - Hydrofilné vodiče |
|--|--|-----------------------------|--|
| 19.1 | Hydrofilný vodič s dobrou priechodnosťou a súčasne dobrou oporou pre diagnostické a intervenčné vaskulárne výkony. Tento vodič musí mať nitinolové jadro s platinovým koncom a hydrofilný povrch, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj po opakovaných zavedeniach v rámci jedného výkonu. Vodič musí mať tieto parametre: 0,035 inch., dĺžky 145 alebo 150 cm, 180 až 190 cm, 260 až 300 cm, typ konca - rovný alebo zahnutý, rôzne dĺžky mäkkého zakončenia. Musí byť pružný, odolný voči ohnutiu, event. zalomeniu, dobre priechodný. Musí mať röntgenkontrastný koniec, byť dobre ovládateľný a riadiťelný, dodávaný s rotátorom. Požadujeme tiež, aby mal točivý moment 1:1 pri pomere manipulácie s distálnym koncom a rotáciou proximálneho konca. | splňa | Hydrofilný vodič s dobrou priechodnosťou a súčasne dobrou oporou pre diagnostické a intervenčné vaskulárne výkony. Tento vodič musí mať nitinolové jadro s platinovým koncom a hydrofilný povrch, ktorý si zachováva svoje vlastnosti aj po opakovaných zavedeniach v rámci jedného výkonu. Vodič musí mať tieto parametre: 0,035 inch., dĺžky 145 alebo 150 cm, 180 až 190 cm, 260 až 300 cm, typ konca - rovný alebo zahnutý, rôzne dĺžky mäkkého zakončenia. Musí byť pružný, odolný voči ohnutiu, event. zalomeniu, dobre priechodný. Musí mať röntgenkontrastný koniec, byť dobre ovládateľný a riadiťelný, dodávaný s rotátorom. Požadujeme tiež, aby mal točivý moment 1:1 pri pomere manipulácie s distálnym koncom a rotáciou proximálneho konca. |
| Položka č. 20 - Vodič extra tuhý 0,035 inch. | | | Položka č. 19 - Vodič extra tuhý 0,035 inch. |
| 20.1 | Vodič pre komplexné endovaskulárne intervencie, extrémne tuhý vodič s pevným jadrom z nerezovej ocele potiahnutý PTFE s rôzne dlhým mäkkým koncom od 15 cm, buď s rovným koncom alebo so zakončením rôznych polomerov zakrivenia dvojitého s polomermi 4-7,5 mm, dvakrát dvojitého s polomermi 4 - 7,5 a 15 mm a alebo predĺženého dvojitého s polomermi 4 - 5,5 - 15 mm. Priemer vodiča 0,035 inch, v dĺžkach 260 a 300 cm. | splňa | 19.1 Vodič pre komplexné endovaskulárne intervencie, extrémne tuhý vodič s pevným jadrom z nerezovej ocele potiahnutý PTFE s rôzne dlhým mäkkým koncom od 15 cm, buď s rovným koncom alebo so zakončením rôznych polomerov zakrivenia dvojitého s polomermi 4-7,5 mm, dvakrát dvojitého s polomermi 4 - 7,5 a 15 mm a alebo predĺženého dvojitého s polomermi 4 - 5,5 - 15 mm. Priemer vodiča 0,035 inch, v dĺžkach 260 a 300 cm. |
| Položka č. 21 - Vaskulárny extraktor aortálny | | | Položka č. 21 - Vaskulárny extraktor aortálny |
| 21.1 | Vaskulárny extraktor, určený aj na aortálnu intervenciu, 8F koncepcie, v-dĺžkach 55 a 100 cm, určený do veľkosti 40 mm. | nesplňa neponúkli | 21.1 |
| Položka č. 22 - Vaskulárny extraktor periférny | | | Položka č. 20 - Vaskulárny extraktor periférny |
| 22.1 | Periférny vaskulárny extraktor, 6F koncepcie, nitinolový snare, vo forme 4-listka/4 slučiek, vybavený hemostatickou chlopňou na reguláciu prietoku, v dĺžke katétra 90 cm. | splňa | 20.1 Periférny vaskulárny extraktor, 6F koncepcie, nitinolový snare, vo forme 4-listka/4 slučiek, vybavený hemostatickou chlopňou na reguláciu prietoku, v dĺžke katétra 90 cm. |

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

| Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK | | ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, 811 04 Bratislava | DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY |
|--|---|--|---|
| Požaduje sa: | | Uchádzac uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zádzky | Požaduje sa: |
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. | V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty | 1. Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. |
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa. | akceptujem | 2. Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa. |
| 3. | Požaduje sa dodanie tovaru: | akceptujem | 3. Požaduje sa dodanie tovaru: |
| 3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi, | akceptujem | 3.1 do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi, |
| 3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), | akceptujem | 3.2 v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| | | | | |
|-----|--|------------|-----|--|
| 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., | akceptujem | 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., |
| 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody), | akceptujem | 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody), |
| 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. | akceptujem | 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. |
| 4. | V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený). | akceptujem | 4. | V prípade, ak je Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradíť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznamenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znásahajú v plnom rozsahu Dodávateľ. |
| 5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. | akceptujem | 5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. |
| 6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. | akceptujem | 6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. |
| 7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanéj hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzavorennej rámcovej dohody. | akceptujem | 7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanéj hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzavorennej rámcovej dohody. |
| 8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpisania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. | akceptujem | 8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpisania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. |
| 9. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. | akceptujem | 9. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poistovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNÝCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY

| | | | |
|-------|---|-------------------|--|
| 10. | <p>V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poistovne uvedená v zozname zdravotnej poistovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.</p> | | <p>V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poistovne uvedená v zozname zdravotnej poistovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.</p> |
| 11. | <p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzna navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody. | <p>akceptujem</p> | <p>10.</p> <p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzna navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody. |
| 12. | <p>V prípade, ak sa po uzavorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosťi za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zavádzajú sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>12.</p> <p>V prípade, ak sa po uzavorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosťi za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zavádzajú sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.</p> |
| 12.1. | <p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>12.1.</p> <p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p> |
| 13. | <p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódú, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov. | <p>akceptujem</p> | <p>13.</p> <p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódú, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov. |
| 14. | <p>Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>14.</p> <p>Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.</p> |
| 15. | <p>Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>15.</p> <p>Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.</p> |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY

| | | |
|---|-------------------|---|
| <p>16.</p> <p>Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>16.</p> <p>Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.</p> |
| <p>17.</p> <p>Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>17.</p> <p>Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.</p> |
| <p>18.</p> <p>Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>18.</p> <p>Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.</p> |
| <p>19.</p> <p>Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>19.</p> <p>Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.</p> |
| <p>20.</p> <p>Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámił s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoved doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>20.</p> <p>Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámił s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoved doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.</p> |
| <p>21.</p> <p>V prípade, ak sa na predmet základky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.</p> | <p>akceptujem</p> | <p>21.</p> <p>V prípade, ak sa na predmet základky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.</p> |

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zádzky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK</p> <p>Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zádzky a doklady:</p> | | <p>ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Némlovej 14, 811 04 Bratislava</p> <p>Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zádzky a doklady</p> <p>V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu</p> | <p>DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY</p> <p>Požaduje sa:</p> |
| 6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie | akceptujem | 6.1 <i>Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie</i> |
| 6.2 | Prospektový materiál | akceptujem | 6.2 <i>Prospektový materiál</i> |
| 6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie. | akceptujem | 6.3 <i>Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie.</i> |
| 6.4 | Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa. | akceptujem | 6.4 <i>Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa.</i> |

