

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 10/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Spotrebny zdravotnicky materiál a špeciálny zdravotnicky materiál pre intervenčnú angiologiu**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení 24 potencionálni dodávateelia, z ktorých 1 predložil svoju ponuku k časti č. 53. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 4 ďalší dodávateelia. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke [www.vusch.sk](http://www.vusch.sk).

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) sútažných požiadaviek na predmet zákazky.

**1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**1.1 Názov predmetu zákazky:**

Spotrebny zdravotnicky materiál a špeciálny zdravotnicky materiál pre intervenčnú angiologiu - Časť č. 53

**1.2 CPV:**

33111710-1 Angiografický spotrebny materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**1.3 Druh:**

tovar

**2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre Časť č. 53**

Požadované špeciálne tromboembolické extraktory – intrakraniálne samoexpandibilné stenty ( stentretriever ) s vyššou radiálou silou a kompatibilné s mikrokatétrami veľkosti do 0.021'' s oceľovým vodiacim drôtom a špeciálne neurointervenčné vodiče, širokého spektra veľkostí, štruktúry a určenia.

**3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY**

**3.1 Rozdelenie predmetu zákazky**

**3.1.a) Rozdelenie na časti:**

Áno

Nie

**3.1.b) Zoznam položiek:**

Časť č. 53 - Neuro P

| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie |
|----------------|---|----|--|
| Položka č.1    | Tromboembolický extraktor   | ks | 80                                     |
| Položka č.2    | Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky                       | ks | 20                                     |
| Položka č.3    | Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014'' koncepcie s CoCr špičkou    | ks | 10                                     |
| Položka č.4    | Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008'', 0.010'' a 0.014'' | ks | 10                                     |
| Položka č.5    | Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014''           | ks | 10                                     |
| Položka č.6    | Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018''           | ks | 10                                     |

**3.2 Dostupnosť na trhu:**

Bežná dostupnosť

Nie bežná dostupnosť

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

**4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Dodávateľ č. 1

|   |  |  |       |  |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
|---|--|--|-------|--|---|-----|---|-------|-----|---|-----|---|-------|-----|---|-----|--|-------|-----|--|-----|--|-------|-----|--|-----|--|-------|-----|--|-----|---|-------|-----|---|-----|-------------------------------|-------|-----|-------------------------------|
| <p>Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK</p> <p>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</p>  | <p><b>ADYTON medical devices SK s.r.o.</b><br/>Stupavská 14<br/>831 06 Bratislava</p> <p>Uchádzací uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzací uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty</p> | <p><b>DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY</b></p> <p>Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky</p> |       |  |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| <p><b>Položka č. 1 - Tromboembolický extraktor</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.1</td> <td>Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu</td> <td style="width: 5%;">spĺňa</td> <td style="width: 5%;">1.1</td> <td>Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky</td> <td>spĺňa</td> <td>1.2</td> <td>Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily</td> <td>spĺňa</td> <td>1.3</td> <td>Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatétem pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30</td> <td>spĺňa</td> <td>1.4</td> <td>Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatétem pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Určený je na minimálny priemer cievky 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)</td> <td>spĺňa</td> <td>1.5</td> <td>Určený je na minimálny priemer cievky 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker</td> <td>spĺňa</td> <td>1.6</td> <td>Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker</td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )</td> <td>spĺňa</td> <td>1.7</td> <td>Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )</td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td>Vodiaci drôt musí byť z ocele</td> <td>spĺňa</td> <td>1.8</td> <td>Vodiaci drôt musí byť z ocele</td> </tr> </table> | 1.1  | Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu  | spĺňa | 1.1  | Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu | 1.2 | Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky | spĺňa | 1.2 | Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky | 1.3 | Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily | spĺňa | 1.3 | Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily | 1.4 | Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatétem pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30 | spĺňa | 1.4 | Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatétem pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30 | 1.5 | Určený je na minimálny priemer cievky 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2) | spĺňa | 1.5 | Určený je na minimálny priemer cievky 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2) | 1.6 | Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker | spĺňa | 1.6 | Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker | 1.7 | Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x ) | spĺňa | 1.7 | Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x ) | 1.8 | Vodiaci drôt musí byť z ocele | spĺňa | 1.8 | Vodiaci drôt musí byť z ocele |
| 1.1   | Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu  | spĺňa  | 1.1   | Nitinolový „stent like“ intrakraniálny samoexpandibilny extraktor tromboembolického materiálu        |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.2   | Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky  | spĺňa  | 1.2   | Musí mať otvorený proximálny aj distálny koniec, zavádzací drôt je uchytený excentricky              |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.3   | Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily  | spĺňa  | 1.3   | Proximálna časť stentu musí byť prepojená kvôli zvýšeniu radiálnej sily                              |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.4   | Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatétem pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30   | spĺňa  | 1.4   | Požadujeme kompatibilitu s 0,021" mikrokatétem pre všetky veľkosti stentu 4-20, 5-40 aj 6-30         |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.5   | Určený je na minimálny priemer cievky 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2)   | spĺňa  | 1.5   | Určený je na minimálny priemer cievky 2 mm pre verziu 4-20 a 5-40 a 3 mm pre 6-30 (karotídy, M1, M2) |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.6   | Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker   | spĺňa  | 1.6   | Musí mať minimálne distálne 2 a proximálne 1 radiomarker   |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.7   | Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )  | spĺňa  | 1.7   | Musí byť opakovane použiteľný ( podľa IFU celkovo až 3x )  |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |
| 1.8   | Vodiaci drôt musí byť z ocele  | spĺňa  | 1.8   | Vodiaci drôt musí byť z ocele  |   |     |   |       |     |   |     |   |       |     |   |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |  |       |     |  |     |   |       |     |   |     |                               |       |     |                               |

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

| Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky                    |  | Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky                    |  |
|---|--|---|--|
|   | Položka č.2  |   | Položka č. 2 - Tromboembolický extraktor špeciálne na M3 úseky   |
| 2.1   | Extraktor vo verzii kompatibilnej s 0,0165" mikrokatétem   | spĺňa   | 2.1 Extraktor vo verzii kompatibilnej s 0,0165" mikrokatétem   |
| 2.2   | Verzia 4-20 a 3-20 určená na minimálny priemer od 1,5 mm (M3)  | spĺňa   | 2.2 Verzia 4-20 a 3-20 určená na minimálny priemer od 1,5 mm (M3)  |
| 2.3   | Distálne radiokontrastné markery musia byť súčasťou tela stentu  | spĺňa   | 2.3 Distálne radiokontrastné markery musia byť súčasťou tela stentu  |
| 2.4   | Vodiaci drôt musí byť z nitinolu – kvôli flexibilite a „kink rezistencii“ (zaručená atraumaticosť )  | spĺňa   | 2.4 Vodiaci drôt musí byť z nitinolu – kvôli flexibilite a „kink rezistencii“ (zaručená atraumaticosť )  |
| 2.5   | Extraktor sa musí dať použiť v tandemе na vytiahnutie trombu z vetvenia (do každej vetvy jeden extraktor – musia byť súčasne vtiahnuteľne do DAC katétra ) | spĺňa   | 2.5 Extraktor sa musí dať použiť v tandemе na vytiahnutie trombu z vetvenia (do každej vetvy jeden extraktor – musia byť súčasne vtiahnuteľne do DAC katétra ) |
| Položka č. 3 - Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014" koncepcie s CoCr špičkou  |  | Položka č. 3 - Špeciálne neurointervenčné vodiče 0.014" koncepcie s CoCr špičkou  |  |
| 3.1   | 0,014" vodič s dĺžkou 205 cm, zavádzací drôt s CoCr s rovnou špičkou   | spĺňa   | 3.1 0,014" vodič s dĺžkou 205 cm, zavádzací drôt s CoCr s rovnou špičkou   |
| 3.2   | Prenos pohybu u vodiča s pomerom cca 1:1 proximal: distal  | spĺňa   | 3.2 Prenos pohybu u vodiča s pomerom cca 1:1 proximal: distal  |
| 3.3   | Overená 26% lepšia „kink resistencia“ oproti oceľovým drôtom   | spĺňa   | 3.3 Overená 26% lepšia „kink resistencia“ oproti oceľovým drôtom   |
| 3.4   | Distálna časť vodiča - 36 cm má byť hydrofilná na lepšie prechody intrakrániom   | spĺňa   | 3.4 Distálna časť vodiča - 36 cm má byť hydrofilná na lepšie prechody intrakrániom   |
| 3.5   | Radiokontrastná špička by mala byť minimálne 5 cm dlhá   | spĺňa   | 3.5 Radiokontrastná špička by mala byť minimálne 5 cm dlhá   |
| Položka č. 4 - Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008", 0.010" a 0.014" |  | Položka č. 4 - Špeciálne neurointervenčné vodiče veľkosti 0.008", 0.010" a 0.014" |  |
| 4.1   | Krúiaci moment je prenášaný 1:1 od konca vodiča po špičku, nezávisle na zahnutí vodiča.  | spĺňa   | 4.1 Krúiaci moment je prenášaný 1:1 od konca vodiča po špičku, nezávisle na zahnutí vodiča.  |
| 4.2   | Vnútorný oceľový drôt vedie po celej dĺžke od konca až po špičku – na zabezpečenie riaditeľnosti a pushability.  | spĺňa   | 4.2 Vnútorný oceľový drôt vedie po celej dĺžke od konca až po špičku – na zabezpečenie riaditeľnosti a pushability.  |
| 4.3   | Požadujeme vodič s rovnou flexibilnou špičkou, ktorá je RTG-kontrastná 5 cm pre 0.014" vodič, 3 cm pre 0.010" vodič a 9 cm pre 0.008" vodič.               | spĺňa   | 4.3 Požadujeme vodič s rovnou flexibilnou špičkou, ktorá je RTG-kontrastná 5 cm pre 0.014" vodič, 3 cm pre 0.010" vodič a 9 cm pre 0.008" vodič.               |
| 4.4   | Vodič priemeru 0,014" a 0,010" musia byť v dĺžke 200 a 300 cm („predĺženie“ za hydrofilným coatingom je potiahnuté PTFE).                                  | spĺňa   | 4.4 Vodič priemeru 0,014" a 0,010" musia byť v dĺžke 200 a 300 cm („predĺženie“ za hydrofilným coatingom je potiahnuté PTFE).                                  |
| 4.5   | Vodič 0.008" priemeru musí byť v dĺžke minimálne 200 cm.   | spĺňa   | 4.5 Vodič 0.008" priemeru musí byť v dĺžke minimálne 200 cm.   |
| 4.6   | Hydrofilný coating – Slip-Coat technológia distálnych 170 cm pre 0.014" a 0.010" a 180 cm pre vodič 0.008".  | spĺňa   | 4.6 Hydrofilný coating – Slip-Coat technológia distálnych 170 cm pre 0.014" a 0.010" a 180 cm pre vodič 0.008".  |
| 4.7   | Vodič by mal byť na povrchu vrúbkovaný a poskytovať dobrú oporu pre mikrokatéter.  | spĺňa   | 4.7 Vodič by mal byť na povrchu vrúbkovaný a poskytovať dobrú oporu pre mikrokatéter.  |

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

| Položka č. 5 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014" |   |
|---|---|
| 5.1   | Požadujeme dedikovaný 0.014" neuro vodič s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom a v dĺžke 200 cm.                                      |
| 5.2   | S hydrofilným a polymérovým coatingom, ktorý zabezpečuje lepšiu priechodnosť – cez tortuozy, trombus, stenózu a zároveň lepšiu priechodnosť mikrokatétra. |
| 5.3   | Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° ( „memory“ efekt špičky" )  |
| 5.4   | „Soft tip“ je označenie verzie s flexibilnejšou špičkou.  |

| Položka č. 5 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.014" |   |
|---|---|
| spíňa   | 5.1 Požadujeme dedikovaný 0.014" neuro vodič s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom a v dĺžke 200 cm.                                      |
| spíňa   | 5.2 S hydrofilným a polymérovým coatingom, ktorý zabezpečuje lepšiu priechodnosť – cez tortuozy, trombus, stenózu a zároveň lepšiu priechodnosť mikrokatétra. |
| spíňa   | 5.3 Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° ( „memory“ efekt špičky" )  |
| spíňa   | 5.4 „Soft tip“ je označenie verzie s flexibilnejšou špičkou.  |

  

| Položka č. 6 - Špeciálne neurointervenčné vodiče - soft tip vodiče 0.018" |   |
|---|---|
| spíňa   | 6.1 Dedikovaný neuro zavádzací drôt s prenosom krútiaceho momentu 1:1 a polymerovým coatingom.  |
| spíňa   | 6.2 V dĺžke 200 cm v proximálnom priemere 0.014", ktorý sa pred distálnym koncom zväčšuje na 0.016" a 0.018".   |
| spíňa   | 6.3 Musí mať hydrofilný a polymérový coatingom, pre lepší prechod cez tortuozy, trombus a stenózu, rovnako aj pre prechod mikrokatétra, vodič má najväčšiu „support body“ a je určený pre väčšie mikrokatétre 0.021/0.027". |
| spíňa   | 6.4 Musí mať zahnutú flexibilnú špičku na 25° ( má väčší „memory“ efekt ).  |
| spíňa   | 6.5 Soft tip“ je označenie pre verziu s flexibilnejšou špičkou, používa sa pri potrebe zaviesť väčší katéter.   |
| spíňa   | 6.6 Pre šetrnejší prechod mikrokatétem tepnou bez poškodenia intimi.  |

**5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY**

| Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK  |   |
|---|---|
| Požaduje sa:  |   |
| 1.  | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.              |
| 2.  | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa. |
| 3.  | Požaduje sa dodanie tovaru:   |
| 3.1   | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,  |
| 3.2   | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky).   |
| <b>ADYTON medical devices SK s.r.o.<br/>Stupavská 14<br/>831 06 Bratislava</b> <p>Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky</p> <p>V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty</p> |   |
|   | <b>DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY</b>  |
| Požaduje sa:  |   |
| 1.  | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie štyridsiatichôsmich (48) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.              |
| 2.  | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa. |
| 3.  | Požaduje sa dodanie tovaru:   |
| 3.1   | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,  |
| 3.2   | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),   |

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINÍTIVNÝCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

|     |  |            |  |
|-----|--|------------|--|
| 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,  | akceptujem | 3.3 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,  |
| 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosť o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),  | akceptujem | 3.4 na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosť o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),  |
| 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.   | akceptujem | 3.5 s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.   |
| 3.5 | V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:<br>- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,<br>- údaj o krajinе pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).   | akceptujem | 3.5 V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:<br>- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,<br>- údaj o krajinе pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).   |
| 4.  | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradíť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.<br><br>Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.   | akceptujem | 4. V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradíť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.<br><br>Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.  |
| 5.  | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  | akceptujem | 5. Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.   |
| 6.  | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.   | akceptujem | 6. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.  |
| 7.  | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanéj hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzavorennej rámcovej dohody.  | akceptujem | 7. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanéj hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzavorennej rámcovej dohody.   |
| 8.  | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk.<br>Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.   | akceptujem | 8. Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk.<br>Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.  |
| 9.  | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:<br><br>a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,<br><br>b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,<br><br>c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,<br><br>d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,<br><br>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poist'ovne Všeobecná zdravotná poist'ovna, a.s., DÓVERA zdravotná poist'ovňa, a.s.<br>a Union zdravotná poist'ovňa, a.s.,<br><br>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poist'ovne Všeobecná zdravotná poist'ovna, a.s., DÓVERA zdravotná poist'ovňa, a.s.<br>a Union zdravotná poist'ovňa, a.s. | akceptujem | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:<br><br>a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,<br><br>b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,<br><br>c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,<br><br>d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,<br><br>e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poist'ovne Všeobecná zdravotná poist'ovna, a.s., DÓVERA zdravotná poist'ovňa, a.s.<br>a Union zdravotná poist'ovňa, a.s.,<br><br>f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poist'ovne Všeobecná zdravotná poist'ovna, a.s., DÓVERA zdravotná poist'ovňa, a.s.<br>a Union zdravotná poist'ovňa, a.s. |

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY**

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 10.   | <p>V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zniženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.</p>   |   | <p>V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zniženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.</p>  |
| 11.   | <p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo</li> <li>- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</li> </ul> <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo</li> <li>- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.</li> </ul> | <p>Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo</li> <li>- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</li> </ul> <p>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo</li> <li>- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.</li> </ul> |  |
| 12.   | <p>V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zavádzajú sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.</p>  | <p>akceptujem</p>   | <p>V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnatelné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zavádzajú sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.</p> |
| 12.1. | <p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>  | <p>akceptujem</p>   | <p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.</p> <p>V prípade, ak v uvedenej lehote nebude doručený dodatok Objednávateľovi, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>   |
| 13.   | <p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyraďenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódú, zmena názvu tovaru a pod.),</li> <li>- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.</li> </ul>   | <p>akceptujem</p>   | <p>Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyraďenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódú, zmena názvu tovaru a pod.),</li> <li>- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.</li> </ul>  |

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY**

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 14. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámbovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.   | akceptujem | 14. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámbovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.   |
| 15. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.   | akceptujem | 15. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.   |
| 16. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  | akceptujem | 16. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  |
| 17. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. | akceptujem | 17. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. |
| 18. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.   | akceptujem | 18. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.   |
| 19. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázaťne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.   | akceptujem | 19. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázaťne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.   |
| 20. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na <a href="http://www.vusch.sk">www.vusch.sk</a> . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoved doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.  | akceptujem | 20. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na <a href="http://www.vusch.sk">www.vusch.sk</a> . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoved doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.  |

**VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE**  
**STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚTAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY**

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 21. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na <a href="http://www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/">www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/</a> . | akceptujem | 21. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na <a href="http://www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/">www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/</a> . |
|-----|--|------------|-----|--|

**6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY**

|   |  |   |     |   |
|---|--|---|-----|---|
| <b>Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK</b> |  | <b>ADYTON medical devices SK s.r.o.<br/>Stupavská 14<br/>831 06 Bratislava</b>  |     | <b>DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY</b>  |
| <b>Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:</b>   |  |   |     | <b>Požaduje sa:</b>   |
| 6.1   | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie   | Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady | 6.1 | <i>Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie</i>   |
| 6.2   | Prospektový materiál   | akceptujem  | 6.2 | <i>Prospektový materiál</i>   |
| 6.3   | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie.  | akceptujem  | 6.3 | <i>Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahradzajú požadované potvrdenie.</i>  |
| 6.4   | Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa. | akceptujem  | 6.4 | <i>Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa.</i> |