

Zápisnica z otvárania ponúk zo dňa 06.05.2019 o 11.00 hod.

predložených uchádzačmi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE vo verejnom obstarávaní Zákazka v DNS s názvom:

„Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov JIS“,

vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Vestníku verejného obstarávania č. 202/2018 pod zn. 14325 - MUT dňa 11.10.2018 a vo vestníku Úradu pre úradné publikácie EÚ č. 2018/S 195 - 440939 dňa 10.10.2018

Miesto otvárania ponúk: FNŠP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov, budova riaditeľstva, zasadačka na prízemí

Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2019 do 10:00:00 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 65 940,00 EUR bez DPH

A) Zoznam členov komisie:

Ing. Marián Strýček, MBA - predseda komisie
Ing. Jana Lechová – člen komisie
Ing. Jaroslav Kostelník – člen komisie
Ing. Katarína Harčárová – člen komisie BPV

B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

Poradové číslo obálky: 1

Obchodné meno: MEDIS Nitra, spol. s r.o.

Adresa: Pri Dobrotke 659/81, 94901, Nitra - Dražovce

IČO: 36531774

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) Množstvo položky: 48 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 076,40 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) Množstvo položky: 12 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 029,60 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) Množstvo položky: 15 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 006,20 EUR

Cena celkom: 79 115,40 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárne pumpy Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: TOM (Take over mode)

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa Režim - Nábeh a pokles

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Programovateľný režim

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Podávanie enterálnej výživy aj so setom

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Výstražný alarm rozpojenia linky

Hodnota necenového kritéria: nie

Poradové číslo obálky: 2

Obchodné meno: B. Braun Medical s.r.o.

Adresa: Hlučínska 3, 831 03, Bratislava

IČO: 31350780

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) Množstvo položky: 48 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 440,00 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) Množstvo položky: 12 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 620,00 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) Množstvo položky: 15 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 380,00 EUR

Cena celkom: 109 260,00 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárne pumpy Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: TOM (Take over mode)

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa Režim - Nábeh a pokles

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Programovateľný režim

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Podávanie enterálnej výživy aj so setom

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Výstražný alarm rozpojenia linky

Hodnota necenového kritéria: nie

Poradové číslo obálky: 3

Obchodné meno: UNOTECH, spol. s r.o.

Adresa: Zlatovská 2211, 91101, Trenčín

IČO: 31424562

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) Množstvo položky: 48 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s
DPH Cena položky: 1 015,20 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) Množstvo položky: 12 Jednotka položky: ks Mena: v EUR
DPH: s DPH Cena položky: 1 197,60 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) Množstvo položky: 15 Jednotka položky: ks Mena: v EUR
DPH: s DPH Cena položky: 1 368,00 EUR

Cena celkom: 83 620,80 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárne pumpy Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: TOM (Take over mode)

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa Režim - Nábeh a pokles

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Programovateľný režim

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Podávanie enterálnej výživy aj so setom

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Výstražný alarm rozpojenia linky

Hodnota necenového kritéria: áno

C) Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutočnilo elektronicky prostredníctvom sw Josephine dňa 06.05.2019. Otvárania sa zúčastnila menovaná komisia na základe poverenia zo dňa 03.05.2019. Následne komisia elektronicky otvárala ponuky v poradí, v akom boli uchádzačmi doručené verejnému obstarávateľovi.

Zúčastnení členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia a priebeh



vyhodnotenia ponúk zachytený v tejto zápisnici potvrdzujú, na znak čoho zápisnicu v slobodnej vôli a bez výhrady podpisujú.

Členovia komisie:

Ing. Marián Strýček, MBA

Ing. Jana Lechová

Ing. Jaroslav Kostelník

Ing. Katarína Harčárová

Zapísala: Katarína Harčárová

V Prešove dňa: 06.05.2019