

**ZÁPISNICA O ÚPLNOM ÚVODNOM VYHODNOTENÍ PONÚK
PRED ELEKTRONICKOU AUKCIOU**

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky:

„Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov JIS“

Postup zadania zákazky: Zákazka v DNS

Ponuky sa **vyhodnocujú podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk** a relatívnej váhy priradené k jednotlivým kritériám v súlade s výzvou na predloženie ponuky a súťažnými podkladmi pred elektronickou aukciou. Poradie uchádzačov zostavené pred elektronickou aukciou na základe vyhodnocovacieho kritéria: Najlepší pomer ceny a kvality

a) Ponuky vyhodnocuje verejným obstarávateľom zriadená komisia v zložení:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia v komisii
Ing. Marián Strýček, MBA	Predseda komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Ing. Jana Lechová	Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Ing. Jaroslav Kostelník	Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Ing. Katarína Harčárová	Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

b) Zoznam ponúk a návrhy na plnenie kritérií:

Poradové číslo obálky: 1

Obchodné meno: MEDIS Nitra, spol. s r.o.

Adresa: Pri Dobrotke 659/81, 94901, Nitra - Dražovce

IČO: 36531774

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) Množstvo položky: 48 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 076,40 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) Množstvo položky: 12 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 029,60 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) Množstvo položky: 15 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 006,20 EUR

Cena celkom: 79 115,40 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárne pumpy Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: TOM (Take over mode)

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa Režim - Nábeh a pokles

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Programovateľný režim

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Podávanie enterálnej výživy aj so setom

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Výstražný alarm rozpojenia linky

Hodnota necenového kritéria: nie

Poradové číslo obálky: 2

Obchodné meno: B. Braun Medical s.r.o.

Adresa: Hlučínska 3, 831 03, Bratislava

IČO: 31350780

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) Množstvo položky: 48 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 440,00 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) Množstvo položky: 12 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 620,00 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) Množstvo položky: 15 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 380,00 EUR

Cena celkom: 109 260,00 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárne pumpy Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: TOM (Take over mode)

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa Režim - Nábeh a pokles

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Programovateľný režim

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Podávanie enterálnej výživy aj so setom

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Výstražný alarm rozpojenia linky

Hodnota necenového kritéria: nie

Poradové číslo obálky: 3

Obchodné meno: UNOTECH, spol. s r.o.

Adresa: Zlatovská 2211, 91101, Trenčín

IČO: 31424562

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) Množstvo položky: 48 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 015,20 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) Množstvo položky: 12 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 197,60 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) Množstvo položky: 15 Jednotka položky: ks Mena: v EUR DPH: s DPH Cena položky: 1 368,00 EUR

Cena celkom: 83 620,80 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárne pumpy Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: TOM (Take over mode)

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa Režim - Nábeh a pokles

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Režim - Viacnásobná dávka

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Programovateľný režim

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Podávanie enterálnej výživy aj so setom

Hodnota necenového kritéria: nie

Názov necenového kritéria: Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

Hodnota necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Výstražný alarm rozpojenia linky

Hodnota necenového kritéria: áno

c) Zoznam uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzači neboli vyzvaní na vysvetlenie ponúk podľa § 53 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.

d) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Po otváraní ponúk a vyhodnotení predložených ponúk v zmysle návrhu na plnenie kritérií nebol vylúčený žiadny uchádzač.

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Neuplatňuje sa

f) Poradie úspešnosti ponuky alebo ponúk pred elektronickou aukciou:

Poradie pred EA	Uchádzač	Hodnotiace kritéria			Cena celkom s DPH
		Body za Kritérium K1 - cena	Body za Kritérium K2 – necenové kritéria	Súčet bodov	
1.	MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 94901, Nitra – Dražovce, IČO: 36531774	82,00	8,20	90,20	79 115,00
3.	B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, 831 03, Bratislava, IČO: 31350780	59,40	18,00	77,40	109 260,00
2.	UNOTECH, spol. s r.o., Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, IČO: 31424562	77,60	13,90	91,50	83 620,00

Vyhodnotenie nie je záväzné.

Úspešný uchádzač bude určený na základe výsledkov elektronickej aukcie .

Komisia konštatuje, že ponuky všetkých uchádzačov splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii.

g) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Všetci členovia komisie zápisnicu podpísali bez výhrad.

V Prešove dňa: 26.05.2019

Predseda: Ing. Marián Strýček, MBA

Členovia: Ing. Jana Lechová

Ing. Jaroslav Kostelník

Člen bez práva vyhodnocovať: Ing. Katarína Harčárová

Zapísala: Katarína Harčárová