



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:  
GR-1477/OVO-492/19/Ja

v Martine, dňa:  
2.5.2019

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov jedného zo záujemcov k zákazke č.1 „**Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre UNM (ARO)**“, Vám podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č.1:**

*Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky nasledovne:*

*Možnosť vzájomného fyzického uchytienia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva: áno*

*Pri manipulácii s viacerými pumpami personálu na ich vzájomné uchytienie slúži dokovacia stanica, pri použití ktorej je daný parameter neopodstatnený. Súčasťou nákupu sú okrem púmp aj dokovacie stanice. Na základe uvedeného navrhujeme daný parameter hodnotiť ako „bez preferencie“.*

*Predmetný dotaz sa týka lineárnych a volumetrických púmp v kategóriách ARO a STANDARD.*

**Odpoveď č.1:**

Verejný obstarávateľ nebude vyžadovať plnenie tohto parametra. Odpoveď sa týka aj lineárnych aj volumetrických púmp.

**Otázka č.2:**

*Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky nasledovne:*

*Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas: áno*

*Máme za to, že v danom parametri úplne postačuje nastavenie dávky vzhľadom na hmotnosť pacienta a čas, za ktorý mu má byť dávka podaná. Nemyslíme si, že v praxi sa parameter dávky nastavuje na plochu tela v m2, pričom aj v príbalových letákoch ku liekom, je uvedená len dávka vzhľadom k hmotnosti pacienta. Na základe uvedeného navrhujeme z daného parametra vynechať možnosť nastavenia dávky vzhľadom na plochu tela v m2.*

*Predmetný dotaz sa týka lineárnych a volumetrických púmp v kategórii ARO.*

**Odpoveď č.2:**

Verejný obstarávateľ nebude požadovať nastavenia dávky na plochu tela v m<sup>2</sup>.

S pozdravom

.....  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA  
generálny riaditeľ UNM

.....  
Ing. Stanislav Škorňa  
ekonomický riaditeľ UNM