

ODTLAČOK eAUKČNEJ SIENE

Názov elektronickej aukcie:	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS
Typ elektronickej aukcie:	ERMMA (id:4339)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:	
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:	2019-05-24 14:47:28
Začiatok Aukčné kolo:	2019-05-29 11:00:00
Ukončenie Aukčné kolo:	2019-05-29 11:20:00
Vyhlasovateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
Mena:	EUR
Hodnotiace kritérium:	Kritériálne hodnotenie
Protokol je platný k:	19.06.2019 12:17:43
Protokol vygenerovaný v:	19.06.2019 12:17:43

P. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Porovnávacía hodnota	Celkom	Min. ponuka	B. Braun Medical s.r.o.	MEDIS Nitra, spol. s r.o.	UNOTECH, spol. s r.o.
Poradie podľa: Kritériálne hodnotenie								3	2	1
							Σ	-	-	-
001.		Typ 1 (lineárna pumpa)	ks	17.00	-	14 688.00	864.00	1 308.00	1 178.52	864.00
002.		Typ 2 (volumetrická pumpa)	ks	14.00	-	13 312.88	950.92	1 428.00	950.92	996.00
003.		Typ 1 (dokovacia stanica)	ks	5.00	-	3 718.40	743.68	1 308.00	743.68	1 210.80

		Režim - Viacnásobná dávka					áno	áno	nie	áno
		TOM (Take over mode)					áno	áno	nie	nie
		Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku					áno	áno	áno	áno
		Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba					áno	áno	nie	áno
		Automatické uchytanie striekačky pri vkladaní					áno	áno	nie	nie
		Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti					áno	áno	áno	áno
		Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah					áno	áno	áno	áno
		Režim - Nábeh a pokles					áno	áno	nie	áno
		Režim - Viacnásobná dávka					áno	áno	nie	áno
		Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie					áno	áno	áno	áno
		Programovateľný režim					áno	áno	áno	áno
		Podávanie enterálnej výživy aj so setom					áno	áno	nie	nie

Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom			áno	áno	áno	áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku			áno	áno	áno	áno
Výstražný alarm rozpojenia linky			áno	nie	nie	áno
Body za Kritérium K2			17,5	17,5	8,5	15
Názov kritéria	Povaha	Váha	Naj. body	Body	Body	Body
Body za Kritérium K1	Klesajúca	81.5	81.5	58.0	76.3	81.5
Body za Kritérium K2	Rastúca	18.5	17.5	17.5	8.5	15.0
Súčet		100.0	96.5	75.5	84.8	96.5

úspora		
finančné vyjadrenie	-	EUR
% vyjadrenie	-	%

úspora2		
Naj. vstupná cena	40 864.80	EUR
Naj. výstupná cena	34 686.00	EUR
úspora	6 178.80	EUR
% vyjadrenie	15.12	%

celkom		
porovnávacía ponuka	0.00	EUR
min. možná ponuka	-	EUR
najvýhodnejšia ponuka	34 686.00	EUR

	Priebeh elektronickej aukcie	Predĺženie kôl
	Čas vyhlásenia - 24. 05. 19 10:00	
1 Kolo	24.05.19 10:00:00	00:00:00
2 Kolo	29.05.19 11:00:00	00:00:00
	Čas ukončenia - 29. 05. 19 11:20	
	Počet predĺžení	0