

# SÚHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKEJ AUKCIE

<b>Názov elektronickej aukcie:</b>	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS dokup
<b>Typ elektronickej aukcie:</b>	ERMMA (id:4340)
<b>Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:</b>	
<b>Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:</b>	2019-05-24 14:48:06
<b>Začiatok Aukčné kolo:</b>	2019-05-29 12:00:00
<b>Ukončenie Aukčné kolo:</b>	2019-05-29 12:20:00
<b>Vyhlasovateľ:</b>	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
<b>Administrátor:</b>	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
<b>Mena:</b>	EUR
<b>Hodnotiace kritérium:</b>	Kriteriálne hodnotenie
<b>Počet položiek celkom:</b>	3
<b>Počet aktívnych položiek:</b>	3
<b>Počet položiek započítavaných do celkovej sumy:</b>	3
<b>Protokol je platný k:</b>	19.06.2019 14:54:56
<b>Protokol vygenerovaný v:</b>	19.06.2019 14:54:56

Uchádzač	Položiek obsadených/celkom	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka	Dosiahnuté body	Poradie uchádzača
UNOTECH, spol. s r.o.	3/3	28 797.60	24 439.20	96.0	<b>1</b>

Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu sú protokoly o účasti jednotlivých uchádzačov.

## UNOTECH, spol. s r.o.

<b>Názov elektronickej aukcie:</b>	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS dokup
<b>Typ elektronickej aukcie:</b>	ERMMA (id:4340)
<b>Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:</b>	
<b>Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:</b>	2019-05-24 14:48:06
<b>Začiatok Aukčné kolo:</b>	2019-05-29 12:00:00
<b>Ukončenie Aukčné kolo:</b>	2019-05-29 12:20:00
<b>Vyhlasovateľ:</b>	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
<b>Administrátor:</b>	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
<b>Uchádzač:</b>	UNOTECH, spol. s r.o. (radosa@unotech.sk), Zlatovská 2211, Trenčín, PSČ 91101, Slovensko, Telefón: +421 902383883
<b>Mena:</b>	EUR
<b>Hodnotiace kritérium:</b>	Kritériálne hodnotenie
<b>Protokol je platný k:</b>	19.06.2019 14:54:56
<b>Protokol vygenerovaný v:</b>	19.06.2019 14:54:56

Názov kola	Dátum a čas začiatku	Dĺžka (dni, hod., min.)	Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo	24.05.19 10:00:00	05:02:00	00:00:00
Aukčné kolo	29.05.19 12:00:00	00:00:20	00:00:00

P. č.	Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Celkom	Min. ponuka	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka
001.		Typ 1 (lineárna pumpa)	ks	10.00	8 640.00	864.00	1 015.20	864.00
002.		Typ 2 (volumetrická pumpa)	ks	11.00	10 956.00	996.00	1 197.60	996.00
003.		Typ 1 (dokovacia stanica)	ks	4.00	4 843.20	1 210.80	1 368.00	1 210.80
<b>Súčet</b>						<b>24 439.20</b>	-	-

Názov kritéria	Povaha	Váha	Naj. body	Body
Body za Kritérium K1	Klesajúca	81.0	-	81.0
Body za Kritérium K2	Rastúca	19.0	-	15.0
<b>Súčet</b>		<b>100.0</b>	<b>96.0</b>	<b>96.0</b>

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Režim - Viacnásobná dávka	áno	áno
TOM (Take over mode)	nie	nie
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	áno	áno
Automatické uchytanie striekačky pri vkladaní	nie	nie
Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno	áno
Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno	áno
Režim - Nábeh a pokles	áno	áno
Režim - Viacnásobná dávka	áno	áno
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno
Programovateľný režim	áno	áno
Podávanie enterálnej výživy aj so setom	nie	nie
Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	áno	áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno
Výstražný alarm rozpojenia linky	áno	áno
Body za Kritérium K2	15	15