

# ODTLAČOK eAUKČNEJ SIENE

<b>Názov elektronickej aukcie:</b>	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín MR
<b>Typ elektronickej aukcie:</b>	ERMMA (id:4361)
<b>Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:</b>	
<b>Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:</b>	2019-05-27 15:15:34
<b>Začiatok Aukčné kolo:</b>	2019-05-30 15:00:00
<b>Ukončenie Aukčné kolo:</b>	2019-05-30 15:20:00
<b>Vyhlasovateľ:</b>	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
<b>Administrátor:</b>	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
<b>Mena:</b>	EUR
<b>Hodnotiace kritérium:</b>	Kriteriálne hodnotenie
<b>Protokol je platný k:</b>	20.06.2019 14:45:32
<b>Protokol vygenerovaný v:</b>	20.06.2019 14:45:32

P. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Porovnávacía hodnota	Celkom	Min. ponuka	B. Braun Medical S.r.o.	UNOTECH, spol. s r.o.
<b>Poradie podľa: Kriteriálne hodnotenie</b>								<b>2</b>	<b>1</b>
Σ								-	-
001.		Typ 1 (lineárna pumpa)	ks	3.00	-	2 592.00	<b>864.00</b>	1 308.00	<b>864.00</b>
002.		Typ 2 (volumetrická pumpa)	ks	2.00	-	1 992.00	<b>996.00</b>	1 428.00	<b>996.00</b>

		Režim - Viacnásobná dávka					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		TOM (Take over mode)					<b>áno</b>	<b>áno</b>	nie
		Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní					<b>áno</b>	<b>áno</b>	nie
		Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Režim - Nábeh a pokles					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Režim - Viacnásobná dávka					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Programovateľný režim					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
		Podávanie enterálnej výživy aj so setom					<b>áno</b>	<b>áno</b>	nie
		Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom					<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>

Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku			<b>áno</b>	<b>áno</b>	<b>áno</b>
Výstražný alarm rozpojenia linky			<b>áno</b>	nie	<b>áno</b>
Body za Kritérium K2			<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	14,5
<b>Názov kritéria</b>	<b>Povaha</b>	<b>Váha</b>	<b>Naj. body</b>	<b>Body</b>	<b>Body</b>
Body za Kritérium K1	Klesajúca	81.5	81.5	55.1	81.5
Body za Kritérium K2	Rastúca	18.5	17.5	17.5	14.5
<b>Súčet</b>		<b>100.0</b>	<b>96.0</b>	<b>72.6</b>	<b>96.0</b>

<b>úspora</b>		
finančné vyjadrenie	-	EUR
% vyjadrenie	-	%

<b>úspora2</b>		
Naj. vstupná cena	5 440.80	EUR
Naj. výstupná cena	4 584.00	EUR
úspora	856.80	EUR
% vyjadrenie	15.75	%

<b>celkom</b>		
porovnávacía ponuka	0.00	EUR
min. možná ponuka	-	EUR
najvýhodnejšia ponuka	4 584.00	EUR

	<b>Priebeh elektronickej aukcie</b>	<b>Predĺženie kôl</b>
	Čas vyhlásenia - 27. 05. 19 14:00	
1 Kolo	27.05.19 14:00:00	00:00:00
2 Kolo	30.05.19 15:00:00	00:00:00
	Čas ukončenia - 30. 05. 19 15:20	
	<b>Počet predĺžení</b>	0