

SÚHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKEJ AUKCIE

Názov elektronickej aukcie:	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín OPERACKY
Typ elektronickej aukcie:	ERMMA (id:4360)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:	
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:	2019-05-27 15:13:21
Začiatok Aukčné kolo:	2019-05-30 14:00:00
Ukončenie Aukčné kolo:	2019-05-30 14:20:00
Vyhlasovateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
Mena:	EUR
Hodnotiace kritérium:	Kriteriálne hodnotenie
Počet položiek celkom:	2
Počet aktívnych položiek:	2
Počet položiek započítavaných do celkovej sumy:	2
Protokol je platný k:	20.06.2019 13:29:54
Protokol vygenerovaný v:	20.06.2019 13:29:54

Uchádzač	Položiek obsadených/celkom	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka	Dosiahnuté body	Poradie uchádzača
UNOTECH, spol. s r.o.	2/2	14 760.00	14 155.20	93.0	1
MEDIS Nitra, spol. s r.o.	2/2	15 637.38	15 637.38	79.2	2
B. Braun Medical s.r.o.	2/2	20 700.00	18 672.00	77.2	3

Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu sú protokoly o účasti jednotlivých uchádzačov.

B. Braun Medical s.r.o.

Názov elektronickej aukcie:	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín OPERACKY
Typ elektronickej aukcie:	ERMMA (id:4360)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:	
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:	2019-05-27 15:13:21
Začiatok Aukčné kolo:	2019-05-30 14:00:00
Ukončenie Aukčné kolo:	2019-05-30 14:20:00
Vyhlasovateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
Uchádzač:	B. Braun Medical s.r.o. (tenders.cz@bbraun.com), Hlučínska 3, Bratislava, PSČ 831 03, Slovensko, Telefón: +420 271091651
Mena:	EUR
Hodnotiace kritérium:	Kritériálne hodnotenie
Protokol je platný k:	20.06.2019 13:29:54
Protokol vygenerovaný v:	20.06.2019 13:29:54

Názov kola	Dátum a čas začiatku	Dĺžka (dni, hod., min.)	Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo	27.05.19 14:00:00	03:00:00	00:00:00
Aukčné kolo	30.05.19 14:00:00	00:00:20	00:00:00

P. č.	Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Celkom	Min. ponuka	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka
001.		Typ 1 (lineárna pumpa)	ks	11.00	14 388.00	1 015.20	1 440.00	1 308.00
002.		Typ 2 (volumetrická pumpa)	ks	3.00	4 284.00	996.00	1 620.00	1 428.00
Súčet						14 155.20	-	-

Názov kritéria	Povaha	Váha	Naj. body	Body
Body za Kritérium K1	Klesajúca	82.0	-	62.2
Body za Kritérium K2	Rastúca	18.0	-	15.0
Súčet		100.0	93.0	77.2

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Režim - Nábeh a pokles	áno	áno
Režim - Viacnásobná dávka	áno	áno
Nastavenie osvetlenia displeja	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlačidiel	áno	áno
System dynamického tlaku	áno	áno

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	áno
Režim - Nábeh a pokles	áno	áno
Režim - Viacnásobná dávka	áno	áno
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno
Programovateľný režim	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlačidiel	áno	áno
Výstražný alarm rozpojenia linky	áno	nie
Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	áno
Body za Kritérium K2	15	15

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

Názov elektronickej aukcie:	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín OPERACKY
Typ elektronickej aukcie:	ERMMA (id:4360)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:	
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:	2019-05-27 15:13:21
Začiatok Aukčné kolo:	2019-05-30 14:00:00
Ukončenie Aukčné kolo:	2019-05-30 14:20:00
Vyhlasovateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
Uchádzač:	MEDIS Nitra, spol. s r.o. (indriskova@medis.sk), Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, PSČ 94901, Slovensko, Telefón: +421 905905061
Mena:	EUR
Hodnotiace kritérium:	Kritériálne hodnotenie
Protokol je platný k:	20.06.2019 13:29:54
Protokol vygenerovaný v:	20.06.2019 13:29:54

Názov kola	Dátum a čas začiatku	Dĺžka (dni, hod., min.)	Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo	27.05.19 14:00:00	03:00:00	00:00:00
Aukčné kolo	30.05.19 14:00:00	00:00:20	00:00:00

P. č.	Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Celkom	Min. ponuka	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka
001.		Typ 1 (lineárna pumpa)	ks	11.00	12 402.06	1 015.20	1 127.46	1 127.46
002.		Typ 2 (volumetrická pumpa)	ks	3.00	3 235.32	996.00	1 078.44	1 078.44
Súčet						14 155.20	-	-

Názov kritéria	Povaha	Váha	Naj. body	Body
Body za Kritérium K1	Klesajúca	82.0	-	74.2
Body za Kritérium K2	Rastúca	18.0	-	5.0
Súčet		100.0	93.0	79.2

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Režim - Nábeh a pokles	áno	nie
Režim - Viacnásobná dávka	áno	nie
Nastavenie osvetlenia displeja	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlačidiel	áno	nie
System dynamického tlaku	áno	áno

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	nie
Režim - Nábeh a pokles	áno	nie
Režim - Viacnásobná dávka	áno	nie
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno
Programovateľný režim	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlačidiel	áno	nie
Výstražný alarm rozpojenia linky	áno	nie
Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	nie
Body za Kritérium K2	15	5

UNOTECH, spol. s r.o.

Názov elektronickej aukcie:	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín OPERACKY
Typ elektronickej aukcie:	ERMMA (id:4360)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:	
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:	2019-05-27 15:13:21
Začiatok Aukčné kolo:	2019-05-30 14:00:00
Ukončenie Aukčné kolo:	2019-05-30 14:20:00
Vyhlasovateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Michal Plesník, +421 917 492 846, michal.plesnik@fntn.sk
Uchádzač:	UNOTECH, spol. s r.o. (radosa@unotech.sk), Zlatovská 2211, Trenčín, PSČ 91101, Slovensko, Telefón: +421 902383883
Mena:	EUR
Hodnotiace kritérium:	Kritériálne hodnotenie
Protokol je platný k:	20.06.2019 13:29:54
Protokol vygenerovaný v:	20.06.2019 13:29:54

Názov kola	Dátum a čas začiatku	Dĺžka (dni, hod., min.)	Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo	27.05.19 14:00:00	03:00:00	00:00:00
Aukčné kolo	30.05.19 14:00:00	00:00:20	00:00:00

P. č.	Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Celkom	Min. ponuka	Vstupná ponuka	Výstupná ponuka
001.		Typ 1 (lineárna pumpa)	ks	11.00	11 167.20	1 015.20	1 015.20	1 015.20
002.		Typ 2 (volumetrická pumpa)	ks	3.00	2 988.00	996.00	1 197.60	996.00
Súčet						14 155.20	-	-

Názov kritéria	Povaha	Váha	Naj. body	Body
Body za Kritérium K1	Klesajúca	82.0	-	82.0
Body za Kritérium K2	Rastúca	18.0	-	11.0
Súčet		100.0	93.0	93.0

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Režim - Nábeh a pokles	áno	nie
Režim - Viacnásobná dávka	áno	áno
Nastavenie osvetlenia displeja	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlačidiel	áno	nie
System dynamického tlaku	áno	áno

Názov voliteľnej podmienky	Najlepšia hodnota	Výstupná hodnota
Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	áno
Režim - Nábeh a pokles	áno	áno
Režim - Viacnásobná dávka	áno	áno
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno
Programovateľný režim	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlačidiel	áno	nie
Výstražný alarm rozpojenia linky	áno	áno
Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	áno
Body za Kritérium K2	15	11