Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: email@nspnz.sk Web: www.nspnz.sk

všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:	**Reg. č.:**	**Vybavuje/Linka:**	**Nové Zámky**
	12886/2019	Ing. V. Lipovský /035/691 2245/	24.5.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Vážený záujemca,

na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov „Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Nové Zámky **ARO**, Vám podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka záujemcu:

v súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml. Naša otázka znie:

Otázka č. 1: Je možné plniť predmet zákazky lineárnou pumpou kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Oddelenia OAIM často vyžadujú zapojenie 5 ml. striekačky, jedná sa o frekventovanú medicínsku požiadavku, verejný obstarávateľ preto nemôže ustúpiť z tejto požiadavky.

Otázka č. 2: Je možné plniť predmet zákazky lineárnou pumpou, kde hodnoty parametrov rýchlosť prietoku je v rozsahu 0,1- 1500 ml/hod.?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podobne tomu je aj pri požiadavke o rozsahu dávkovania. Špecifikácie taktiež vychádzajú z definície ministerstva zdravotníctva, kde ste, ako jeden zo subjektov, ktoré boli v rámci pred-súťažných konzultácií súhlasili so stanovenými špecifikáciami a zameraním každého produktu.

S pozdravom,

Ing. Vladimír Lipovský