

Vysvetlenie SP č. 1

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 18.04.2023 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.1

*Na základe dokumentov k verejnému obstarávaniu zverejneného vo vestníku č. 64/2023 - 28.03.2023, pod číslom 12631-MST dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie / úpravu technickej špecifikácie pre časť 12 „Anesteziologický prístroj“ v nasledovnom bode: **Rozsah merania tlakov min (-40 -320)mmHg***

Bude verejný obstarávateľ akceptovať, nižší rozsah tohto monitorovaného parametra a to znížením hornej hranice na + 300 mmHg?

Vzhľadom k tomu, že ide o veličinu vymedzujúcu iba rozsah monitorovaného parametra, je tento rozdiel zanedbateľný a hranica +300 mmHg je plne postačujúca pre klinickú prax. Navrhujeme preto upraviť tento parameter na: Rozsah merania tlakov min. (-40 -300) mmHg. Máme za to, že táto úprava predmetného parametra umožní zvýšenie hospodárnosti tohto verejného obstarávania z pohľadu možného počtu zúčastnených subjektov.

Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ akceptuje žiadosť o zmenu parametra a bude akceptovať nasledovný rozsah ponúkaného tovaru:

„Rozsah merania tlakov (min. -40 – 300) mmHg“

V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile aktualizovanú :

Príloha č. 4-12 Časť 12 Anesteziologický prístroj (Aktualizácia 19.04.2023), kde zapracoval akceptovanú zmenu. Žiadame Vás aby ste pri predložení ponuky použili aktualizovaný dokument.