



Bratislava, 27.03.2023  
Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie č. 2

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke realizovanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: „**Spotrebný materiál a kity**“ -68 v rámci zriadeného DNS „Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021 boli doručené nasledovné otázky:

### Otázka č. 1 pre časť 1:

Položka 1. Uvádzate že požadujete kit na izoláciu nukleových kyselín z moču avšak nikde neuvádzate koľko reakcii má mať jedno balenie najmenšie balenie vieme ponúknuť jeden ks ale vieme ponúknuť aj vyššie balenie prípadne 250 ks balenie ; taktiež sú rôzne rozdiely medzi typmi testov podľa objemu spracovávanej vzorky prosím o info či máte záujem o klasické testy alebo o tzv. slurry testy ktoré sú koncipované na vyššie objemy napr , do 25 prípadne 80 ml ktorú variantu budete akceptovať ?

Položka 18 a 19 skúmavky pre obe položky tá istá otázka: nikde neuvádzate bližšie info prosím o nasledovné info (sterilita ano / nie) ; (dna rna free ano / nie) ; (endotoxin free ano / nie) ; max rcf ktoré majú vydržať; taktiež či majú mať špeciálnu úpravu pre adherentné bunky; alebo vám stačia klasické nesterilné falcony na rutinne analýzy ktorú variantu budete akceptovať ?

Položky rukavice: aké najmenšie balenie rukavíc budete akceptovať 50 ks, 100 ks, 200 ks?

### Odpoveď č. 1 pre časť 1

#### Položka č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len kity určené na izoláciu DNA z moču pričom jedno balenie musí obsahovať všetky potrebné reagensy a spotrebný materiál na 250 testov, test musí byť koncipovaný na objem vzorky v rozsahu 3-25 ml s výťažkom minimálne 60 % DNA. Záujem máme o tzv. slurry testy.

#### Položka č.18 a 19:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len Skúmavky (položka číslo 18 a 19) vhodné aj pre prácu s bunkami a budeme akceptovať len skúmavky s nasledovnými parametrami: sterilné (sterilizácia gama žiarením), DNA a RNA free, Endotoxin free, povrch špeciálne upravený pre adherentné bunky, skúmavky musia vydržať tesne bez poškodenia minimálne rcf 21500 x g a viac ideálne 22 500 x g

#### Položky 9,10,11

Jedno balenie rukavíc musí obsahovať minimálne 100 ks resp. ekvivalent na dosiahnutie celkového požadovaného množstva (platí pre všetky veľkosti)

## Otázka č.2

Prosíme Vás o upresnenie technickej špecifikácie produktu Legendplex kit Inflammation panel rat 740401. Aký presný počet analytov má obsahovať tento produkt, a ktoré analyty to sú? Prosíme Vás o presný zoznam analytov pre došpecifikovanie uvedeného produktu.

## Odpoveď č. 2

### Položka č.15

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len panel ktorý obsahuje všetky nasledovné analyty v danej koncentrácii

Il-10 – 20 ng, ml;

ifn-γ – 20 ng/ml

CXCL1/KC – 50 ng/ml

CCL2/MCP-1 – 50 ng/ml

TNF-α – 20 ng/ml

GM-CSF – 20 ng/ml

IL-18 – 50 ng/ml

IL12p70 – 50 ng/ml

IL-1B – 50 ng/ml

IL-17A – 10 ng/ml

IL-33 – 50 ng/ml

IL-1a – 20 ng/ml

IL-6 – 20 ng/ml

- **Výzva na predloženie ponuky**

Verejný obstarávateľ v článku IV Administratívne informácie mení lehotu na predkladanie ponúk:

*Pôvodné znenie:*

**30.03.2023, do 10:00 hod.**

*Na nové znenie:*

**05.04.2023, do 10:00 hod.**

Príloha: Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria\_časť\_1\_nové znenie\_27\_3\_2023

Príloha č.1a\_ Opis predmetu zákazky\_časť\_1\_nové znenie\_27\_3\_2023

Výzva na predloženie ponuky\_nové znenie\_27\_3\_2023

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci cenovej ponuky predložiť toto nové znenie. *Výzva na predloženie ponuky a Návrh na plnenie kritéria a opis predmetu zákazky pre časť 1 nové znenie\_27\_3\_2023* boli vložené do dokumentov.

Verejný obstarávateľ predlžuje termín predkladania ponúk do **05.04.2023 do 10:00 hod.**

---

Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci oddelenia OCOZ

