

V Bratislave, dňa 23. apríla 2018

VEC

Úprava a vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112492

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým subjektom, že z dôvodu vyhlásenia zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 13. marca 2018 s účinnosťou od 1. apríla 2018 a vybraných článkov od 1.1.2024), pristúpil k overeniu jeho dopadu na požadované prístroje, ktoré sú predmetom zákazky a ktoré plánuje používať počas ich životnosti.

Verejný obstarávateľ zistil potrebu úpravy špecifikácie predmetu zákazky pre časť 3 – RTG prístroje (konkrétne Mobilný RTG prístroj s C- ramenom) tak, aby mohol prístroj podľa vyhláseného zákona používať aj po zákonom určenom termíne. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ **zverejňuje upravenú špecifikáciu pre Mobilný RTG prístroj s C-ramenom.**

Všetky vykonané zmeny špecifikácie sú uvedené v špecifikácii v žltých bunkách, v prípade úpravy existujúcej požiadavky je červenou uvedený upravený text. Pre lepšie porovnanie zmien a minimalizovanie chýb, verejný obstarávateľ necháva pre porovnanie aj starú špecifikáciu (ale len za účelom porovnania a rýchlejšieho pochopenia zmien). Verejný obstarávateľ sprístupňuje hospodárskym subjektom editovateľnú verziu upraveného opisu a záväznú verziu v pdf formáte.

Zároveň si verejný obstarávateľ dovoľuje upriamiť pozornosť hospodárskych subjektov na uvedenú novelu zákona aj v **kontexte plnenia kúpnej zmluvy**, v zmysle ktorej dodávateľ bude dodávať prístroje s odbornou starostlivosťou a v súlade so všetkými právnymi predpismi.

Verejný obstarávateľ zároveň odpovedá na doručené otázky:

Otázka č. 1:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre mobilný digitálny RTG prístroj maximálnu hmotnosť prístroja do 580 kg v prípade motorizovaného pohybu prístroja a maximálnu hmotnosť prístroja do 455 kg v prípade nemotorizovaného pohybu prístroja? V prípade motorizovaného pohybu ide jednoznačne o výrazne ľahšiu manipuláciu prístroja ako v prípade nemotorizovaného pohybu, čiže zvýšená hmotnosť nemá vplyv na zhoršenú manipuláciu, práve naopak, motorizované prístroje poskytujú podstatne jednoduchšiu manipuláciu pri pohyboch ako prístroje nemotorizované.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ súhlasí a akceptuje požiadavku dotazujúceho – verejný obstarávateľ bude akceptovať prístroj s hmotnosťou do 580 kg, ak ponúknutý prístroj bude mať motorizovaný pohyb.

Upravené znenie požiadavky č. 15 pri Mobilnom digitálnom RTG prístroji:

15	Hmotnosť prístroja v prípade nemotorizovaného pohybu max. 455 kg, hmotnosť prístroja v prípade motorizovaného pohybu max. 580 kg.		áno	áno/nie	
----	---	--	-----	---------	--

Otázka č. 2:

“Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre mobilný RTG prístroj s C-ramenom počet segmentov irisovej clony minimálne 6 ks? Počet segmentov irisovej clony nemá vplyv na funkciu orezania žiarenia vyšetřovaného poľa. Ide iba o kozmetickú záležitosť, či orezané pole bude v tvare osemuholníka alebo šesťuholníka. V praxi celkovo sa táto funkcia žiaľ využíva minimálnym spôsobom a takmer každý lekár pracujúci s týmto typom prístroja si nechá otvorené clony na maximum.”

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke mobilného RTG prístroja s C-ramenom s počtom segmentov irisovej clony minimálne 8 ks.

Otázka č. 3:

“Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre mobilný RTG prístroj s C-ramenom upustenie od podmienky "zabudovaná DVD alebo CD mechanika a USB rozhranie" a nahradí ju textom "zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB rozhranie"? Na operačných sálach v dnešnej bežnej praxi nikto nepracuje s DVD/ CD nosičmi. Tento spôsob záznamu sa využíval v minulosti, ale v súčasnosti sa na archiváciu snímok primárne používa systém PACS prípadne prenos štúdie pomocou USB. Prípadné napálenie nosičov sa realizuje komfortne mimo operačné sály čiže mimo sterilného prostredia.”

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ súhlasí a akceptuje požiadavku dotazujúceho. Upravené znenie požiadavky č. 15 pri Mobilnom RTG prístroji s C-ramenom:

31	zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB rozhranie		áno	áno/nie	
----	---	--	-----	---------	--

Verejný obstarávateľ zapracoval všetky zmeny do zverejnenej upravenej špecifikácie (zmeny sú farebne vyznačené). Všetky vykonané zmeny špecifikácie sú uvedené v špecifikácii v žltých bunkách, v prípade úpravy existujúcej požiadavky je červenou uvedený upravený text.

S úctou

V.I.

Osoba poverená realizáciou procesu VO