

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 2. mája 2018

VEC

Úprava a vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112492

Verejný obstarávateľ týmto upravuje a vysvetľuje opis predmetu zákazky pre **časť 1 – CT prístroje**:

Úprava parametra z dôvodu podpory hospodárskej súťaže:

Zohľadňujúc účel zakupovaného prístroja je prvoradým záujmom verejného obstarávateľa zakúpiť kvalitatívne vhodný prístroj za primeranú cenu. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ starostlivo zvážil jednotlivé požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky a rozhodol sa upraviť požiadavku na CT prístroj nasledovne:

8	Rozsah prúdu (skutočná alebo ekvivalentná hodnota dosahovaná pomocou interaktívnej rekonštrukcie obrazu) min. (20-600) mA		áno	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah prúdu min. (20-600) mA musí byť zachovaný
---	---	--	-----	---

Vysvetlenie parametra pre odstránenie pochybnosti:

	Pracovná stanica pre lekára na báze klient-server riešenia pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou:				
37	Veľkosť uhlopriečky monitora (požadované sú minimálne 2 ks) min. 21 palcov		áno	áno/nie	
38	Počet monitorov min. 2 ks		áno	áno/nie	
39	Rozlíšenie monitorov min. 3 Mpix		áno	áno/nie	

Uvedenou požiadavkou verejný obstarávateľ žiada 2 ks monitorov, pričom obidva majú mať min. 21 palcovú uhlopriečku a rozlíšenie min. 3 Mpix. Z pohľadu položky č. 37 a č. 38 ide o tie isté dva monitory. Celkovo verejný obstarávateľ žiada 2 monitory pre pracovnú stanicu pre lekára, nie 4.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO