

V Bratislave, dňa 4. mája 2018

VEC

Úprava a vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112492

Verejný obstarávateľ týmto upravuje a vysvetľuje opis predmetu zákazky pre **časť 2 – USG prístroje a časť 3 RTG prístroje**:

Časť 2 USG prístroje - Úprava parametra z dôvodu podpory hospodárskej súťaže:

Zohľadňujúc účel zakupovaného prístroja je prvoradým záujmom verejného obstarávateľa zakúpiť kvalitatívne vhodný prístroj za primeranú cenu. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ starostlivo zvážil jednotlivé požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky a rozhodol sa upraviť požiadavku na prístroj „**USG rádiologické**“ nasledovne:

Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu požiadavky na max. hĺbkou zobrazenia lineárnej sondy (pol. č. 32) z požadovaných 120 mm na min. 100 mm (pol. č. 34), ale iba za podmienky, že uchádzač vo svojej ponuke ponúkne prístroj s frekvenčným rozsahom min. 2,5 – 18 Mhz (pol. č. 7) a zároveň lineárnu sondu (pol. č. 36) s frekvenčným rozsahom min. 6 – 18 Mhz (pol. č. 37) a zároveň splní všetky ostatné požiadavky na USG rádiologické.

Verejný obstarávateľ pripúšťa takúto možnosť z dôvodu objektívneho dosiahnutia optimálnych medicínskych vlastností prístroja na plánované medicínske výkony realizované prostredníctvom zakupovaného prístroja. V prípade, ak ponúknutý prístroj nebude spĺňať popísané požiadavky v celom rozsahu (napr. samotný prístroj nebude spĺňať frekvenciu v rozsahu 2,5 – 8 Mhz a uchádzač ponúkne sondu s hĺbkou zobrazenia 100mm), takýto prístroj nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač ponúkne lineárnu sondu (pol. č. 32) s max. hĺbkou zobrazenia lineárnej sondy 120 mm (pol. č. 34), ponúknutý prístroj musí spĺňať požiadavku na frekvenčným rozsah min. 2,5 – 16 Mhz (pol. č. 7) a zároveň požiadavku na lineárnu sondu (pol. č. 36) s frekvenčným rozsahom min. 5 – 15 Mhz (pol. č. 37) – tak ako je to bolo a je uvedené v opise prístroja.

Z uvedeného vyplýva, že uchádzači si môžu vybrať akú lineárnu sondu (pol. č. 32) ponúknu verejnému obstarávateľovi a podľa toho musia dodržať ostatné, priamo súvisiace požiadavky na prístroj.

Časť 3 RTG prístroje - Úprava parametra z dôvodu lepšieho zabezpečenia účelu nákupu:

Verejný obstarávateľ si vďaka pripomienkam záujemcov uvedomil, že kúpa mobilného RTG prístroja s váhou prevyšujúcou 300 až 400 kg nebude zabezpečovať obsluhujúcemu komfort a bezproblémové

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

manipulovanie s prístrojom. Z uvedeného dôvodu sa verejný obstarávateľ rozhodol požadovať dodanie výlučne **mobilného RTG prístroja s motorizovaným pohonom**, a z tohto dôvodu upravuje polož. č. 1 a polož. č. 15 nasledovne:

1	Mobilný RTG prístroj - na 4 kolieskach s motorickým pohonom (pohybom)		áno	áno/nie
15	Hmotnosť prístroja max. 655 kg		áno	áno/nie

V kontexte realizovaných zmien verejný obstarávateľ zverejní primerane upravené opisy predmetu zákazky daných častí.

Verejný obstarávateľ zároveň uvedené zmeny a vysvetlenia považuje za podstatné a s ohľadom na podporu čestnej hospodárskej súťaže a vytvorenie dostatočného časového priestoru pre prípravu kvalitných ponúk posúva lehotu na predkladanie ponúk – a to do 21.5.2018.

Verejný obstarávateľ zabezpečí uverejnenie príslušného oznámenia vo vestníkoch verejného obstarávania.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO