

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.  
Verejná súťaž s názvom: **„Rádiologické zariadenia“ - časť 2 – USG prístroje**  
Zverejnená v: Ú. vestníku EU dňa 14.3.2018 pod č. 2018/S 051-112492 a vo Vestníku UVO dňa 15.3.2018 pod č. 3690 – MST

## ZÁPISNICA Z VYHODNOCOVANIA PONÚK

### členovia komisie:

|                         |           |                              |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| s právom vyhodnocovať:  | predseda: | MUDr. Róbert Hill            |
|                         | členovia: | JUDr. Petra Rolíková         |
|                         |           | Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA |
|                         |           | MUDr. Iveta Petrašovičová    |
|                         |           | MUDr. Mariana Pirščová       |
|                         |           | MUDr. Dagmar Bodáková        |
| bez práva vyhodnocovať: |           | MUDr. Andrej Repovský        |
|                         |           | Mgr. Marcela Turčanová       |
|                         |           | Ing. Peter Pšak              |
|                         |           | Ing. Tomáš Lehotský          |
|                         |           | Ing. Zuzana Bučeková         |

### I. Zábezpeky

Príslušní odborní garanti po neverejnom otváraní ponúk overili povinné náležitosti ponúk, a to zloženie zábezpeky k príslušnej časti zákazky, ktorá sa vyžadovala:

pre časť 2 – USG prístroje vo výške 2 000,00 eur

| Por. Číslo | Uchádzač                   | Výška zábezpeky | Forma zloženia    |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.         | INTES Poprad, s.r.o.       | 2 000,00 €      | Bankovým prevodom |
| 3.         | Siemens Healthcare, s.r.o. | 2 000,00 €      | Banková záruka    |
| 4.         | iTech medical, s.r.o.      | 2 000,00 €      | Bankovým prevodom |

Príslušní odborní garanti konštatujú, že všetci uchádzači zložili zábezpeku ich ponúk v požadovanej výške a forme. Príslušní odborní garanti následne preverili doručenie originálu potvrdenia bankovej záruky na adresu verejného obstarávateľa, pričom zistili, že originál nebol doručený v listinnej forme. Verejný obstarávateľ v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní požiadal uchádzača o vysvetlenie, ktoré bolo odoslané elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 27.06.2018. Uchádzač odpovedal, doručil originál potvrdenia o bankovej záruke v určenej lehote.

### II. Vyhodnotenie ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia skontrolovala obsah predloženej ponuky každého uchádzača. Každá prijatá ponuka bola predložená v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmi a oznámením o vyhlásení

verejného obstarávania. Systém Josephine zabezpečil automatizované podpísanie ponuky, ako aj autentifikáciu a identifikáciu uchádzača, a to príslušným programovým rozhraním.

Obsah ponúk podľa jednotlivých uchádzačov je uvedený v prehľadnej tabuľke „Obsah ponuky Rádiologické zariadenia 2. časť USG prístroje“ (Príloha č. 1 tejto zápisnice).

Príslušní odborní garanti po oboznámení sa s obsahom ponúk zistili nasledovné nejasnosti, ktoré bolo potrebné ozrejmiť:

### **pre časť 2 – USG prístroje**

**Uchádzač INTES Poprad, s.r.o., IČO 36449814**

- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitostí ponuky zistil, že v predložennom návrhu kúpnej zmluvy v bode 4.13 predávajúci neuviedol číslo účtu v tvare IBAN a pri podpise navrhovanej kúpnej zmluvy nie je uvedené obchodné meno predávajúceho, preto je potrebné overiť platnosť právneho úkonu.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn. špecifikácie v produktových listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na zariadenie, a z tohto dôvodu neboli schopní konštatovať splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.
- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky odoslaná dňa 15.6.2018

**Uchádzač Siemens Healthcare, s.r.o., IČO 48146676**

- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitostí ponuky zistil, že predložená a podpísaná Kúpna zmluva neobsahuje bod 2.13 a zároveň formálna stránka zmluvy nie je totožná s formálnou stránkou zverejnenej zmluvy a v prílohe č. 4 ku kúpnej zmluve nie je úplne vyplnená tabuľka, chýbajú identifikačné údaje dokumentov a uvedenie doby platnosti dokumentov.
- Ponuka obsahovala produktové listy v anglickom jazyku.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn. špecifikácie v produktových listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na zariadenie, a z tohto dôvodu neboli schopní konštatovať splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.
- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zo dňa 15.6.2018

- Komisia zároveň matematicky overila správnosť súčtu jednotkových cien a zistila, že v ponuke uchádzača došlo k chybnému zaokrúhľovaniu pri výpočte ceny s DPH, dôsledkom čoho vznikol rozdiel 0,01 €. Komisia danú skutočnosť považuje za mat. chybu v sčítavaní (zaokrúhľovaní), preto túto chybu odstránila a ponuku uchádzača nahodenú v systéme Josephine opravila. Opravená ponuka bude aj predmetom elektr. aukcie za tohto uchádzača.

- pôvodná ponuka uchádzača: 134 802,77 bez DPH a 161 763,33 € s DPH.
- hodnota ponuky po oprave: 134 802,78 bez DPH a 161 763,34 € s DPH.

**Uchádzač iTech medical, s.r.o., IČO 50803298**

- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitostí ponuky zistil, že v predložennom návrhu kúpnej zmluvy v bode 3.8 chýbajú kontaktné údaje predávajúceho – tel., fax, e-mail, v bode 9.7. nie je uvedená kontaktná osoba kupujúceho – v návrhu zmluvy uvedená bola (formálny nedostatok). Formálne nedostatky je postačujúce odstrániť pri podpise zmluvy.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn. špecifikácie v produktových listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na

zariadenie, a z tohto dôvodu neboli schopní konštatovať splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.

- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky odoslaná dňa 15.6.2018

- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky odoslaná dňa 27.6.2018

Príslušní odborní garanti priebežne vyhodnotili doručené odpovede na žiadosti o vysvetlenie a akceptovali vysvetlenie uchádzačov. Po oboznámení sa s obsahom doručených dokumentov príslušní odborní garanti voči týmto uchádzačom skontrolovali splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie reálnosti ponúknutých cien vyhodnotil ponúknutú cenu pre danú časť predmetu zákazky (Príloha č. 2 tejto zápisnice „Vyjadrenie odborného garanta k ponúknutej cene“).

Komisia zriadená verejným obstarávateľom na základe výsledkov činnosti príslušných odborných garantov skonštatovala splnenie požiadaviek na predmet zákazky všetkými uchádzačmi, a to v rozsahu splnenia formálnych náležitostí, splnenie požiadavky na zábezpeku ponuky, súhlas so zmluvnými podmienkami a splnenie techn. požiadaviek na zariadenie. Záver komisie bol z dôvodu čerpania dovolení prijatý per rollam.

#### **Pre časť 2 – USG prístroje splnili požiadavky na predmet zákazky tieto uchádzači:**

- INTES Poprad, s.r.o., IČO 36449814
- Siemens Healthcare, s.r.o., IČO 48146676
- iTech medical, s.r.o., IČO 50803298

Vysvetlením nedošlo k zmene ponuky ani jedného uchádzača.

### **III. Elektronická aukcia**

Komisia po vyhodnotení ponúk (s ohľadom na splnenie požiadaviek na predmet zákazky) podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní vyzvala uchádzačov o účasť v elektronickej aukcii v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami uvedenými v súťažných podkladoch k predmetnému verejnemu obstarávaniu.

Podrobný priebeh elektronickej aukcie konajúcej sa 13.7.2018 je zaznamenaný vo výstupných protokoloch elektronickej aukcie zo systému Proebiz.

Komisia na základe výsledkov elektronickej aukcie a vyhodnotenia ponúk zostavila nasledovné poradie uchádzačov:

| Poradie uchádzača | Uchádzač                   | Celková ponuka uchádzača v € s DPH |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1                 | iTech medical s.r.o.       | 80 900,00                          |
| 2                 | Siemens Healthcare, s.r.o. | 81 000,00                          |
| 3                 | INTES Poprad, s.r.o.       | 128 800,00                         |

Po ukončení eAukcie boli uchádzači vyzvaní k predloženiu aktualizovanej súhrnnej cenovej ponuky v súlade s výsledkom elektronickej aukcie, ktorá je prílohou č. 1 kúpnej zmluvy na predmet zákazky.

| CENA po eAukcii                     | Položka               | Množstvo | iTech medical s.r.o. | Siemens Healthcare, s.r.o. | INTES Poprad, s.r.o. |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Jednotkové ceny bez DPH             | USG prenosné          | 1        | 17 537,75            | 20 297,50                  | 37 250,00            |
|                                     | USG pre operačné sály | 1        | 14 268,00            | 21 229,17                  | 29 600,00            |
|                                     | USG rádiologické      | 1        | 35 610,92            | 25 973,33                  | 40 483,33            |
| Celková ponúknutá cena bez DPH      |                       |          | 67 416,67            | 67 500,00                  | 107 333,33           |
| <b>Celková ponúknutá cena s DPH</b> |                       |          | <b>80 900,00</b>     | <b>81 000,00</b>           | <b>128 800,00</b>    |

Na základe doručených aktualizovaných súhrnných cenových ponúk príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie reálnosti ponúknutých cien vyhodnotil reálnosť ponúknutých výsledných cien (Príloha č. 2 tejto zápisnice „Vyjadrenie odborného garanta k ponúknuťej cene“).

Komisia na základe výsledkov elektronickej aukcie a doručení aktualizovaných cenových ponúk na dané typy zariadení nepovažuje ponúknuté ceny za mimoriadne nízke, ohrozujúce schopnosť dodať a inštalovať zariadenie. Avšak ako navrhol odborný garant, komisia nepovažuje za hospodárne prijať najlacnejšiu ponuku podľa výsledku elektr. aukcie. Komisia je presvedčená, že nákup USG rádiologické by bol hospodárnejší, ak by bolo možné nakúpiť tento prístroj od uchádzača, ktorý celkovo skončil na II. mieste. Podľa názoru komisie, nákup týchto prístroj výhradne od jedného dodávateľa nebude mať očakávaný výsledok, ale naopak, umožnením prijať ponuku od dodávateľa, ktorý ponúkol daný prístroj celkovo najlacnejšie zo všetkých dodávateľov, by bolo efektívnejšie a hospodárnejšie. Uvedený krok ale v danom postupe s ohľadom na stanovené podmienky a nastavenie tendra nie je možné, preto komisia navrhuje verejnému obstarávateľovi zrušiť tento postup výberu dodávateľa a zopakovať výberové konania s tým, aby sa umožnilo vybrať vždy cenovo najvýhodnejšiu ponuku osobitne pre každý zakupovaný prístroj.

#### IV. Záver

Komisia konštatuje, že vyhodnocovanie ponúk a podmienok účasti v rámci verejnej súťaže nadlimitnej zákazky s názvom **Rádiologické zariadenia – časť 2 USG prístroje** prebehlo v súlade s podmienkami stanovenými zákonom.

Všetci členovia prehlásili neexistenciu konfliktu záujmov voči daným uchádzačom a mlčanlivosť o informáciách uvedených v ponukách.

Komisia na základe svojej činnosti odporúča verejnému obstarávateľovi prijať výsledok vyhodnotenia verejnej súťaže pre danú časť a zároveň odporúča verejnému obstarávateľovi zrušiť toto verejné obstarávanie z dôvodu nevhodného nákupu jednotlivých USG zariadení. Komisia ďalej odporúča verejnému obstarávateľovi opakovanie verejnej súťaže, pričom USG prístroje rozdeliť podľa jednotlivých typov zariadení na príslušné časti.

Prílohy zápisnice:

- Príloha č. 1 - Tabuľka „Obsah ponuky Rádiologické zariadenia 2. časť USG prístroje“
- Príloha č. 2 - Tabuľka „Vyjadrenie odborného garanta k ponúknuťej cene“
- Príloha č. 3 - Prezenčná listina deklarujúca prítomnosť členov komisie na vyhodnocovaní ponúk a podmienok účasti

V Bratislave, dňa 03.09.2018

Zapísala: Mgr. Marcela Turčanová

Súhlas zápisu so skutočnosťou potvrdzujú:

členovia komisie:

s právom vyhodnocovať:

predseda MUDr. Róbert Hill .....

JUDr. Petra Rolíková .....

Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA .....

MUDr. Iveta Petrašovičová .....

MUDr. Mariana Pirščová .....

MUDr. Dagmar Bodáková .....

bez práva vyhodnocovať:

MUDr. Andrej Repovský      Podpisom berie na vedomie. ....

Mgr. Marcela Turčanová .....

Ing. Zuzana Bučeková .....

Ing. Peter Pšak .....

Ing. Tomáš Lehotský .....