

Otázka č. 1:

Vzhľadom na zamietnutú žiadosť o zmenu parametru výšky umývacieho automatu na zdravotníckej pomôcky, z dôvodu výšky pracovnej dosky, žiadame verejného obstarávateľa aby zverejnil výšku pracovnej dosky od zeme. Azda sa nejedná o neprekonateľnú prekážku ak bude mať zariadenie výšku väčšiu o približne 5 centimetrov. V opačnom prípade bude možné brať parametre na ktorých bude verejný obstarávateľ trvať ako účelové pre konkrétny typ zariadenia čo je v rozpore so Zákonom o VO §10 body 2 a 3.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na maximálnej výške umývacieho automatu 850 mm, nakoľko výška nerezovej pracovnej linky od zeme je 850 mm a tak o 5 cm vyšší umývací automat nie je možné nainštalovať pod linku.

Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametrov komory sterilizačného zariadenia prípadne ich vypustenie nakoľko je jasne určený objem sterilizačného zariadenia, vonkajšie rozmery a tiež váha. Vami zadané parametre smerujú k domnienke o nekalosti vo verejnom obstarávaní čo je v rozpore so Zákonom o VO §10 body (2 a (3. Rozmery komory spĺňa zariadenie Sterrad 100NX s rozmermi komory 410x510x775 mm.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na minimálnych rozmeroch komory, plnia ich viacerí dodávatelia prístrojov. Jedná sa o minimálne rozmery, väčšia hodnota je prípustná.

Otázka č. 3:

Rovnako tak máme otázku čo verejný obstarávateľ myslí tým „Sledovanie nástrojov – pomocou pripojiteľnej čítačky čiarového kódu"? Každý výrobca má predsa iný spôsob a iné know-how prístroja. Podstatné je predsa splnenie normy EN17180:2017, a nie rôzne nápady a doplnky verejného obstarávateľa.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ v odpovedi na predchádzajúce žiadosti zodpovedal danú otázku a upravil technickú špecifikáciu. Uvedené riešenie plnia viacerí dodávatelia.

V prípade neakceptácie našich návrhov budeme nútení obrátiť sa na Vášho zriaďovateľa Ministerstvo zdravotníctva SR a tiež Úrad pre verejné obstarávanie.

Vzhľadom na lehotu, ktorú budete mať na odpoveď na naše otázky, žiadame o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 15.05.2023 do 10,00 hod.

Otázka č. 4:

Časť č.4 - Umývací automat na zdravotníckej pomôcky
Požadované rozmery pri šírke komory sú minimálne 500 mm. Bude obstarávateľ akceptovať menší rozmer nepresahujúci hodnotu 10% zadaných požiadavky?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ trvá na požadovaných rozmeroch pri šírke 500 mm. Keďže predsterilizačnú

prípravu (umývanie a dezinfekciu) nástrojov zabezpečuje pre 12 operačných sál a pri takom množstve a aj veľkosti jednotlivých nástrojov je dôležité mať dostatočne veľkú komoru.

Otázka č. 5:

Časť č. 7 - Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky

Požadovaná šírka je maximálne daná na rozmer 500 mm, bude preto verejný obstarávateľ akceptovať šírku 600 mm? Jedná sa o voľne stojace zariadenie preto by sme radi poukázali na skutočnosť, že tento parameter nemá rozhodujúci vplyv vzhľadom na to že sa zariadenie nezabuduje do steny a pod.

Odpoveď č. 5:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať maximálny rozmer šírky prístroja 600 mm.

Otázka č. 6:

Časť č. 8 - Dekontaminátor nebezpečného zdravotníckeho odpadu

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie z nerezovej ocele ošetrené povrchovou úpravou špeciálnym zdravotnícky nezávadným náterom vhodným do zdravotníckych zariadení?

Odpoveď č. 6:

Áno, verejný obstarávateľ tak ako uviedol v technickej špecifikácii: „Celonerezové prevedenie“, umožňuje predloženie prístroja s celonerezovým prevedením s povrchovou úpravou nezávadným náterom. Upozorňujeme, že uvedený náter musí byť oteru odolný a odolný dezinfekčným prostriedkom bežne používaným v zdravotníckych zariadeniach, čo musí byť uvedené aj v technických listoch výrobcu.