

Otázka č. 1:

V časti č. 6 Automatický dezinfektor endoskopov verejný obstarávateľ požaduje šírku zariadenia maximálne 700 mm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie o celkovej šírke 750 mm? Domnievame sa, že tento parameter nemá zásadný vplyv na funkčnosť zariadenia.

K dodávaným zariadeniam požaduje verejný obstarávateľ aj pridelený kód ŠUKL. Bude akceptovať verejný obstarávateľ aj variantu prideleného ŠUKL kódu pri dodaní zariadenia prípadne pri dodaní podanú žiadosť na pridelenie kódu? Nikto z uchádzačov nevie či bude ponúkané zariadenia aj dodávať a proces pridelenia kódu zaberie istý čas.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke a požaduje šírku zariadenia max. 700 mm a zároveň požaduje aj pridelený ŠUKL kód, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.