



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE-VO2-2023/004439

Vybavuje/linka  
Mgr. Hláčik

Bratislava  
7.8.2023

**Vec**

**Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení –**

- I. Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 5**
- II. Oznámenie o zmene SP č. 5**
- III. Oznámenie o zmene lehôt č. 2**

**I.**

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 5/ Oznámenie o zmene SP č. 5/ Oznámenie o zmene lehôt č. 2 v zákazke s názvom „**Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

**Otázka č. 1**

„Verejný obstarávateľ vo svojej odpovedi na žiadosť o vysvetlenie SP č. 4 potvrdil, že parameter „meranie prietoku vzduchu v reálnom čase“ bol v špecifikácii položky „UV dekontaminačný box“ zaradený omylom a tiež doplnil do Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky ilustračné obrázky UV dekontaminačných boxov niekoľkých výrobcov. Na základe dostupných technických informácií o predmetných zariadeniach je možné konštatovať, že žiadne zo zariadení, ktoré boli uvedené ako ilustračné, neobsahuje filtre a teda nespĺňa požiadavku na „Filtre min. na úrovni Hepa filtra s identifikáciou životnosti“, ktorá bola v poslednej verzii Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky zachovaná. Žiadame verejného obstarávateľa o zváženie vypustenia požiadavky na filtre v UV dekontaminačných boxoch.“

**Odpoveď č. 1**

Verejný obstarávateľ uvádza, že parameter „Filtre min. na úrovni Hepa filtra s identifikáciou životnosti“ zo špecifikácie „UV dekontaminačného boxu“ (časť predmetu zákazky E) na základe opätovného prehodnotenia vypúšťa.

**II.**

Verejný obstarávateľ oznamuje, že mení (dopĺňa) predmetnú časť prílohy č. 1 SP – Opis predmetu zákazky, a to za účelom jej úpravy. Aktualizovanú verziu predmetnej prílohy zároveň uverejňuje na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

**III.**

S ohľadom na charakter vykonanej zmeny v kombinácii s predchádzajúcimi úpravami opisu predmetu zákazky a ich možnému vplyvu na prípravu ponuky, verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **15.08.2023 – 9:00 hod.** a čas otvárania ponúk na **15.08.2023 - 11:00 hod.**

S pozdravom

Mgr. Ľuboš Hláčik  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa