



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE-VO2-2023/004439

Vybavuje/linka  
Mgr. Hláčik

Bratislava  
11.8.2023

**Vec**

**Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení –**

- I. **Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 6**
- II. **Oznámenie o zmene SP č. 6**

**I.**

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 6/ Oznámenie o zmene SP č. 6 v zákazke s názvom „**Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

**Otázka č. 1**

„V rámci predmetnej zákazky, konkrétne časti F, chceme položiť nasledujúcu otázku: Verejný obstarávateľ požaduje v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky pre časť F (Kombinovaná laboratórna chladnička), rozmery ŠxHXV 600x600x1800 mm (max ± 5%). Bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalentný produkt s výškou 2000 mm (± 5%)? Daný rozmer je odôvodnený implementáciou novej technológie cirkulácie vzduchu pri chladení, ktorá sa uplatňuje v aktuálnych verziách produktu, pričom sa jedná o vylepšenú variantu.“

**Odpoveď č. 1**

Verejný obstarávateľ uvádza, že bude akceptovať aj chladničku s výškou 2000 mm (max ± 5%), pokiaľ bude celková výška chladničky v intervale 1800 mm – 2000 mm (max ± 5%).

**II.**

Verejný obstarávateľ oznamuje, že mení (dopĺňa) predmetnú časť prílohy č. 1 SP – Opis predmetu zákazky, a to za účelom jej úpravy. Aktualizovanú verziu predmetnej prílohy zároveň uverejňuje na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

S pozdravom

Mgr. Ľuboš Hláčik  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa