



V Považskej Bystrici dňa 21.07.2023

**VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Predmet zákazky: **„Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica“ – Elektricky polohovateľné lôžka – 24ks**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 131/2023 pod značkou 22161-MST dňa 06.07.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 126-399187 dňa 04.07.2023. Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

*Žiadosť doručená dňa 21.07.2023*

*Znenie žiadosti:*

**Žiadosť o vysvetlenie bodov v technickej špecifikácii a ich prípadnú úpravu:**

verejný obstarávateľ v Prílohe č. 5 súťažných podkladov - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky požaduje v bode 3 vonkajšie rozmery lôžka max. 225 x100 cm.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať elektricky polohovateľné lôžko s vonkajšími rozmermi 226 x 102,5 cm vrátane koliesok, ktoré mierne vyčnievajú, nakoľko sa jedná o minimálny rozdiel a všetky ostatné požadované parametre nami ponúkané lôžko spĺňa?

**Odpoveď**

Rozmermi lôžka max. 225x100 cm disponuje viacero výrobcov. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení požiadavky