



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/004672

Vybavuje/linka
Mgr. Hláčik

Bratislava
02.10.2023

Vec

Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu – Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 1

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1 v zákazke s názvom „**Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Otázka č. 1

„Verejný obstarávateľ v časti B zákazky "Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu", požaduje pri položke číslo 2.6 - nástrek (injektor) pre kanál 2, nasledujúce špecifikácie:

1. Chladienie dávkovača tekutým CO₂ pre dosiahnutie teploty až -70°C.
a
2. Programovanie teploty s rýchlosťou až do 900°C/min.

Na základe konzultácie s výrobcom daného zariadenia sa Vás chceme opýtať:

1. Či v špecifikácii č. 1, nedošlo k chybnému definovaniu špecifikácie, nakoľko sa chladienie v plynovom chromatografe používa na kolóny a nie na injektory. Daná špecifikácia je podľa výrobcu nesprávna, preto Vás chceme požiadať o jej vysvetlenie, aby sme vedeli lepšie pochopiť čo verejný obstarávateľ reálne od prístroja očakáva.
2. Takisto sa chceme opýtať, či aj v špecifikácii č.2, nedošlo k chybnému definovaniu špecifikácie, nakoľko sa výrobca ešte nestretol s tak vysoko požadovaným programovaním teploty za minútu. Preto Vás chceme požiadať takisto o vysvetlenie, pre lepšiu predstavu čo verejný obstarávateľ reálne od prístroja očakáva.“

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v opise predmetu zákazky nedošlo k chybnému definovaniu uvedených dvoch technických parametrov injektora. Charakter vzoriek analyzovaných v kriminalistických laboratóriách verejného obstarávateľa vyžaduje takýto typ injektora. Všetky požiadavky verejného obstarávateľa boli premietnuté do požadovanej technickej špecifikácie (opisu predmetu zákazky) obstarávaného prístroja. Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní obidvoch uvedených parametrov injektora, nakoľko sú potrebné s ohľadom na využitie predmetného prístroja v praxi.

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa