

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica
Ing. Miroslava Majchútová 30.10.2023
+421 4333 148

VEC: Žiadosť o nápravu podľa § 164 ZVO - vybavenie

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 (bez použitia elektronickej aukcie)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2023/S 188-587135 zo dňa 29.09.2023 Vestník VO č. 191/2023, 32412 – MST zo dňa 02.10.2023

Na základe Žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú sme obdržali elektronicky dňa 23.10.2023 prostredníctvom systému JOSEPHINE k zákazke „**RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu**“, zverejnenej vo vestníku EÚ 2023/S 188-587135 dňa 29.09.2023 a vo vestníku č. 191/2023 zo dňa 02.10.2023 pod číslom 32412-MST, Vám zasielame nasledovné vyjadrenie (vybavenie žiadosti o nápravu).

Vo svojej žiadosti uchádzač uvádza:

Opis rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov:

Verejný obstarávateľ požaduje v súťažných podkladoch v Prílohe č. 13 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ) v **bode 1.10.**, nasledovné:

1.10	Pozdĺžny motorický pohyb gantry alebo ramena popri vyšetrovacom stole	min. 70 cm
------	---	------------

Uvedenú požiadavku v kombinácii s požiadavkami uvedenými v technickej špecifikácii v iných bodoch a to konkrétne v bodoch 1.12., 3.1., 4.5., 5.1., 5.3. – spĺňa len 1 dodávateľ. Daný parameter je diskriminačný. Nami ponúkaná technológia je plne ekvivalentná požadovanej

technológii, ktorú požaduje verejný obstarávateľ.

Chceli by sme verejného obstarávateľa tiež požiadať o objasnenie, prečo potrebuje pri intervenčnej kardiológii posun C ramena popri vyšetrovacom stole? Nami ponúkaná technológia má pokrytie pacienta až 187 cm. Parameter považujeme za diskriminačný, pretože nám neumožňuje sa zúčastniť verejného obstarávania, avšak ponúkame ekvivalentné riešenie, ktoré dokáže zabezpečiť požadované výkony verejného obstarávateľa.

Chceme verejného obstarávateľa požiadať o úpravu daného **bodu 1.10.** technickej špecifikácie.“

Návrh na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadame o úpravu daného **bodu 1.10.** technickej špecifikácie nasledovne:

1.10	Pozdĺžny motorický pohyb gantry alebo ramena popri vyšetrovacom stole alebo gantry upevnenej o podlahu s pokrytím pacienta min. 170 cm	min. 70 cm alebo pokrytie pacienta min. 170 cm
------	--	--

Alebo parameter uvedený v bode 1.10. uviesť ako nepovinný, ale hodnotiaci parameter (bodovaný).

Uvedené umožní predložiť ponuku **viac ako jednému uchádzačovi, resp. výrobcovi.**

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy

Vybavenie žiadosti o nápravu:

Po preskúmaní žiadosti o nápravu žiadateľa rozhodol verejný obstarávateľ tak, že žiadosti o nápravu

nevyhovuje.

Zdôvodnenie:

*Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke motorického pohybu gantry alebo ramena popri vyšetrovacom stole min. 70 cm. Máme za to, že sme umožnili už v prípravných trhových konzultáciách všetkým osloveným uchádzačom (aj Vašej spoločnosti) vzniesť pripomienky k uvedenej špecifikácii. Vaša spoločnosť na Vami ponúkaný prístroj uviedla pri danom parametri odpoveď „**pozdĺžny pohyb gantry 80 cm**“. Špecifikácia bola zostavená s najlepším úmyslom vyjsť v ústrety pokiaľ možno najširšiemu okruhu uchádzačov.*

Verejný obstarávateľ má za to, že účelom podanej žiadosti o nápravu v tomto bode je zabezpečiť

možnosť predloženia ponuky s prístrojom nižšej kvality než tej, ktorá bola predmetom uskutočnených predbežných trhových konzultácií, ktorých ste sa tiež aktívne zúčastnili a nijakým spôsobom ho v priebehu prípravných trhových konzultácií nerozporovali. Podľa predložených ponúk v rámci prieskumu trhu, ako aj, z verejne dostupných informácií je zrejmé, že žiadateľ má k dispozícii zariadenie disponujúce takýmito parametrami a v prípade akceptovania tejto požiadavky žiadateľa by došlo k zníženiu kvalitatívnej triedy obstarávaného zariadenia.

V kardiológii sa používa pozdĺžny posuv gantry na kontrolu renálnych ciev a ľadvín. V tomto prípade je ergonomickejšie, keď sa posúva gantry a nie pacient so všetkými katétami a vodičmi a vtedy sa využíva motorický pohon. Pri diagnostike koronárnych ciev sa posúva pacient pomocou plávajúcej úložnej dosky ale pohyby sú veľmi malé cca 5 - 10 cm. Pokrytie pacienta 187 cm alebo 170 cm má každý výrobca ale posúva sa pacient.

Uverejnením tohto anonymizovaného písomného vybavenia žiadosti o nápravu v profile verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ zároveň splnil povinnosť uvedenú v § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní oznámiť písomné oznámenie výsledku vybavenia žiadosti o nápravu všetkým záujemcom.

Poučenie: Voči tomuto oznámeniu je Žiadateľ oprávnený podať príslušný revízny postup podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní, a to do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia spôsobom upraveným v zákone o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

.....
Ing. Pavel Bartošík
predseda predstavenstva
Stredoslovenský ústav srdcových a
cievných chorôb, a.s.

.....
Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Kráľinský, PhD.
podpredseda predstavenstva
Stredoslovenský ústav srdcových a
cievných chorôb, a.s.