

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania  
Odbor zadávania zákaziek  
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Spis č.: S19111-2024-OZZ  
Bratislava: 08.07.2024  
Počet listov: 7  
Počet príloh: -

## ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ )

**Predmet zákazky:** „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému II**“

**Postup zadania zákazky:** nadlimitná zákazka zadávaná podľa § 1 podľa § 66 ods. 7 písm. b) (super reverz)

Otváranie ponúk sa uskutočnilo podľa § 52 ods. 1 ZVO dňa 08.07.2024 o 11:00 h v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa - zákazka s názvom „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému II**“, vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ dňa 04.06.2024 pod. č. 327597-2024, a vo Vestníku VO č. 108/2024 dňa 05.06.2024, pod č. 14167-MST.

**Zoznam všetkých predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponúk:**

**Časť č. 1.**

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO	Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)
1.	InMed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37 Bratislava 831 04	36 256 871	2 016 000,00

Názov	ÁNO/NIE
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO
<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	NIE
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO
<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	NIE
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	NIE
<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	NIE
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO	Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)
2.	ELMED s.r.o. Neresnícka cesta 13 Zvolen 960 01	47 043 024	2 163 718,80

Názov	ÁNO/NIE
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO

<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	<b>ÁNO</b>

<b>P. č.</b>	<b>Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania</b>	<b>IČO</b>	<b>Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)</b>
<b>3.</b>	<b>MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 Bratislava 851 01</b>	<b>17 312 001</b>	1 765 692,60

<b>Názov</b>	<b>ÁNO/NIE</b>
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	<b>ÁNO</b>

<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	<b>NIE</b>

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO	Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)
4.	Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 Bratislava 821 09	35 897 686	1 946 296,80

Názov	ÁNO/NIE
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	<b>ÁNO</b>

<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	<b>NIE</b>

## Časť č. 2.

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO	Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)
1.	InMed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37 Bratislava 831 04	36 256 871	1 008 000,00

Názov	ÁNO/NIE
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	<b>ÁNO</b>
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	<b>NIE</b>
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	<b>NIE</b>

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO	Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)
2.	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 Bratislava 851 01	17 312 001	859 015,26

Názov	ÁNO/NIE
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	NIE
<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) ≤ 160 μm (preferovaná hodnota)	NIE
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO
<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	ÁNO
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO
<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO	Návrh na plnenie kritéria č. 1 (Celková cena v EUR s DPH)
3.	Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 Bratislava 821 09	35 897 686	970 453,20

Názov	ÁNO/NIE
<b>Kritérium č. 2:</b> Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO
<b>Kritérium č. 3:</b> Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	ÁNO
<b>Kritérium č. 4:</b> Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO
<b>Kritérium č. 5:</b> Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	NIE
<b>Kritérium č. 6:</b> Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO
<b>Kritérium č. 7:</b> Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	NIE
<b>Kritérium č. 8:</b> Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO
<b>Kritérium č. 9:</b> Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO
<b>Kritérium č. 10:</b> SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE

Zapísal: Mgr. Matúš Novák

Hodnotiaci členovia komisie:

MUDr. Adriana Sudzinová, PhD. ....

MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH .....

Mgr. Tomáš Švec .....

Nehodnotiaci členovia komisie:

Mgr. Martina Galabová .....

Mgr. Matúš Novák .....

Bc. Matúš Ondrej .....