

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 1:

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 1
Názov uchádzača: MEDITRADE spol. s r. o.
Adresa uchádzača: Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO: 17312001
Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.: 868/B
Štatutármi zástupcovia: Ing. Pavel Bohdal
Telefón: 02/50106516
e-mail: obchod@meditrade.sk meditrade@meditrade.sk
e-mail na zaslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii: obchod@meditrade.sk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Názov	Cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR vrátane DPH
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	735 705,25	20 %	147 141,05	1 471 410,50	1 765 692,60

Názov	Uchádzač uvedie „áno/nie“	Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	Nie	14 bit
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$	Nie	200 μm

Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	Áno	3 200 W
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	Áno	3
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	Áno	16
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu	Áno	Áno
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	Áno	Áno
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	Áno	330 cm
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. SW musí umožňovať: - on-line synchronizované zobrazenie 3D/4D TEE ECHO obrazu a „live“ živého RTG obrazu alebo on-line synchronizované zobrazenie umiestnených orientačných bodov z 3D/4D TEE ECHO obrazu a „live“ živého RTG obrazu - umiestňovanie orientačných bodov na transezophageálnom echo obraze a záznam ich polohy v zornom poli ramena angiografu spôsobom umožňujúcim ich zobrazenie pri ľubovoľných zmenách rontgenových projekcií - zmenu pohľadov a voľbu roviny pri znázornenom obraze transezophageálneho USG - automatické otáčanie pohľadu na TEE USG zo zornej roviny angiografu kritérium kvality	Nie	Nie

Dátum: 04.07.2024

.....
Ing. Pavel Bohdal
pečiatka a podpis osoby oprávnenej
konať za uchádzača