

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 06/2024 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Kanyly“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 3 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 2 ďalší dodávateľia. Svoju ponuku predložili 2 potenciálni dodávateľia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Kanyly

1.2 CPV:

33141220-8 Kanyly
33196000-0 Zdravotné pomôcky
33141230-1 Dilatátory
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie kanylí, ktoré sú určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
 Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1	Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepotahované	ks	1 585
Časť č. 2	Venózne kanyly typu "triple stage"	ks	12
Časť č. 3	Venózne kanyly typu "single stage" rovné	ks	10
Časť č. 4	Venózne kanyly tvarovateľné	ks	10
Časť č. 5	Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"	ks	540
Časť č. 6	Venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"	ks	130
Časť č. 7	Femorálne arteriálne kanyly nepotahované	ks	100
Časť č. 8	Arteriálne kanyly pre kanyliáciu oblúka - rovné	ks	10
Časť č. 9	Arteriálne kanyly pre kanyliáciu oblúka - zahnuté	ks	10
Časť č. 10	Arteriálne kanyly pre kanyliáciu do graftov	ks	170
Časť č. 11	Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)	ks	310
Časť č. 12	Venózne kanyly	ks	1 970
Časť č. 13	Kanyly preplachové	ks	210
Časť č. 14	Odsávače	ks	530
Časť č. 15	Kardioplegické ihly	ks	2 160
Časť č. 16	Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90°, 45°	ks	2 230
Časť č. 17	Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90°, 45°	ks	260
Časť č. 18	Kanyly na retrográdnú kardioplégiu	ks	12
Časť č. 19	Multiperfúzne sety	ks	2 210
Časť č. 20	Femorálne venózne kanyly	ks	12

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
 Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 01	TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Časť č. 1 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepotahované	xxx	xxx	Časť č. 1 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepotahované
1. vo veľkosti 28/36-38, 32-33/40-43, 36/46 Fr,	/	splňa	1. vo veľkosti 28/36-38, 32-33/40-43, 36/46 Fr,
2. zakončenie kanyly 1/2 konektorom.	/	splňa	2. zakončenie kanyly 1/2 konektorom.
Časť č. 2 - Venózne kanyly typu "triple stage"	xxx	xxx	Časť č. 2 - Venózne kanyly typu "triple stage"
1. venózna kanyla musí byť typu "triple stage",	/	splňa	1. venózna kanyla musí byť typu "triple stage",
2. kanyla musí byť trojstupňová bez heparinovej povrchovej úpravy,	/	splňa	2. kanyla musí byť trojstupňová bez heparinovej povrchovej úpravy,
3. vo veľkosti 29/29/29, 29/46/37 alebo 29/37/37, 36/46/46 Fr,	/	splňa	3. vo veľkosti 29/29/29, 29/46/37 alebo 29/37/37, 36/46/46 Fr,
4. musí mať možnosť napojenia 3/8 konektora.	/	splňa	4. musí mať možnosť napojenia 3/8 konektora.
Časť č. 3 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné	xxx	xxx	Časť č. 3 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné
1. venózna kanyla musí byť vystužená drôtom v celej dĺžke, musí byť priehľadná a rovná,	/	splňa	1. venózna kanyla musí byť vystužená drôtom v celej dĺžke, musí byť priehľadná a rovná,
2. variabilita veľkostí od 26 do 40 Fr,	/	splňa	2. variabilita veľkostí od 26 do 40 Fr,
3. zakončená 3/8,	/	splňa	3. zakončená 3/8,
4. musí mať vyznačenú orientačnú líniu a musí mať multitorový špic,	/	splňa	4. musí mať vyznačenú orientačnú líniu a musí mať multitorový špic,
5. dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm.	/	splňa	5. dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm.
Časť č. 4 - Venózne kanyly tvarovateľné	xxx	xxx	Časť č. 4 - Venózne kanyly tvarovateľné
1. variabilita veľkostí od 26 do 34 Fr,	/	splňa	1. variabilita veľkostí od 26 do 34 Fr,
Časť č. 5 - Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"	xxx	xxx	Časť č. 5 - Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
1. venózna kanyla musí byť typu single,	/	splňa	1. venózna kanyla musí byť typu single,
2. musí byť vystužená v celej dĺžke a musí byť opatrená kovovým hrotom,	/	splňa	2. musí byť vystužená v celej dĺžke a musí byť opatrená kovovým hrotom,
3. musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,	/	splňa	3. musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,
4. vo veľkosti 22, 24, 28, 31 Fr,	/	splňa	4. vo veľkosti 22, 24, 28, 31 Fr,
5. hrúbka zakončenia kanyly 3/8,	/	splňa	5. hrúbka zakončenia kanyly 3/8,
6. dĺžka kanyly musí byť min. 35 cm a max. 45 cm,	/	splňa	6. dĺžka kanyly musí byť min. 35 cm a max. 45 cm,
7. uhol v distálnej časti musí byť 90°,	/	splňa	7. uhol v distálnej časti musí byť 90°,

8.	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,		spĺňa	8.	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,
9.	musí mať vyznačenú orientačnú líniu.		spĺňa	9.	musí mať vyznačenú orientačnú líniu.
Časť č. 6 - Venózne pravouhľe kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"			xxx	xxx	Časť č. 6 - Venózne pravouhľe kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
1.	venózna kanyla musí byť typu single pravouhlá,		spĺňa	1.	venózna kanyla musí byť typu single pravouhlá,
2.	musí byť vystužená v celej dĺžke a musí obsahovať plastový hrot,		spĺňa	2.	musí byť vystužená v celej dĺžke a musí obsahovať plastový hrot,
3.	musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,		spĺňa	3.	musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,
4.	variabilita veľkosti od 24, 26, 28, 30 do 40 Fr,		nesplňa / od 26 - 38 Fr	4.	NOVÁ HODNOTA variabilita veľkosti od 26, 28, 30 do 38 Fr,
5.	hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8,		spĺňa	5.	hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8,
6.	dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,		spĺňa	6.	dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,
7.	uhol v distálnej časti musí byť 90°,		spĺňa	7.	uhol v distálnej časti musí byť 90°,
8.	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,		spĺňa	8.	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,
9.	musí mať vyznačenú orientačnú líniu.		spĺňa	9.	musí mať vyznačenú orientačnú líniu.
Časť č. 7 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované			xxx	xxx	Časť č. 7 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
1.	ultratenkostenná alebo tenkostenná vyrobená technológiou Fem-Flex II, s interným dilatátorom alebo so zavádzačom,			1.	ultratenkostenná alebo tenkostenná vyrobená technológiou Fem-Flex II, s interným dilatátorom alebo so zavádzačom,
2.	vystužená drôtom vo veľkosti 15-16, 17-18, 19-20, 21-22 Fr,			2.	vystužená drôtom vo veľkosti 15-16, 17-18, 19-20, 21-22 Fr,
3.	3/8 konektor s T-portom, hrot-kúžefovite zúžený alebo so zavádzačom kužefovitého tvaru.			3.	3/8 konektor s T-portom, hrot-kúžefovite zúžený alebo so zavádzačom kužefovitého tvaru.
Časť č. 8 - Arteriálne kanyly pre kanyliáciu oblúka - rovné			xxx	xxx	Časť č. 8 - Arteriálne kanyly pre kanyliáciu oblúka - rovné
1.	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,		spĺňa	1.	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,
2.	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,		spĺňa	2.	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,
3.	hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný s 3D difúzér, umožňujúci zníženie difúzneho toku,		spĺňa	3.	hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný s 3D difúzér, umožňujúci zníženie difúzneho toku,
4.	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,		spĺňa	4.	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,
5.	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 34 cm,		spĺňa	5.	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 34 cm,
6.	vo veľkosti 20, 22 Fr,		spĺňa	6.	vo veľkosti 20, 22 Fr,
7.	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,		spĺňa	7.	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,
8.	kanyla musí mať bezpečný, odvodušovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.		spĺňa	8.	kanyla musí mať bezpečný, odvodušovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.
Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyliáciu oblúka - zahnuté			xxx	xxx	Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyliáciu oblúka - zahnuté
1.	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,		spĺňa	1.	kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,
2.	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,		spĺňa	2.	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,
3.	hrot kanyly musí byť priehľadný, zošíkmený s 3D difúzér, umožňujúci zníženie difúzneho toku,		spĺňa	3.	hrot kanyly musí byť priehľadný, zošíkmený s 3D difúzér, umožňujúci zníženie difúzneho toku,
4.	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,		spĺňa	4.	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,
5.	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 32 cm,		spĺňa	5.	dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 32 cm,
6.	vo veľkosti 20, 22, 24 Fr,		spĺňa	6.	vo veľkosti 20, 22, 24 Fr,
7.	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,		spĺňa	7.	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,
8.	kanyla musí mať bezpečný odvodušovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.		spĺňa	8.	kanyla musí mať bezpečný odvodušovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.
Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyliáciu do grafov			xxx	xxx	Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyliáciu do grafov
1.	kanyla musí byť umelohmotná, tenkostenná a vystužená drôtom proti zalomeniu,		spĺňa	1.	kanyla musí byť umelohmotná, tenkostenná a vystužená drôtom proti zalomeniu,
2.	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom, umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,		spĺňa	2.	telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom, umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,
3.	súčasťou kanyly musí byť zavádzač s tupým zakončením, bez vodiaceho drôtu,		spĺňa	3.	súčasťou kanyly musí byť zavádzač s tupým zakončením, bez vodiaceho drôtu,
4.	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 160mmHg,		spĺňa	4.	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 160mmHg,
5.	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,		spĺňa	5.	kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,
6.	dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm,		spĺňa	6.	dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm,
7.	vo veľkosti 18, 20, 22, 24 Fr (6-8 mm),		spĺňa	7.	vo veľkosti 18, 20, 22, 24 Fr (6-8 mm),
8.	kanyla musí mať odvodušovací systém umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.		spĺňa	8.	kanyla musí mať odvodušovací systém umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.
Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)			xxx	xxx	Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
1.	katéter musí obsahovať rovný flexibilný zavádzač - kovový zavádzač s pamäťou,		spĺňa	1.	katéter musí obsahovať rovný flexibilný zavádzač - kovový zavádzač s pamäťou,
2.	musí mať konektor 1/4,		spĺňa	2.	musí mať konektor 1/4,
3.	musí obsahovať bočné perforačné otvory v dĺžke od 5,5 cm do 7 cm,		spĺňa	3.	musí obsahovať bočné perforačné otvory v dĺžke od 5,5 cm do 7 cm,
4.	celková dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,		spĺňa	4.	celková dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,
5.	musí obsahovať orientačné značenie,		spĺňa	5.	musí obsahovať orientačné značenie,
6.	veľkosť ventu musí byť 16 Fr, 20 Fr,		spĺňa	6.	veľkosť ventu musí byť 16 Fr, 20 Fr,
7.	spojenie mandrénu a silikónového katétra na konci musí byť bezskokové,		spĺňa	7.	spojenie mandrénu a silikónového katétra na konci musí byť bezskokové,
8.	distálne zakončenie musí byť opatrené guľčikovým umelohmotným hrotom.		spĺňa	8.	distálne zakončenie musí byť opatrené guľčikovým umelohmotným hrotom.
Časť č. 12 - Venózne kanyly			xxx	xxx	Časť č. 12 - Venózne kanyly
1.	umelohmotná kanyla určená na vena saphena magna a parva,		spĺňa	1.	umelohmotná kanyla určená na vena saphena magna a parva,
2.	bez ventilu.		spĺňa	2.	bez ventilu.
Časť č. 13 - Kanyly preplachové			xxx	xxx	Časť č. 13 - Kanyly preplachové
1.	preplachová kanyla zakončená rozprašovačom,		spĺňa	1.	preplachová kanyla zakončená rozprašovačom,
2.	flexibilný kovový prútk v dĺžke od 14,5 cm do 16 cm, slúžiaci pre lepšiu pozíciu v operačnom poli, určený na zlepšenie vizualizácie distálnych častí anastomóz,		spĺňa	2.	flexibilný kovový prútk v dĺžke od 14,5 cm do 16 cm, slúžiaci pre lepšiu pozíciu v operačnom poli, určený na zlepšenie vizualizácie distálnych častí anastomóz,
3.	plastová úchopová rukoväť pre lepšie držania od 12 cm do 14 cm,		spĺňa	3.	plastová úchopová rukoväť pre lepšie držania od 12 cm do 14 cm,
4.	prehľadná hadica v dĺžke min. 280 cm, na ktorej musí byť samostatná tlačka pre CO2, ukončená filtrom pre CO2 a spojkou pre napojenie CO2,		spĺňa	4.	prehľadná hadica v dĺžke min. 280 cm, na ktorej musí byť samostatná tlačka pre CO2, ukončená filtrom pre CO2 a spojkou pre napojenie CO2,
5.	prehľadná hadica v dĺžke min. 280 cm, na ktorej musí byť samostatná tlačka pre preplach a ventil (regulátor) na reguláciu F1/ukončený napichovacím trňom.		spĺňa	5.	prehľadná hadica v dĺžke min. 280 cm, na ktorej musí byť samostatná tlačka pre preplach a ventil (regulátor) na reguláciu F1/ukončený napichovacím trňom.
Časť č. 14 - Odsávače			xxx	xxx	Časť č. 14 - Odsávače
1.	čistý vysávač, vo veľkosti od 20 do 24 Fr.		spĺňa	1.	čistý vysávač, vo veľkosti od 20 do 24 Fr.
Časť č. 15 - Kardioplegické ihly			xxx	xxx	Časť č. 15 - Kardioplegické ihly
1.	požadujú sa kanyly určené na použitie pri operáciách s mimotelovým obehom na podávanie kardioplegických roztokov do srdca a súčasne sa pomocou nich odvzdušňuje srdce po ukončení operácie,		spĺňa	1.	požadujú sa kanyly určené na použitie pri operáciách s mimotelovým obehom na podávanie kardioplegických roztokov do srdca a súčasne sa pomocou nich odvzdušňuje srdce po ukončení operácie,
2.	kardioplegická ihla musí byť priehľadná,		spĺňa	2.	kardioplegická ihla musí byť priehľadná,
3.	umelohmotná,		spĺňa	3.	umelohmotná,
4.	dvojamenná,		spĺňa	4.	dvojamenná,
5.	jedno rameno vystužené ihlou a luerovou koncovkou,		spĺňa	5.	jedno rameno vystužené ihlou a luerovou koncovkou,
6.	druhé rameno s tlačkou (na uzáver ramena) a ukončené 1/4 koncovkou,		spĺňa	6.	druhé rameno s tlačkou (na uzáver ramena) a ukončené 1/4 koncovkou,
7.	požadované priemery: 14 Ga (7 Fr) a 16 Ga (5 Fr),		spĺňa	7.	požadované priemery: 14 Ga (7 Fr) a 16 Ga (5 Fr),
8.	na konci ihly tzv. „suture flange“ štvorcového tvaru s dvomi zárezními pre niť na fixáciu ihly,		spĺňa	8.	na konci ihly tzv. „suture flange“ štvorcového tvaru s dvomi zárezními pre niť na fixáciu ihly,
9.	dĺžka od 14 cm do 15 cm,		spĺňa	9.	dĺžka od 14 cm do 15 cm,
10.	sterilné balenie: 1 ks,		spĺňa	10.	sterilné balenie: 1 ks,

11.	obal musí obsahovať minimálne: názov, veľkosť, expiráciu, katalógové číslo.	spĺňa	spĺňa	11.	obal musí obsahovať minimálne: názov, veľkosť, expiráciu, katalógové číslo.
Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90°, 45°		xxx	xxx	Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90°, 45°	
1.	kanyla do ústí koronárnych artérií,		spĺňa	1.	kanyla do ústí koronárnych artérií,
2.	veľkosť od 10 Fr do 14 Fr,		spĺňa	2.	veľkosť od 10 Fr do 14 Fr,
3.	hrot kanyly musí obsahovať zberný kôš – tzv. angle tip,		spĺňa	3.	hrot kanyly musí obsahovať zberný kôš – tzv. angle tip,
4.	distálny úsek kanyly zahnutý v uhle 45°, 90°,		spĺňa	4.	distálny úsek kanyly zahnutý v uhle 45°, 90°,
5.	telo kanyly musí byť z kovového materiálu,		spĺňa	5.	telo kanyly musí byť z kovového materiálu,
6.	celková dĺžka od 19 cm do 21 cm,		spĺňa	6.	celková dĺžka od 19 cm do 21 cm,
7.	ukončenie kanyly luer lock alebo konicky.		spĺňa	7.	ukončenie kanyly luer lock alebo konicky.
Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90°, 45°		xxx	xxx	Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90°, 45°	
1.	kanyla - celá v tvare hadičky, bez rukoväti,	spĺňa		1.	kanyla - celá v tvare hadičky, bez rukoväti,
2.	konické ústie do vencovitých artérií v uhle 90°, 45°,	spĺňa		2.	konické ústie do vencovitých artérií v uhle 90°, 45°,
3.	veľkosť od 10 Fr do 14 Fr, alebo od 4,0; 5,0; 6,0 mm do 7,0 mm;	spĺňa		3.	veľkosť od 10 Fr do 14 Fr, alebo od 4,0; 5,0; 6,0 mm do 7,0 mm;
4.	dĺžka od 20 cm do 29 cm,	spĺňa		4.	dĺžka od 20 cm do 29 cm,
5.	ukončenie flexibilnej kanyly konickým balónikom od 4,0 mm do 8,0 mm.	spĺňa		5.	ukončenie flexibilnej kanyly konickým balónikom od 4,0 mm do 8,0 mm.
Časť č. 18 - Kanyly na retrográdu kardioplégii		xxx	xxx	Časť č. 18 - Kanyly na retrográdu kardioplégii	
1.	telo kanyly PVC s antiretrakčným lúmenom,		spĺňa	1.	telo kanyly PVC s antiretrakčným lúmenom,
2.	rôzne veľkosti minimálne však 14 Fr a 15 Fr,		nesplňa / len 15 Fr	2.	NOVÁ HODNOTA rôzne veľkosti minimálne však 15 Fr,
3.	uzavretým ukončením kanyly s bočnými drenážnymi otvormi,		spĺňa	3.	uzavretým ukončením kanyly s bočnými drenážnymi otvormi,
4.	musí obsahovať samonafukovateľný texturovaný PUR balón s priemerom minimálne 18 mm.		spĺňa	4.	musí obsahovať samonafukovateľný texturovaný PUR balón s priemerom minimálne 18 mm.
Časť č. 19 - Multiperfúzne sety		xxx	xxx	Časť č. 19 - Multiperfúzne sety	
1.	umelohmotný, štvoramenný,	spĺňa	spĺňa	1.	umelohmotný, štvoramenný,
2.	celková dĺžka od 37 cm do 40 cm,	spĺňa	spĺňa	2.	celková dĺžka od 37 cm do 40 cm,
3.	adaptér pozostáva z min. 4 ramien: - tri ramená v dĺžke od 24 cm do 27 cm, - jedno rameno v dĺžke od 7 cm do 8 cm,	spĺňa	spĺňa	3.	adaptér pozostáva z min. 4 ramien: - tri ramená v dĺžke od 24 cm do 27 cm, - jedno rameno v dĺžke od 7 cm do 8 cm,
4.	každé rameno ukončené závitom luer lock,	spĺňa	spĺňa	4.	každé rameno ukončené závitom luer lock,
5.	každé rameno má tlačku,	spĺňa	spĺňa	5.	každé rameno má tlačku,
6.	v silikónovom prevedení,	spĺňa	spĺňa	6.	v silikónovom prevedení,
7.	s možnosťou s kanylkou na safénu 3 ks, aj bez kanyly.	spĺňa	spĺňa	7.	s možnosťou s kanylkou na safénu 3 ks, aj bez kanyly.
Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly		xxx	xxx	Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly	
1.	jednostupňová kanyla venózna kanyla,		spĺňa	1.	jednostupňová kanyla venózna kanyla,
2.	vo veľkosti 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30,		spĺňa	2.	vo veľkosti 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30,
3.	vystužená drôtom,		spĺňa	3.	vystužená drôtom,
4.	s interným dilatátorom, alebo so zavádzacím kuželovitým tvaru,		spĺňa	4.	s interným dilatátorom, alebo so zavádzacím kuželovitým tvaru,
5.	ukončená konektorom 3/8, alebo konektorom 1/2 s adaptérom na 3/8,		spĺňa	5.	ukončená konektorom 3/8, alebo konektorom 1/2 s adaptérom na 3/8,
6.	pracovná dĺžka od min. 48 cm do max. 69 cm (podľa veľkosti kanyly),		spĺňa	6.	pracovná dĺžka od min. 48 cm do max. 69 cm (podľa veľkosti kanyly),
7.	celková dĺžka od min. 64 cm do max. 87 cm (podľa veľkosti kanyly).		spĺňa	7.	celková dĺžka od min. 64 cm do max. 87 cm (podľa veľkosti kanyly).

5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 01	TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
1. Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	1. Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	2. Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. Požaduje sa dodanie tovaru:			3. Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	neakceptujem / Nevieme potvrdiť dodanie do 48 h od výroby. Doručenie do 3 mesiacov.	akceptujem	3.1 Platí pôvodná hodnota
3.2 v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	3.2 v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
3.3 na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	3.3 na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
3.4 s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).	akceptujem	akceptujem	3.4 s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).
4. V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.	akceptujem	akceptujem	4. V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.

5.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.	neakceptujem / Vzhľadom k nárastu vstupných cien (dodávky materiálu, náklady na výrobu a dopravu) a výstupných cien výrobcu (LivaNova), nedokážeme väčšiu položku nakúpiť tak, aby bolo možné dodať tovar v cene nižšej, ako je úhrada zdravotných poisťovní. Vzhľadom k nárastu vstupných cien a veľkému počtu nevybavených objednávok výrobca zvyšuje ceny, aktuálne nákupné ceny máme potvrdené len pre rok 2024.	akceptujem	5.	Plati pôvodná hodnota
6.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľovi a tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	6.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľovi a tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
7.	Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.	neakceptujem / Aktuálne ešte dodávame posledné kusy produktov, ktoré boli nakúpené našou spoločnosťou predtým, ako výrobca (spol. LivaNova) zvýšil ceny.	akceptujem	7.	Plati pôvodná hodnota
8.	V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsahované v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a nižšou cenou.	neakceptujem / Aktuálne ešte dodávame posledné kusy produktov, ktoré boli nakúpené našou spoločnosťou predtým, ako výrobca (spol. LivaNova) zvýšil ceny.	akceptujem	8.	Plati pôvodná hodnota
9.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	neakceptujem / Aktuálne ešte dodávame posledné kusy produktov, ktoré boli nakúpené našou spoločnosťou predtým, ako výrobca (spol. LivaNova) zvýšil ceny.	akceptujem	9.	Plati pôvodná hodnota
10.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronickej na e-mailovú adresu: szm@vusuch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronickej na e-mailovú adresu: szm@vusuch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
11.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	11.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
12.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
13.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nepotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.	akceptujem	akceptujem	13.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nepotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
14.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	14.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
15.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	15.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
16.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	16.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
17.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusuch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	akceptujem	17.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusuch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
18.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusuch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	akceptujem	18.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusuch.sk/verejne-obstaravanie/

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK	Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 01	TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01	DEFINITÍVNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Požaduje sa:

1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.	akceptujem	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
2.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	2.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	3.	Prospektový materiál
4.	V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotnickej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM	akceptujem	akceptujem	4.	V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotnickej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
5.	Verejný obstarávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa - funkčných vzoriek všetkých ponúkaných produktov v minimálnom počte 2 ks (t.j. 2 ks pre každú požadovanú položku predmetu zákazky v príslušnej časti) za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného obstarávateľa. Požaduje sa viditeľná identifikácia a označenie každej predloženej vzorky, na základe ktorých verejný obstarávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorej požadovanej položke predmetu zákazky bola vzorka predložená. Dodávateľ vzorky v ponuke nepredkladá, vzorky bude predkladať len na základe obdržania e-mailovej výzvy od verejného obstarávateľa v rámci procesu vyhodnocovania ponúk.	akceptujem	akceptujem	5.	Verejný obstarávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa - funkčných vzoriek všetkých ponúkaných produktov v minimálnom počte 2 ks (t.j. 2 ks pre každú požadovanú položku predmetu zákazky v príslušnej časti) za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného obstarávateľa. Požaduje sa viditeľná identifikácia a označenie každej predloženej vzorky, na základe ktorých verejný obstarávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorej požadovanej položke predmetu zákazky bola vzorka predložená. Dodávateľ vzorky v ponuke nepredkladá, vzorky bude predkladať len na základe obdržania e-mailovej výzvy od verejného obstarávateľa v rámci procesu vyhodnocovania ponúk.