

Všetkým záujemcom

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (1)

Dňa 06.09.2024 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky:

„Servoventilátory“

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

Otázka záujemcu č.1

Citácia:

„V bode 25 požaduje verejný obstarávateľ optický alarm viditeľný zo všetkých strán prístroja a nezávislá redundantná signalizácia alarmového hlásenia na obrazovke displeja. Požaduje verejný obstarávateľ konštrukčné riešenie umiestnenia optickej signalizácie alarmu, ktorého poloha na prístroji zaručuje jeho viditeľnosť vo výške zorného uhla klinických pracovníkov, pričom zdroj svetla optickeho alarmu odlíšený farebne na základe jeho priority musí byť viditeľný zo všetkých strán ? Možno tento parameter rozumieť ako požiadavku na viditeľnosť zdroja optickej signalizácie alarmových hlásení viditeľnú v 360° uhle v horizontálnej rovine v zornom uhle obsluhujúceho personálu ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č.1:

Áno, ako je uvedené v danej požiadavke (bod 25) cit.: „ Požaduje sa optický alarm viditeľný zo všetkých strán prístroja a nezávislá redundantná signalizácia alarmového hlásenia na obrazovke displeja.“

Pre vysvetlenie: „ zo všetkých strán“ znamená 360°, viditeľný zo všetkých strán, v zornom poli personálu

Otázka záujemcu č.2:

Citácia:

„V bode 65 požaduje verejný obstarávateľ integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji. 2. Verejný obstarávateľ v predmetnom parametri uvádza, že rozprašovač liekov má byť „integrovaný“. Požaduje verejný obstarávateľ v zmysle významu slova „integrovaný“ (scelený, súčasťou celku), že má byť predmetný rozprašovač liekov neoddeliteľnou a neodoberateľnou súčasťou obstarávaného prístroja umelej pľúcnej ventilácie ? Požaduje teda verejný obstarávateľ „integrovaný“ rozprašovač liekov systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia, ktorý má byť neoddeliteľnou súčasťou prístroja, teda funkcia predmetnej nebulizácie nemôže byť riešená externým zariadením, napríklad napájaným z portu USB, zdroja elektrickej energie a podobne ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č.2:

„Áno, tak ako je uvedené v požiadavke (bod 65): „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji“

Pre vysvetlenie: integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov -nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventiláčnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení.“

V nadväznosti na skutočnosť, že sa týmto vysvetlením nijakým spôsobom nemenia pôvodné podmienky zadávania zákazky, t.j. vysvetlenie nemá žiaden dopad na súťažné podmienky, verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk

V Košiciach, dňa 08.09.2024