



ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Predmet zákazky: Servoventilátory _____

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlasenie VO: v Úradnom vestníku EÚ č. ~~S160/2024~~ zo dňa ~~19.08.2024~~ pod označením č. ~~495683-2024~~ a vo Vestníku verejného obstarávania č. ~~164/2024~~ zo dňa ~~20.08.2024~~ pod označením ~~20609-MST~~

Lehota na predkladanie ponúk: ~~16.09.2024 do 11:00 hod.~~

Dátum a čas otvárania ponúk: ~~16.09.2024 o 11:30 hod.~~

Predpokladaná hodnota zákazky: ~~753 608,40 EUR~~

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice IČO:00606707 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v zmysle § 57 ods. 2 ZVO predmetné verejné obstarávanie

RUŠÍ

Odôvodnenie:

V súlade s § 57 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Verejný obstarávateľ má za to, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Verejný obstarávateľ v rámci vyhláseného verejného obstarávania na predmet zákazky zverejnil na základe otázky záujemcu vysvetlenie súťažných podkladov, konkrétne k stanovenému technickému parametru č. 65 „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov – nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie – vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia – integrovaná v prístroji“, uviedol verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov, cit.: „Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov – nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie – vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia – integrovaná v prístroji“. Pre vysvetlenie: integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov – nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie – vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“. Verejný obstarávateľ uvedeným vysvetlením súťažných podkladov, konkrétne vysvetlením technického parametra č. 65 nesprávne formuloval a zverejnil vysvetlenie súťažných podkladov (vysvetlenie „integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov – nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie – vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“), čím zásadne pozmenil stanovený min. technický parameter tak, že v pôvodne zadanom technickom parametri verejný obstarávateľ nestanovil požiadavku v znení, ako ju vysvetlil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov a explicitne uviedol „integrovaný t.j. nie externý rozprašovač liekov – nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie – vibračnou sieťou/ultrazvuková nebulizácia. Integrovaný do prístroja znamená, že sa ovláda z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení“, čím verejný obstarávateľ zásadným spôsobom zmenil stanovený technický parameter a tak zamedzil hospodárskym subjektom predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré účel pôvodne stanoveného technického parametra dokázu zabezpečiť. Verejný obstarávateľ nesprávne uviedol vysvetlenie slovného spojenia „integrovaný do prístroja“, keďže uviedol, že požaduje ovládanie z obrazovky prístroja jednotne s ventilačnou terapiou tak, aby mal personál všetky parametre na obrazovke t.j. nie na externom zariadení, čím obmedzil predloženie ponúk hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú ekvivalentné riešenia.

Zároveň verejný obstarávateľ po preštudovaní prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“), ktorú realizoval v rámci prípravy verejného obstarávania na predmet zákazky taktiež zistil, že ani v rámci neuviedol hospodárskym subjektom, že



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



takúto funkcionálnosť/požiadavku bude požadovať na predmet zákazky v znení, ktoré zverejnil v rámci vysvetlenia súťažných podkladov (ovládanie nebulizácie priamo z obrazovky monitora na prístroji, nie na externom zariadení).

Verejný obstarávateľ po preštudovaní rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) č. spisu 9198-9000/2025 zo dňa 08.07.2025, vykonal nariadenie predsedu UVO, zrušil informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenú dňa 30.04.2025 (viď dokument Zrušenie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 08.07.2025) a opätovne pristúpil k hodnoteniu predložených ponúk avšak po zvážení všetkých vyššie uvedených skutočností dospel verejný obstarávateľ k rozhodnutiu, že na strane verejného obstarávateľa došlo k zásadnému procesnému pochybeniu v procese vyhláseného verejného obstarávania a z tohto dôvodu sa verejný obstarávateľ rozhodol predmetné verejné obstarávanie zrušiť keďže má za to, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa uvedené v § 57 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ za účelom bližšieho výšpecifikovania predmetu zákazky, spresní technické parametre obstarávaného tovaru a požiadavky na predmet zákazky, tak aby zabezpečil zachovanie princípov zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

Pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ použije postup podľa § 66 ods. 7 ZVO. Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

V Košiciach, dňa 16.07.2025

MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., MPH

riaditeľ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 19.08.2025, č. spisovej značky rozhodnutia 10313-6000/2025 a 10719-6000/2025, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO: 00606707 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) **ruší** rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania zo dňa 16.07.2025 (vrátane jeho doplnenia zo dňa 21.07.2025), predmet zákazky: „**Servoventilátory**“ a **vracia sa späť do hodnotenia predmetného verejného obstarávania.**

Súčasne verejný obstarávateľ ruší Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2025 dňa 18. 07. 2025 pod značkou 11749 - VST a v Úradnom vestníku Európskej únie č. 135/2025 dňa 17. 07. 2025 pod značkou 468264-2025 dňom odoslania (dňa 10.09.2025).

V Košiciach, dňa 10.09.2025

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice