



Nemocnica s poliklinikou Prievidza

so sídlom v Bojniciach

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Vysvetlenie SP č. 2

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 11.09.2024 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1

1. Prístroj poradové číslo 2 Videobronchoskop - 1 ks: vzhľadom na to, že štandardne videobronchoskopy nedisponujú funkcionalitou "ohyb vpravo/vľavo", máme otázku k vašej podmienke ohybnosti vpravo/vľavo min 120 - max 140 stupňov (podmienka Videobronchoskop - 1 ks, číslo 2-7) a zároveň uvádzame, že táto podmienka 2-7 nemá vplyv na kvalitu, funkčnosť alebo prácu so zostavou, žiadame o jej vynechanie. Preto Vás žiadame o odstránenie tejto podmienky č. 2-7 ohybnosť vpravo/vľavo min 120 - max 140 stupňov a akceptovanie zostavy bez tejto funkcionality.

Podmienka č. 2-6 ohybnosť hore/dolu min 210 - max 230 stupňov, obsahuje aj ohyb dole, ktorý tiež veľmi zužuje výber prístroja. Pre funkčnosť a prácu je dôležitý najmä ohyb hore, preto žiadame o úpravu podmienky č. 2-6 nasledovne : "ohybnosť hore min 210 - max 230 stupňov". To znamená vynechanie ohybu dole.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje žiadosť uchádzača o vynechanie danej podmienky, nakoľko uznáva, podmienka 2-7 „ohybnosť vpravo/vľavo: min 120° - max 140°“ nemá vplyv na kvalitu, funkčnosť alebo prácu so zostavou.

Zároveň verejný obstarávateľ odstránil túto podmienku z technickej špecifikácie.

Rovnako verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku na úpravu podmienky 2-6 „ohybnosť hore/dolu: min 210° - max 230°“ a vynecháva podmienku ohybu „dolu“. Zároveň verejný obstarávateľ upravil tento bod v technickej špecifikácii.

Pôvodné znenie:

ohybnosť hore/dolu: min 210° - max 230°

Nové znenie:

ohybnosť hore: min 210° - max 230°

Otázka č. 2

2. Prístroj poradové číslo 3 Terapeutický Videobronchoskop - 1 ks: vzhľadom na to, že štandardne videobronchoskopy nedisponujú funkcionalitou "ohyb vpravo/vľavo", máme otázku k vašej podmienke ohybnosti vpravo/vľavo min 120 - max 140 stupňov (podmienka Terapeutický Videobronchoskop - 1 ks, číslo 3-7) a zároveň uvádzame, že táto podmienka 3-7 nemá vplyv na kvalitu, funkčnosť alebo prácu so zostavou, žiadame o jej vynechanie. Preto Vás žiadame o odstránenie tejto podmienky č. 3-7 ohybnosť vpravo/vľavo min 120 - max 140 stupňov a akceptovanie zostavy bez tejto funkcionality. Podmienka č. 3-6 ohybnosť hore/dolu min 180 - max 210 stupňov, obsahuje aj ohyb dole, ktorý tiež veľmi zužuje výber prístroja. Pre funkčnosť a prácu

je dôležitý najmä ohyb hore, preto žiadame o úpravu podmienky č. 3-6 nasledovne : "ohybnosť hore min 180 - max 210 stupňov". To znamená vynechanie ohybu dole.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ akceptuje žiadosť uchádzača o vynechanie danej podmienky, nakoľko uznáva, podmienka 3-7 „ohybnosť vpravo/vľavo: min 120° - max 140°“ nemá vplyv na kvalitu, funkčnosť alebo prácu so zostavou.

Zároveň verejný obstarávateľ odstránil túto podmienku z technickej špecifikácie.

Rovnako verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku na úpravu podmienky 3-6 „ohybnosť hore/dolu: min 180° - max 210°“ a vynecháva podmienku ohybu „dolu“. Zároveň verejný obstarávateľ upravil tento bod v technickej špecifikácii.

Pôvodné znenie:

ohybnosť hore/dolu: min 180° - max 210°

Nové znenie:

ohybnosť hore: min 180° - max 210°

V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste pri spracovaní ponuky použili aktualizovaný dokument:

Príloha č. 4.2.1 _technicka_specifikacia_ponukaneho_tovaru- časť 2 (Aktualizácia 12.9.2024)

OZNAM :

V súvislosti so spracovaným vysvetlením verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) predĺžil lehotu na predkladanie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk časť 1 a časť 2 sa predlžuje do 17.10.2024 do 08:00 hod.

V Bojniciach 12.9.2024