

**Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia**  
 Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 17.964,40 EUR bez DPH  
 predpokladaný počet 29 ks

Predkladá (dodávateľ):	ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14 965 01 Žiar nad Hronom
Ponúkaný typ (označenie):	<b>ATMOS® E 341 Battery</b>
Výrobca:	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Ludwig-Kegel-Str. 16, 79853 Lenzkirch, Nemecko
Cena v € bez DPH / 1 ks :	619,46
Spolu v € bez DPH / 29 ks:	<b>17 964,34 EUR</b>
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 29 ks:	<b>21 557,21 EUR</b>

**Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia**

**I. Technické špecifikácie odsávačky**

Požiadavka / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Transportná odsávačka	áno
Bezolejová piestová výveva - bezúdržbová	áno
Prevádzka na 220 V, na batériu, alebo autokonektorom 12VDC	áno
Sací výkon: min. 20 L vzduchu/min.	áno/34 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum -85 kPa	áno/-85 kPa
Hlučnosť: max. 60 dB pri maximálnom zaťažení	áno/60 dB
Hmotnosť 5,5 kg. (prenosné prevedenie)	áno/3,6 kg
Doba prevádzky na batériu 3,5 – 4 hod.	áno/4 hod.
Doba nabíjania batérie 4 hod.	áno/4 hod.
Farebne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky a stavu batérie – farebné LED diódy	áno
Dvojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov a MSF filtra	áno
Držiak 1 L. fľaše, 1 ks.	áno
1 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi, 1 ks.	áno
Systém uchytienia na čelo/bočnicu patientského lôžka, systémom odklápacečných držiakov	áno
Gumová ochrana zadnej časti prístroja, tlmiaca náraz	áno
Silikónový odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, resterilizovateľný 134°C, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Záruka 3 roky	áno

**II. Záručný a pozáručný servis**

Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt:  
 Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začiatu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.

áno



S. Moysesova 431/14 965 01 Žiar nad Hronom  
 IČO: 36638704, IČ DPH: SK2022011651  
 www.ultramed.sk - 18

V Žiari nad Hronom, dňa: 30.01.2020

**Martin Továrek - konateľ**