

**Otázka č. 1:**

Vysvetlenie požadujeme k požiadavke '**1x bezodplatná výmena žiariča počas záruky**', a to konkrétne:

**Otázka č. 1.1:**

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, či sa táto bezodplatná výmena žiariča vzťahuje len na hlavnú záručnú dobu 24 mesiacov, alebo či platí aj počas ďalších 24 mesiacov predĺženej záruky?

**Odpoveď č. 1.1:**

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že 1 x bezodplatná výmena žiariča počas záruky sa vzťahuje len na hlavnú záručnú dobu 24 mesiacov a nie na predĺženú záruku. Nakoľko je verejný obstarávateľ Univerzitná nemocnica koncového typu a V. kategórie a tým pádom sa očakáva vysoký počet vyšetrení, je vysoko pravdepodobné, že pôvodný žiarič dodaný s prístrojom bude musieť byť vymenený v období po prvom roku záručnej doby.

**Otázka č. 1.2:**

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, prečo sa vyžaduje cena za túto položku, keď je špecifikovaná ako 'bezodplatná'?

**Odpoveď č. 1.2:**

Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie predmetnej položky z dôvodu jednoznačného určenia hodnoty samotného CT prístroja bez položiek:

- 1 x bezodplatná výmena žiariča počas záruky
- predĺženie záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja
- Inštalácia zariadenia

Avšak hodnota vyššie uvedených položiek musí byť započítaná do ceny celkom za CT prístroj.

**Otázka č. 2:**

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o poskytnutie podrobnejších informácií o rozsahu predĺženej záruky, vrátane toho, ktoré komponenty a služby sú pokryté, prípadné obmedzenia a akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré platia počas tejto predĺženej záručnej doby?"

**Odpoveď č. 2:**

Predĺžená záruka má všetky podmienky/parametre/špecifikácie ako hlavná záručná doba.