

Kupujúci:
 Typ zákazky:
 Predmet zákazky:
 Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu
 Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

Medline Medica Slovakia s.r.o., Kopčianska 92, 852 03 Bratislava

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Autotransfúzny set

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno- nie/ hodnota parametra)
1.	Sterilný, uzavretý jednorazový set	ÁNO
2.	kompatibilný s prístrojom EXTRA	ÁNO
3.	set musí obsahovať - odsávaciu linku so zabudovanou antikoagulačnou linkou	ÁNO
4.	set musí obsahovať - pevný zberný rezervoár	ÁNO
5.	set musí obsahovať - špeciálnu centrifugálnu komoru s počtom otáčok 3600 l/min	ÁNO
6.	set musí obsahovať - odpadový zberný vak	ÁNO
7.	set musí obsahovať - plastický zberný vak na vyprodukovanú erytrocytovú masu	ÁNO
8.	možnosti veľkosti centrifugálnej nádoby (zvonu) - 55 ml, 125 ml, 175 ml, 225 ml	ÁNO
9.	možnosti využitia setu v modifikácii - sekvestrácia plazmy a trombocytov, intraoperačnom aj pooperačnom (hrudná drenáž)	ÁNO

V Bratislave, dňa

Zdeněk Bott, konateľ