

Kupujúci: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica  
 Typ zákazky: Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru  
 Predmet zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu  
 Dokument: Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

**Balónikový dilatačný katéter na CTO lézie**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
1.1	Priemer balónikového katétra: max.1,1mm	áno
1.2	Dĺžka balónikového katétra: 5-20mm	áno
1.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,014"	áno
1.4	dĺžka kónickej špičky katétra: 1-4mm	áno
1.5	min I.D. zavadzača: 5F	áno
1.6	kónickou špičkou	áno
1.7	balenie: sterilné	áno

**Vysokotlakový dilatačný balónikový katéter SC**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
2.1	Priemer balónikového katétra: 1,5-4,5mm	áno
2.2	Dĺžka balónikového katétra: 10-20mm	áno
2.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,014"	áno
2.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.138cm	áno
2.5	min I.D. zavadzača: 5F	áno
2.6	semi-kompliantné vysokotlakové balónikové katétre vhodné na dilatáciu zúžených koronárnych artérií	áno
2.7	balenie: sterilné	áno

## Vysokotlakový dilatačný balónikový katéter NC

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
3.1	Priemer balónikového katétra: 2-4,5mm	áno
3.2	Dĺžka balónikového katétra: 5-20mm	áno
3.3	maximálny tlak: 21atm	áno
3.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.154cm	áno
3.5	non-kompliantné vysokotlakové balónikové katétre vhodné na dilatáciu zúžených koronárnych artérií	áno
3.6	balenie: sterilné	áno

## Špeciálny balónikový dilatačný katéter so 4 líniami gombíkov na balónce

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
4.1	Priemer balónikového katétra: 2,5-4mm	áno
4.2	Dĺžka balónikového katétra: 8-16mm	áno
4.3	maximálny tlak: 21atm	áno
4.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.138cm	áno
4.5	min I.D. zavadzača: 5F	áno
4.6	katétre určené na popraskanie silne kalcifikovaných lézií	áno
4.7	zabraňujú skĺznutiu pričom ukotvia balón na léziu	áno
4.8	balenie: sterilné	áno

## Mikrokatéter so spevnenou špičkou

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
5.1	dĺžka mikrokatétra : 135-150cm	áno
5.2	kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,014"	áno
5.3	vstupný profil: max.1,65F	áno
5.4	kompatibilita s vodiacim katétrom: max.5F	áno
5.5	hydrofilné so spevnenou špičkou a nízkym vstupným profilom	áno
5.6	balenie: sterilné	áno

V Bratislave, dňa

.....  
Mgr. Pavol Kardoš, konateľ

