

Kupujúci: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica  
 Typ zákazky: Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru  
 Predmet zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu  
 Dokument: Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci: MULTIMEDIC s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

**Balónikový PTCA katéter potiahnutý liečivom sirolimus**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.1	Priemer balónikového katétra: 1,5-4mm	áno
1.2	Dĺžka balónikového katétra: 10-40mm	áno
1.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,014"	áno
1.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.140cm	áno
1.5	Kompatibilita so zavádzačom: min.6 French	áno
1.6	Veľkosť dávky liečiva: 1,27µg/mm <sup>2</sup>	áno
1.7	Nosič liečiva: fosfolipidový	áno
1.8	Dizajn katétra: RX (Monorail)	áno

**Balónikový PTA 0,014 katéter potiahnutý liečivom sirolimus**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
2.1	Priemer balónikového katétra: 1,5-4mm	áno
2.2	Dĺžka balónikového katétra: 20-200mm	áno
2.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,014"	áno
2.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.150cm	áno
2.5	Kompatibilita so zavádzačom: min.5 French	áno
2.6	Veľkosť dávky liečiva: 1,27µg/mm <sup>2</sup>	áno
2.7	Nosič liečiva: fosfolipidový	áno
2.8	Dizajn katétra: OTW	áno

## Balónikový PTA 0,018 katéter potiahnutý liečivom sirolimus

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
3.1	Priemer balónikového katétra: 2-7mm	áno
3.2	Dĺžka balónikového katétra: 40-200mm	áno
3.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,018"	áno
3.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.150cm	áno
3.5	Kompatibilita so záväzkom: min.5 French	áno
3.6	Veľkosť dávky liečiva: 1,27µg/mm <sup>2</sup>	áno
3.7	Nosič liečiva: fosfolipidový	áno
3.8	Dizajn katétra: OTW	áno

## Balónikový PTA 0,035 katéter potiahnutý liečivom sirolimus

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
4.1	Priemer balónikového katétra: 3-12mm	áno
4.2	Dĺžka balónikového katétra: 20-200mm	áno
4.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,035"	áno
4.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.150cm	áno
4.5	Kompatibilita so záväzkom: min.6 French	áno
4.6	Veľkosť dávky liečiva: 1,27µg/mm <sup>2</sup>	áno
4.7	Nosič liečiva: fosfolipidový	áno
4.8	Dizajn katétra: OTW	áno

## Balónikový PTA 0,035 katéter potiahnutý liečivom sirolimus určený na liečbu AVF

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
5.1	Priemer balónikového katétra: 3-12mm	áno
5.2	Dĺžka balónikového katétra: 20-200mm	áno
5.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,035"	áno

5.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.150cm	áno
5.5	Kompatibilita so zavádzačom: min.6 French	áno
5.6	Veľkosť dávky liečiva: 1,27µg/mm <sup>2</sup>	áno
5.7	Nosič liečiva: fosfolipidový	áno
5.8	Dizajn katétra: OTW	áno

<b>Balónikový PTA 0,014 katéter potiahnutý liečivom sirolimus určený na liečbu ED</b>
---------------------------------------------------------------------------------------

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
6.1	Priemer balónikového katétra: 1,5-4mm	áno
6.2	Dĺžka balónikového katétra: 10-40mm	áno
6.3	Kompatibilita s vodiacim drôtom: max.0,014"	áno
6.4	Celková dĺžka shaftu katétra: max.140cm	áno
6.5	Kompatibilita so zavádzačom: min.4 French	áno
6.6	Veľkosť dávky liečiva: 1,27µg/mm <sup>2</sup>	áno
6.7	Nosič liečiva: fosfolipidový	áno
6.8	Dizajn katétra: RX	áno

V Bratislave, dňa

.....  
Mgr. Tomáš Szymanowski, konateľ