

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

Immomedical CZ s.r.o, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Česká republika

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

**Stentgraft kombinovaný s cievnu protézou a postrannými vetvami**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.	požaduje sa kombinácia vetvovej protézy s odbočkami pre veľké cievy aortálneho oblúka so stentgraftom určeným do descendentnej aorty	áno
2	požaduje sa odbočka pre perfúznou kanylu	áno
3.	golier (priruba) pre distálnu anastomózu	áno
4.	stentgraft musí obsahovať samoexpandibilné nitinolové prstence	áno
5.	prstence musia byť pokryté polyesterom a impregnované želatínou	áno
6.	rtg kontrastné značky	áno
7.	priemer stentgraftu v rozmeroch: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm	áno
8.	dĺžka stentovanej časti: 100 - 150 mm	áno
9.	požaduje sa protéza:	áno
9.1	tkaná	áno
9.2	impregnovaná	áno
9.3	s priemerom graftu v rozmeroch: 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm	áno
9.4	s dvomi vetvami priemeru: 10 mm	áno
9.4.1	s dĺžkou vetvy minimálne 150 mm	áno
9.5	s dvomi vetvami priemeru: 8 mm	áno
9.5.1	s dĺžkou vetvy minimálne 150 mm	áno
10.	požaduje sa krátky tvarovateľný zavádzací systém ku každej veľkosti stentgraftu	áno
11.	požaduje sa, aby každý kus stentgraftu bol samostatne sterilne balený	áno
12.	požaduje sa, aby obal obsahoval minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, katalógové číslo a expiráciu	áno

V Prahe, dňa

.....  
Ing. Samuel Tekula, konateľ